

OPERATORE ECONOMICO: si richiede gentilmente di specificare la data relativa al termine di presentazione delle offerte, stante le divergenti indicazioni presenti all'interno del Bando, del Disciplinare e secondo quanto indicato su SardegnaCAT;

**STAZIONE APPALTANTE: LA DATA DI SCADENZA DELLE OFFERTE E' FISSATA PER IL 13/02/2022, ALLE ORE 10:00.**

OPERATORE ECONOMICO: con riferimento alla comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede conferma che - in luogo del certificato di regolare esecuzione - sia sufficiente produrre fattura quietanzata ovvero copia del contratto corredata da certificato di collaudo.

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA TALE POSSIBILITA' DA VOI INDICATA.**

---

OPERATORE ECONOMICO: Nel rilevare l'eccessiva ristrettezza dei tempi materiali richiesti dall'operatore economico/affidatario per la consegna dell'apparecchiatura offerta, oggettivamente non plausibili in relazione all'oggetto della fornitura, si chiede di valutare la possibilità di prevedere un termine di consegna analogo a quello generalmente richieste in procedure pubbliche similari, quantificabile in circa 30 giorni lavorativi, che pur nel rispetto della necessità di speditezza di esecuzione ed urgenza, consenta la massima partecipazione alla procedura.

**STAZIONE APPALTANTE: LA FORNITURA DOVRA' ESSERE EFFETTUATA ENTRO 90 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI EMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA.**

OPERATORE ECONOMICO: Posto che nel disciplinare di gara non sono previste opere edili ed impiantistiche necessarie all'installazione dell'apparecchiatura, si chiede di confermare che le stesse non siano effettivamente richieste.

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA CHE NON SONO PREVISTE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE, SE NON QUELLE STRETTAMENTE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DELLA NUOVA FORNITURA.**

OPERATORE ECONOMICO: Con riferimento alla previsione di cui all'art. 16.2.1. n. 6 del disciplinare secondo la quale il concorrente deve rendere la dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare lo stesso ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto, si chiede di confermare che il rispetto del Codice di Comportamento aziendale di codesta Amministrazione da parte della scrivente debba essere riferito alle sole previsioni ivi contenute applicabili anche per l'Operatore Economico per quanto compatibili ex art. 2 comma 3 DPR 16 aprile 2013, n. 62).

**STAZIONE APPALTANTE: GLI OPERATORI ECONOMICI SONO TENUTI AL RISPETTO DEI CONTENUTI DEL PATTO DI INTEGRITA' AZIENDALE, CHE RIMANDA AL PREDETTO DPR 2013/62 PER QUANTO NON ESPLICITAMENTE DISCIPLINATO DALLO STESSO.**

OPERATORE ECONOMICO: Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale, si chiede di confermare che per la comprova del requisito di cui al punto 7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lettera a) del Disciplinare di gara- Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe a quelle richieste dal presente appalto di importo complessivo minimo pari a € 135.000,00, sia sufficiente la presentazione delle fatture e dei collaudi con indicazione del bene fornito e della relativa corretta esecuzione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale. Tanto si richiede in forza del principio della decertificazione. (La maggior parte delle pubbliche amministrazioni non rilascia certificati attestanti la buona esecuzione delle forniture e, anche nel caso in cui lo faccia, il documento reca la dicitura che non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione. Limitare al solo certificato la comprova del requisito di capacità tecnica professionale creerebbe notevoli ostacoli nella scelta delle forniture con conseguente eccessiva onerosità dell'attività di comprova.).

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA TALE POSSIBILITA' DA VOI INDICATA.**

OPERATORE ECONOMICO: Con riferimento all'art. 9 "subappalto" del Disciplinare, si chiede di confermare che non debba essere presentata in sede di offerta la documentazione dei subappaltatori, ma in caso di ricorso al subappalto si debba solo indicare l'attività e la percentuale subappaltata. Tanto si richiede in forza dell'art. 52 lett. a del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 che ha confermato le previsioni di sospensione dell'applicazione sino al 31 dicembre 2023 dell'obbligo di indicazione terna di subappaltatori ex art. 106 comma 6 del D.lgs. 50/16 nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA QUANTO DA VOI INDICATO.**

OPERATORE ECONOMICO: Rilevato che il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha previsto che, dal 1 novembre 2021, vengano eliminati i limiti quantitativi generali e predeterminati al subappalto, in deroga all'articolo 105 commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si chiede di confermare che la previsione recante la quota subappaltabile massima indicata negli atti di gara costituisca un refuso e, pertanto, sia consentito fare ricorso all'istituto in parola oltre tale percentuale, senza fornire l'indicazione della quota subappaltata, fermo restando il divieto di cessione del contratto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso, provvedendo, se del caso, alla rettifica della documentazione di gara.

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA LA POSSIBILITA' DI POTER FAR RICORSO ALL'ISTITUTO DEL SUBAPPALTO COME DA NORMATIVA VIGENTE, INDICANDO LA PERCENTUALE SUBAPPALTATA.**

OPERATORE ECONOMICO: Siamo anche a richiedere cortesemente le planimetrie in formato DWG dei locali dove sarà installata l'apparecchiatura.

**STAZIONE APPALTANTE: LE PLANIMETRIE SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE ALLEGATI DEL SARDEGNACAT DELLA PROCEDURA DI GARA, IN FORMATO PDF. LA PIATTAFORMA NON ACCETTA IL CARICAMENTO IN FORMATO DWG.**

---

OPERATORE ECONOMICO: Si chiede di confermare che l'elenco dei casi clinici riportati nel capitolato tecnico, non siano da presentare in fase di offerta ma solo a posteriori durante la prova pratica.

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA.**

OPERATORE ECONOMICO: A fronte dell'esiguo numero di centri, dove la mammografia con mezzo di contrasto viene utilizzata all'interno di un percorso clinico o di sperimentazione validato dal comitato etico, questo rende difficoltosa la raccolta dei casi, si chiede quindi che la campionatura di mammografia con mezzo di contrasto, possa essere riferita anche a pazienti differenti e non esclusivamente ai medesimi della campionatura di tomosintesi.

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA QUANTO INDICATO NEL MODELLO 8 – ALLEGATO IMMAGINI.**

---

OPERATORE ECONOMICO: Si chiede conferma che sia possibile presentare certificazioni, riferimenti bibliografici e DICOM Conformance Statement, IHE in lingua inglese. In caso di risposta negativa, si chiede conferma che per suddetti documenti sia sufficiente presentare traduzione semplice.

**STAZIONE APPALTANTE: AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DISCIPLINARE DI GARA "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua**

**italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione”.**

OPERATORE ECONOMICO: Si chiede di confermare i termini temporali entro cui eseguire la fornitura, dal momento che a pag. 7 del disciplinare di gara è riportato “La fornitura è effettuata entro 90 giorni decorrenti dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura”, mentre a pag. 8 del capitolato tecnico prestazionale si legge “l’esecuzione della fornitura [...] è fissata in giorni 10 (dieci) solari consecutivi a partire dalla data di comunicazione a mezzo PEC da parte della stazione appaltante dell’ordine di acquisto della fornitura;

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA QUANTO INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA.**

OPERATORE ECONOMICO: Si chiede di confermare la durata minima della garanzia, dal momento che a pag. 41 del disciplinare di gara è riportato che la durata minima della garanzia è pari a 12 mesi, mentre a pag. 9 del capitolato tecnico prestazionale si legge “per ciascun dispositivo offerto è richiesta la garanzia convenzionale/commerciale [...] denominata full-risk di 24 mesi”;

**STAZIONE APPALTANTE: TRATTASI DI REFUSO: IL TERMINE DI 12 MESI INDICATO NEL DISCIPLINARE, E’ RIFERITO ALLA GARANZIA LEGALE EX ART. 1409 DEL C.C. IN AGGIUNTA ALLA GARANZIA LEGALE, E’ RICHIESTA UNA GARANZIA CONVENZIONALE/FULL RISK DI 24 MESI, COSI’ COME INDICATO NEL CAPITOLATO TECNICO. PERTANTO A PAGINA 41 DEL DISCIPLINARE DI GARA, LA DURATA MINIMA RICHIESTA DELLA GARANZIA, E’ DA INTENDERSI DI 24 MESI.**

OPERATORE ECONOMICO: Si chiede di specificare marca e modello di tali beni esistenti da smontare, rimuovere e smaltire, dal momento che a pag. 17 del capitolato tecnico prestazionale è richiesto “smontaggio, rimozione, trasporto e smaltimento di eventuali beni esistenti, assimilabili a quelli offerti”;

**STAZIONE APPALTANTE: LA TIPOLOGIA E I DATI RELATIVI AI BENI OGGETTO DI EVENTUALE SMONTAGGIO, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI BENI ESISTENTI, ASSIMILABILI A QUELLI OFFERTI, VERRÀ VALUTATA IN FASE DI EVENTUALE SOPRALLUOGO O SUCCESSIVAEMNTE ALL’AGGIUDICAZIONE. SI PRECISA CHE RIMANE A INSINDACABILE SCELTA DELL’AZIENDA APPALTANTE LA POSSIBILITÀ O MENO DI FAR SMALTIRE I SUDETTI BENI.**

OPERATORE ECONOMICO: Si chiede di specificare la modalità di presentazione, ossia se occorre inviare le immagini su supporto CD/DVD presso la Vs sede legale entro i termini stabiliti di presentazione delle offerte oppure se sia sufficiente salvare le immagini su stazione di refertazione che sarà portata in visione alla Commissione, secondo modalità e tempistiche che saranno comunicate dalla stazione appaltante

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA CHE LA PRESENTAZIONE DELLE IMMAGINI DOVRA’ ESSERE PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, SU STAZIONE DI REFERTAZIONE CHE SARÀ PORTATA IN VISIONE ALLA COMMISSIONE.**

---

OPERATORE ECONOMICO: in riferimento all'allegato 8 e in particolare alla sezione relativa di presentazione delle bioimmagini si chiede di specificare quanto richiesto di seguito. "Per ognuno dei 10 (dieci) casi, dovranno essere presentate, salvate sulla workstation offerta in sede di gara, le seguenti tipologie di bioimmagini monolaterali (scegliendo liberamente tra lato destro e lato sinistro), con il seguente ordine.". Si chiede di confermare che la presentazione dei casi richiesta avverrà successivamente alla presentazione delle offerte, con invito della stazione appaltante a portare in visione la workstation di refertazione offerta completa della casistica richiesta.

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA QUANTO DA VOI INDICATO.**

OPERATORE ECONOMICO: All'interno del capitolato, nella sezione Stazione di acquisizione è riportato il

seguinte quesito "Capacità dell'HD interno per archiviazione delle immagini da almeno 1 TB e capacità di archiviazione complessiva delle immagini di almeno 5 TB." Trattandosi di una stazione di acquisizione, e non di refertazione e/o archiviazione PACS, si chiede di poter considerare soluzioni con capacità di archivio anche inferiori a 5 TB, perché capacità di archiviazione maggiori comporterebbero solo un rallentamento della workstation di acquisizione, il cui scopo principale e primario è quello di eseguire gli esami mammografici con la ricostruzione delle immagini stesse nei minor tempi possibili.

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA QUANTO INDICATO NEL CAPITOLATO TECNICO.**

OPERATORE ECONOMICO: In riferimento all'articolo 17. Contenuto della Busta Tecnica del Disciplinare di gara per i documenti che dovranno essere presentati si richiede: Questionario predisposto dell'Azienda appaltante nel quale il concorrente dovrà riportare i valori dei parametri sui quali saranno effettuate valutazione dei sub criteri di carattere quantitativo (Q) e Tabellare (T)." Si chiede di confermare che in questo caso si fa riferimento alla compilazione dell'allegato 6, questionario tecnico. In caso contrario si chiede di poter ricevere tale questionario predisposto dalla stazione appaltante.

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA CHE TRATTASI DEL QUESTIONARIO DI CUI AL MODELLO 6 – QUESTIONARIO TECNICO.**

OPERATORE ECONOMICO: Si chiede di specificare se il servizio di assistenza e manutenzione full risk post garanzia di 24 mesi, riportato all'interno del capitolato Art. 7 sia da intendersi comprensivo dell'offerta e quindi concorrente a base d'asta.

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA CHE E' DA INTENDERSI COMPRESIVO DELL'OFFERTA.**

---

OPERATORE ECONOMICO: Spett.le Ente, considerando che il giorno ultimo fissato per la presentazione della documentazione di gara cade in un festivo, si chiede con la presente di posticiparlo al primo giorno lavorativo utile.

**STAZIONE APPALTANTE: LA RICHIESTA NON PUO' ESSERE ACCOLTA PER RAGIONI ORGANIZZATIVE.**

---

OPERATORE ECONOMICO: Rif. Disciplinare, art. 7.3 lettera a)

Si chiede di confermare che a comprova delle forniture di apparecchiature eseguite nell'ultimo triennio possano essere presentate le fatture di vendita, tenuto anche conto del fatto che, in base al principio della decertificazione la maggior parte delle pubbliche amministrazioni non rilasciano certificati attestanti la buona esecuzione delle forniture e, anche nel caso in cui lo facciano, il documento reca la dicitura che non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione. Limitare al solo certificato la comprova del requisito di capacità tecnica professionale creerebbe notevoli ostacoli nella scelta delle forniture con conseguente eccessiva onerosità dell'attività di comprova.

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE LE FATTURE.**

OPERATORE ECONOMICO: Rif. Disciplinare, art. 13

Tutta la documentazione viene richiesta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Si chiede di confermare che alcuni documenti, che per loro natura sono spesso redatti in lingua diversa dall'italiano (marchi CE, certificazioni di qualità, DICOM Conformance Statement, IHE, checklist, pubblicazioni scientifiche ecc.) possano essere prodotti nella lingua originale.

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA.**

OPERATORE ECONOMICO: Rif. Capitolato tecnico, art. 10

Si chiede di confermare che, a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte.

**STAZIONE APPALTANTE: E' AMMISSIBILE LA RICHIESTA, PURCHE' COMPLETA DI TUTTI I DATI (ES. MASSIMALI).**

OPERATORE ECONOMICO: Modello 8 – ALLEGATO 1- MODALITÀ DI PRODUZIONE DELLE BIOIMMAGINI E IMMAGINI SU FANTOCCIO

Con riferimento alla richiesta di bioimmagini richiamata nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nel Modello 8, si chiede di comunicare le modalità di invio, la data di invio e la tipologia del supporto informatico per la produzione delle bioimmagini.

Inoltre si chiede di confermare il numero corretto delle pagine del Modello 8. Il file indica n. 13/23.

**STAZIONE APPALTANTE: COME SPECIFICATO NEL MODELLO 8, LE BIOIMMAGINI DOVRANNO ESSERE PRESENTATE IN SEDE DI PROVA PRATICA, E SALVATE SULLA WORKSTATION OFFERTA. LE PAGINE SONO N. 13.**

OPERATORE ECONOMICO: Modello 8 - ALLEGATO 1, MODALITÀ DI PRODUZIONE DELLE BIOIMMAGINI E IMMAGINI SU FANTOCCIO.

Con riferimento alla richiesta di bioimmagini richiamata nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nel Modello 8, si richiede di presentare n. 2 casi in categoria diagnostica BI-RADS 1 e classe C o D. In considerazione che una mammella con BI-RADS 1 (assenza di lesioni) con una densità intrinseca così elevata determina obbligatoriamente sospetto di lesioni occulte dalla densità stessa: si prega di chiarire.

**STAZIONE APPALTANTE. IL PUNTO E' DA MODIFICARSI COME SEGUE: 2 CASI PRIVI DI ANORMALITÀ (CATEGORIA DIAGNOSTICA BI-RADS 1), UNO IN CLASSE DI DENSITÀ A, E UNO IN CLASSE DI DENSITÀ B. CONSEGUENTEMENTE VA ANCHE MODIFICATO LO SCHEMA RIEPILOGATIVO RIPORTATO NELLA TABELLA CHE FA SEGUITO AL TESTO, PRESENTE NEL MODELLO 8, COSI' COME DI SEGUITO INDICATO:**

*Tabella 2 – Schema riepilogativo per la selezione dei casi “tipo”*

Categoria diagnostica	Tipologia di casi		Classi di densità	N° pazienti	N° casi tipo
BI-RADS 1	Casi <u>privi</u> di anormalità		A	1	2
			B	1	
BI-RADS 2	Casi con 1 o più reperti benigni		C	1	2
	Tipologia di casi		D	1	
BI-RADS 3	Casi con lesioni	Massa spiculata	C oppure D	≥ 1	6
BI-RADS 4		Cluster di microcalcificazioni	C oppure D	≥ 1	
BI-RADS 5		Distorsione architetturale	C oppure D	≥ 1	
		Altre	A, B, C oppure D	≤	

OPERATORE ECONOMICO: Modello 8 - ALLEGATO 1, MODALITÀ DI PRODUZIONE DELLE BIOIMMAGINI E IMMAGINI SU FANTOCCIO, Pagina 5, “si richiede, per ogni caso prodotto, l’associazione del relativo REPORT DI DOSE STRUTTURATO DICOM”. Si richiede la possibilità di fornire, a comprova delle modalità di esposizione, unitamente alle bioimmagini, altro tag DICOM come da DICOM Conformance Statement della relativa apparecchiatura in modo alternativo rispetto al report di dose strutturato DICOM.

**STAZIONE APPALTANTE: SI ACCETTA LA RICHIESTA E SI PRECISA CHE L'APPARECCHIATURA PRESENTATA DOVRÀ PRODURRE PER OGNI ESAME IL REPORT DOSIMETRICO STRUTTURATO (RDSR).**

OPERATORE ECONOMICO: Rif. Capitolato tecnico, artt. 6 e 7

Si chiede di confermare il periodo complessivo di garanzia dell’apparecchiatura.

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA CHE IL PERIODO COMPLESSIVO E' DI 24 MESI.**

OPERATORE ECONOMICO: Spettabile Amministrazione,

Si chiede di poter chiarire se la caratteristica “Possibilità di visualizzare i valori di densità della mammella sulla postazione dell’operatore in real time” riportata all’interno del capitolato tecnico art. 3 è da intendersi

come possibilità di integrazione/aggiornamento del mammografo offerto al software di calcolo automatico della densità o come software integrante dell'apparecchiatura digitale mammografica richiesta dal bando di gara, e quindi concorrente a base d'asta.

**STAZIONE APPALTANTE: E' DA INTENDERSI COME POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO.**

---

OPERATORE ECONOMICO: 1. L'art. "6. Requisiti Generali" del Disciplinare di Gara prevede che "gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") istituito ..... oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco". Tenendo conto che la procedura di gara ha ad oggetto "la fornitura in proprietà di n. 1 mammografo digitale" e che dunque l'attività posta in essere dal concorrente (in linea peraltro con il relativo oggetto sociale) non rientra nelle categorie per le quali l'iscrizione alla c.d. "White List" è obbligatoria (tali essendo quelle di cui l'art. 1, c.53, L. 190/2012 ovvero "c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri; i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering ;i-quarter) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti") si chiede di confermare che il predetto requisito non debba trovare applicazione in relazione a concorrenti che, per l'appunto, non eseguano le attività indicate dall'art. 1, co. 53, sopra menzionato. Sotto questo profilo si rappresenta che una diversa interpretazione (i.e. una generalizzata applicazione del requisito) renderebbe nulla la previsione del disciplinare di gara per violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016 come confermato anche recentemente dalla giurisprudenza (si veda TAR Campania-Salerno, Sez. II, 15 novembre 2021, n. 2439).

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA .**

OPERATORE ECONOMICO: 2. In riferimento alla comprova del requisito "7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quadriennio: - Una fornitura analoga a "Mammografo digitale Dual Energy" di importo minimo pari a € 135.000,00" indicato a pag 11 del Disciplinare di gara; si chiede di confermare che è possibile effettuare la comprova anche mediante la trasmissione di copia conforme delle relative fatture, stanti la difficoltà nel rilascio dei certificati da parte di enti pubblici e privati.

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA TALE POSSIBILITA'.**

OPERATORE ECONOMICO: 3. Si chiede di poter comprovare il requisito di capacità economica finanziaria a) Fatturato specifico medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 135.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di rilevare l'affidabilità dell'Operatore Economico" con la produzione di copie conformi delle fatture, nel caso di Società che commercializzano anche altri prodotti non del settore medicale e per le quali il dato non si possa evincere in tal caso dal bilancio.

**STAZIONE APPALTANTE: LA RICHIESTA NON E' ACCOGLIBILE. VISTA LA FORNITURA RIENTRANTE NEL CPV AVENTE COME CODICE 33111650 *Apparecchi per mammografia*, INDICATO NEL BANDO DI GARA, DEVE TRATTARSI DI OPERATORI ECONOMICI CHE OPERANO NEL SUDETTO CAMPO.**

OPERATORE ECONOMICO: 4. Relativamente all'art. 9 del disciplinare "Subappalto" si segnala che con l'art. 52, D.L. 77/2021, come modificato dalla Legge di conversione, viene prorogata al 31/12/2023 la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori e delle verifiche in sede di gara di cui all'art. 80, D. Leg.vo 50/2016 riferite al subappaltatore, disposta dall'art. 1, comma 18, D.L. 32/2019; pertanto si chiede di confermare che quanto indicato a pag 13 del Disciplinare di gara e a pag 17 "16. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO [DGUE]" "In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D - Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco

delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 2) PASSOE del subappaltatore." si tratta di un refuso e che, in fase di partecipazione alla gara, è sufficiente indicare l'attività che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale.

**STAZIONE APPALTANTE: SI RIMANDA ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE IN TEMA DI SUBAPPALTO.**

OPERATORE ECONOMICO: 5. In riferimento al documento "Disciplinare di gara", pag. 28 17. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA – "Le Ditte concorrenti dovranno presentare in lingua italiana...", la scrivente chiede conferma al Vs. Spett.le Ente che le Certificazioni CE, le dichiarazioni di conformità, Certificazioni ISO varie e gli eventuali depliant illustrativi possano essere inseriti in documentazione di gara in lingua inglese, ovvero la lingua nativa/originale.

**STAZIONE APPALTANTE: AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DISCIPLINARE DI GARA "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione".**

---

OPERATORE ECONOMICO: in riferimento al documento "Modello 8- Allegato immagini":

a. - Si chiede conferma che le immagini mammografiche di sottrazione e a bassa energia siano da riferirsi ai soli casi 7,8,9 e 10;

**STAZIONE APPALTANTE: SI CONFERMA.**

OPERATORE ECONOMICO: b. - Si chiede conferma che si possano presentare immagini CESM (mammografiche di sottrazione e a bassa energia) anche non appartenenti alla stessa paziente dalla quale si selezionano le immagini 2D, 2D sintetiche e di tomosintesi;

**STAZIONE APPALTANTE: NO, LE IMMAGINI DEVONO APPARTENERE ALLA STESSA PAZIENTE, AFFINCHÉ SIA POSSIBILE UN CONFRONTO COMPLETO DEL QUADRO.**

---

OPERATORE ECONOMICO: Presa visione della documentazione di gara, doverosamente si evidenzia che dal 6 Dicembre 2021 è stata attivata l'iniziativa di acquisto Consip S.p.a. ID 2078 avente ad oggetto "Accordo quadro per la fornitura di Fornitura di Mammografi digitali con tomosintesi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - II edizione" mediante la quale è possibile approvvigionarsi di un'apparecchiatura dotata dei requisiti e caratteristiche tecniche richieste nell'ambito della presente procedura entro i limiti di spesa programmati da codesta amministrazione, come si evince dalla consultazione del sito internet di Consip S.p.a.

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda\\_iniziativa.html?idIniziativa=61bc86c9fbe7cd6d](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=61bc86c9fbe7cd6d)

inoltre, su tale macchina è possibile effettuare un upgrade a Mammografia Dual Energy idoneo al raggiungimento dei requisiti prestazionali e tecnici richiesti, come si evince dalle caratteristiche richieste e presentate in Consip, quale Mammografo Digitale di ultima generazione con Tomosintesi e accessori opzionali come workstation di refertazione.

Ciò premesso, con la presente si chiede se la circostanza di cui sopra possa modificare le determinazioni assunte da codesta amministrazione in ordine alle modalità di acquisizione dei sistemi oggetto della presente procedura, considerato che lo strumento di acquisto in parola consente di ridurre i costi unitari a carico dell'ente appaltante e rende più rapida ed efficiente la procedura di approvvigionamento.

**STAZIONE APPALTANTE: LA RICHIESTA NON E' ACCOGLIBILE IN QUANTO IL BENE OFFERTO SU CONSIP NON PRESENTA TUTTE LE CARATTERISTICHE RICHIESTE DALLA STAZIONE APPALTANTE.**

---

