



Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'acquisto e la fornitura di n. 18 tavoli operatori elettromeccanici e relativi accessori per tutte le tipologie di chirurgie, con smaltimento dei vecchi tavoli operatori, per tutti i Blocchi Operatori dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base di gara € 2.100.600,00 (di cui € 600,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge. CUI F02268260904202100033 – CPV 33192230-3. N. Gara 8865318. CIG 9562668346. CUP H81B16000430001.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	<p>Tra le caratteristiche minime della colonna è richiesto "Display digitale per la visualizzazione, posto nella colonna e, possibilmente, anche in altre zone del sistema, indicante almeno o stato di carica degli accumulatori, o eventuali anomalie del sistema."</p> <p>1. Si conferma che, per permettere la partecipazione ad un numero più elevato di OE, sulla colonna è sufficiente avere un pannello che permetta i comandi in emergenza, vista la posizione scomoda di raggiungimento, e il display digitale con indicazione di tutti gli stati di allarme (Stato di carica degli accumulatori, ed eventuali anomalie del sistema) è da intendersi sul telecomando che risulta molto più pratico e facile da utilizzare?</p> <p>2. Confermate che la richiesta di "Colonna con base di appoggio che quando il tavolo è in utilizzo in sala operatoria sia priva di ruote a vista", è da intendere che la base quando appoggiata abbia le ruote completamente coperte per evitare che liquidi e sporco penetrino all'interno delle ruote rendendo estremamente complicate le operazioni di pulizia e sanificazione?</p> <p>3. Confermate che la finestra radiotrasparente di almeno 40 cm è da intendersi costante per tutta la lunghezza e in tutte le sezioni del piano operatorio?</p> <p>4. Si conferma che la richiesta di "Sezione bacino (i.e. sezione centrale del piano) indipendente dalle altre sezioni fornite è da intendersi come sezione centrale simmetrica senza sezioni schiena collegate?</p> <p>5. Si conferma che, la sezione gambe in 4 parti, ove richiesta, è da intendersi con possibilità di sgancio della sola parte terminale per poter suddividere i carichi sollevati dagli operatori?</p> <p>6. Tra gli accessori delle cliniche universitarie, per le specialità chirurgia + chirurgia pediatriche, è richiesto il fermapolso a cinghia in tre diverse misure, standard, pediatrico ed obeso. Si conferma che è possibile offrire un solo modello che presenti la possibilità di regolazione per adattarsi a tutte le misure di braccio?</p> <p>7. Tra gli accessori delle cliniche universitarie, per le specialità chirurgia + chirurgia pediatriche, sono richiesti "Braccio snodato per supporti corpo" e "Dispositivo di fissaggio per supporti corpo".</p>	<p>1 - display: si conferma quanto richiesto dall'OE (solo comandi di emergenza).</p> <p>2 - base e ruote: si conferma quanto indicato dall'OE.</p> <p>3 - si conferma quanto indicato nel CT.</p> <p>4 - si conferma quanto indicato nel CT.</p> <p>5 - si conferma quanto indicato nel CT.</p> <p>6 - Non si conferma. Il fermapolso pediatrico deve essere dedicato.</p> <p>7 - Non si tratta degli stessi accessori. Il dispositivo di fissaggio serve per fissare il braccio snodato.</p>



<p>Confermate che si tratta degli stessi accessori e quindi vanno considerati una volta sola nella configurazione offerta?</p> <p>8. Tra gli accessori per la U.O.C MAXILLO FACCIALE CLINICA SAN PIETRO, sono richiesti due volte "SUPPORTI CORPO IMBOTTITI". Confermate che si tratta degli stessi accessori e quindi vanno considerati una volta sola nella configurazione offerta, visto che presentano praticamente la stessa misura (20 x 8 o 21,5 x 10 cm)?</p> <p>9. Confermate che la richiesta di "BARRA DI TRAZIONE PER TIBIA E FIBULA" tra gli accessori per la U.O.C MAXILLO FACCIALE CLINICA SAN PIETRO si tratta di refuso?</p> <p>10. Il supporto gambe per disinfezione arti inferiori, richiesti tra gli accessori per l'U.O.C. di ortopedia della clinica San Pietro, è da intendersi come supporto gambe dedicato al gruppo trazioni richiesto? In quanto tale supporto gambe serve esclusivamente in fase di preparazione in procedure di traumatologia.</p> <p>11. Tra gli accessori per l'U.O.C. di ortopedia della clinica San Pietro è richiesto "Schienale in fibra di carbonio per chirurgia della spalla". Poiché l'accessorio è posseduto da un solo OE sul mercato, si chiede, richiamando il principio di equivalenza (sancito dal nuovo codice degli appalti), che tale accessorio possa essere fornito anche in altro materiale che permetta di svolgere procedure alla spalla senza problemi, garantendo una buona radiotrasparenza che sarà valutata durante la prova pratica.</p> <p>12. Tra gli accessori per l'U.O.C. di ortopedia della clinica San Pietro è richiesto "TAVOLETTA PER LA CHIRURGIA DELL'OMERO che sia orientabile su sfera". Tale caratteristica è posseduta, dalle informazioni in ns. possesso, da un solo operatore economico. Per tale motivo, richiamando il principio di equivalenza, è possibile offrire una tavoletta senza regolazione su sfera e che sarà valutata durante la prova pratica?</p> <p>13. Tra gli accessori per l'U.O.C. di ortopedia della clinica San Pietro è richiesto "TAVOLETTA CHIRURGICA BRACCIO E MANO SENZA STATIVO". Si conferma che, come richiesto per l'ortopedia dell'SSA, è possibile offrire un tavolino completo di stativo per ottimizzarne la stabilità e che essendo gli accessori soggetti a valutazione qualitativa non comporta l'esclusione dalla procedura?</p> <p>14. Per l'U.O.C. di ortopedia della clinica San Pietro è richiesto un "SUPPORTO A RULLO SCORREVOLE PER PROTESI DI GINOCCHIO". Poiché tale accessorio, dalle informazioni in ns. possesso è esclusivo di un singolo OE, si conferma che è possibile proporre una soluzione alternativa secondo il principio di equivalenza?</p> <p>15. Per l'U.O.C. di ortopedia della clinica San Pietro sono richiesti "DISPOSITIVO ARTROSCOPIA SPALLA LEGGERO" e "DISPOSITIVO ARTROSCOPIA LEGGERO A DOPPIA TRAZIONE". Si conferma che si tratta dello stesso accessorio?</p> <p>16. Tra gli accessori di ortopedia della SSA e per l'ortopedia del PO di Alghero è richiesto un "gruppo di trazione con barre</p>	<p>8 – Si conferma il refuso</p> <p>9 – Non si tratta di refuso</p> <p>10 – Si conferma quanto indicato dall'OE</p> <p>11 - Si conferma quanto indicato dall'OE.</p> <p>12 - Si conferma quanto indicato dall'OE.</p> <p>13 - si conferma quanto indicato dall'OE.</p> <p>14 - Si conferma quanto indicato dall'OE.</p> <p>15 – Si conferma quanto indicato dall'O.E.</p> <p>16 - si conferma quanto indicato dall'OE.</p>
--	--



	<p>di trazione in fibra di carbonio: le barre di trazione devono avere movimenti di adduzione (circa 30°), abduzione (circa 40°), alto/basso (circa 25°) e movimentabili da fuori campo sterile tramite sblocco preferibilmente servoassistito, con carrello per riporlo dopo l'utilizzo". Poiché tale soluzione è specifica di una sola azienda, si conferma la possibilità di offrire soluzioni alternative, grazie al principio di equivalenza, per soddisfare le esigenze cliniche?</p> <p>17. E' richiesto un sistema che sia elettromeccanico. Per il principio di equivalenza, si conferma la possibilità di offrire un sistema elettroidraulico che permette di avere prestazioni migliorative in termini di movimentazioni? Si precisa che tutte le movimentazioni sono di tipo elettrico e non manuale.</p> <p>18. Tra gli accessori di chirurgia sono richiesti sia delle coppie di stivaletti per la movimentazione ad azionamento pneumatico che "coppie di gambali di Allen". Si conferma che si tratta dello stesso accessorio?</p>	<p>17 - si conferma quanto proposto dall'OE.</p> <p>18 –Si conferma quanto indicato dall'OE</p>
--	--	---