



Chiarimenti del 12.06.2017

Oggetto: Gara a procedura aperta in lotti distinti e in regime di service di un sistema di endoscopia bronchiale da destinare all'U. O. di Pneumologia della AOU di Sassari.

Domanda 1

Lotto 1: si deve offrire un ecografo multidisciplinare, un eco-processore o entrambi?

Risposta 1

Si deve offrire l'eco-processore integrato.

Domanda 2

Lotto 1: devono essere muniti di funzione elastosonografia ?

Risposta 2

Non è necessario siano muniti di funzione elastosonografia.

Domanda 3

Lotto 1: Specificare il numero di procedure di EBUS e di Broncoscopie.

Risposta 3

Già riscontrato. 1000 broncoscopie all'anno e 100 procedure EBUS

Domanda 4

Lotto 2: Si deve offrire un modulo per criochirurgia?

Risposta 4

Già riscontrato. Si dichiara che tale caratteristica è stata inserita per mero errore materiale e pertanto, trattandosi di un refuso, non dovrà essere presa in considerazione in sede di formulazione di offerta.

Domanda 5

Lotto 1 - 2 - 5: Specificare se per materiale di consumo richiesto si intende come necessario per il funzionamento dello strumento o per l'intera procedura (aghi EBUS, vetrini, reagenti, etc.).



Risposta 5

Già riscontrato. I materiali di consumo comprendono:

- 1) quelli utilizzati per i prelievi (aghi EBUS, palloncini, pinze, valvole per aspirazione e valvole biottiche)
- 2) materiali di consumo per il Lava endoscopio (disinfettanti, sale e detergenti).

Domanda 6

Lotto 5: si chiede di specificare la tipologia del disinfettante.

Risposta 6

Acido peracetico.

Domanda 7

Si chiede conferma della necessità del modulo 3D con possibilità di collegamento di sonde laparoscopiche intraoperatorie.

Risposta 7

Non è necessario.

Il RUP

Dott. Antonio Solinas