

Procedura aperta, ex art. 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata al noleggio quinquennale di strumentazione per la disinfezione e lo stoccaggio di apparecchiature per videoendoscopia. CUI F02268260904202300246. CIG B040A9ECAC.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI DEL 19/02/2024

N.	Rif. Lotto	QUESITO	CHIARIMENTO
1		Al fine di redigere progetto di installazione, si richiedono le planimetrie in formato DWG dei locali interessati dalla gara in oggetto.	SI VEDANO I FILE ALLEGATI
2		<p>A • Al fine di una valutazione omogenea in funzione di possibili diverse tipologie di lavaendoscopi offerte, si chiede conferma che per il subcriterio di assegnazione punteggi 2.1 relativo alla durata massima del ciclo di lavaggio e di disinfezione in minuti sia considerata su numero di endoscopi riprocessati a ciclo. Ad esempio un ciclo di disinfezione di x minuti su due strumenti contemporanei equivale a x minuti diviso 2 endoscopi.</p> <p>B • In merito al subcriterio di assegnazione punteggi 2.2, in funzione al metodo di valutazione "Verrà attribuito il punteggio maggiore all'apparecchiatura dotata del maggior numero di allarmi e di dotazioni di sicurezza. Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore proporzionale al parametro offerto." Si richiede conferma che la valutazione sia Quantitativa e non Qualitativa come erroneamente riportato in tabella di attribuzione punteggi.</p> <p>C • In merito al subcriterio di assegnazione punteggi 3.3, in funzione al metodo di valutazione "Verrà attribuito il punteggio maggiore all'apparecchiatura dotata del maggior numero di allarmi e di dotazioni di sicurezza. Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore proporzionale al parametro offerto." Si richiede conferma che la valutazione sia Quantitativa e non Qualitativa come erroneamente riportato in tabella di attribuzione punteggi.</p> <p>D - Si richiede ai fini della corretta formulazione dell'offerta tecnica l'elenco degli strumenti che dovranno essere riprocessati completo di marca e modello</p>	<p>A – il calcolo è considerato a prescindere dal numero di endoscopi presenti nella macchina di lavaggio.</p> <p>B – si conferma quanto riportato nella documentazione di gara, il parametro dovrà essere di tipo DISCREZIONALE. L'OE dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia di allarmi e di dotazioni di sicurezza presenti sull'apparecchiatura.</p> <p>C – si conferma quanto riportato nella documentazione di gara, il parametro dovrà essere di tipo DISCREZIONALE. L'OE dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia di allarmi e di dotazioni di sicurezza presenti sull'apparecchiatura.</p> <p>D - Attualmente, la marca degli strumenti presenti presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il PO SSA è Olympus (vari modelli); • il Centro Unico è Fuji (vari modelli). <p>Recentemente, è stata aggiudicata la gara per la fornitura di nuovi strumenti (marca Fuji); tuttavia, tali strumenti non sono ancora a disposizione dei due centri di endoscopia sopra menzionati.</p>
		Può essere effettuata una prova pratica/fisica della lavaendoscopi per poter meglio illustrare il progetto proposto.	<p>Si conferma quanto indicato nei documenti di gara.</p> <p>Tuttavia, qualora l'OE voglia effettuare la prova in loco, al fine di non interrompere</p>

			<p>l'attività clinica, tutte le attività di predisposizione, di esecuzione, di disinstallazione e di ritiro della lavaendoscopi dovranno essere eseguite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma concordata con la Stazione Appaltante; • a cura e spese dell'OE; • al di fuori dell'attività clinica; • in totale sicurezza, sia dal lato tecnico che clinico.
		Si chiede di confermare che con la richiesta "Lavastrumenti automatiche a doppio cestello" si intende una lavaendoscopi a doppia vasca, ossia dotata di n. 2 vasche che debbano essere completamente indipendenti, senza avere quindi alcun componente "legato alla funzionalità" in comune.	Si conferma quanto indicato nei documenti di gara.
		Si chiede di confermare che una lavaendoscopi a "doppia vasca asincrona", quindi con una serie di componenti "legati alla funzionalità" in comune, non sarà considerata conforme. Così come una lavaendoscopi "monovasca" con possibilità di trattare contemporaneamente fino a due strumenti, non sarà considerata conforme.	Si conferma quanto indicato nei documenti di gara.
		Nel documento "Capitolato Tecnico Prestazionale Procedura Aperta Endoscopia 27.12.2023 signed signed signed" a pag. 4 - Caratteristiche Tecniche minime - Rif. D1 - viene richiesto: "devono essere dotate di un sistema di controllo e tracciabilità dell'intero processo di reprocessing mediante un software che garantisca l'acquisizione dei dati utente, ciclo e parametri dell'endoscopio in maniera elettronica o con codice a barre, assicurando una documentazione completa del ciclo di disinfezione degli endoscopi, documentabile attraverso il software dedicato (preferibilmente attraverso il sistema di refertazione/acquisizione dati) e il monitor LCD, oltre alla stampa mediante stampante dedicata." Si chiede di confermare che relativamente alla lavaendoscopi, oltre alla stampa del ticket ciclo, viene richiesto un sistema di tracciabilità che garantisca l'esportazione in formato aperto e leggibile di tutti i dati relativi al ciclo e ai dati strumento in maniera automatica ed elettronica. Tutti i dati esportati dovranno essere consultabili da postazione remota, in tempo reale.	Si conferma quanto indicato nei documenti di gara.
		Nel documento "Capitolato Tecnico Prestazionale", a pagina 13, all' "Art.11. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA", al punto f) è richiesto: "collegamenti delle Apparecchiature alla rete elettrica e all'impianto di gas medicali, ove necessario; collegamento in rete (servizio predisposto dal servizio ICT) dei dispositivi e loro configurazione IP, installazione e configurazione di eventuali middleware, attivazione delle integrazioni per la gestione dell'intero workflow all'interno del RIS/PACS aziendale". Si chiede conferma che l'Operatore Economico debba garantire esclusivamente l'esportazione dei dati dei cicli	Si conferma quanto indicato nei documenti di gara.

		effettuati dalle apparecchiature tramite software di tracciabilità.	
		Nel documento "Capitolato Tecnico Prestazionale" viene indicato che il sistema di filtraggio dell'aria, relativamente all'armadio, deve essere secondo normativa di settore. Si chiede di confermare che gli armadi da proporre dovranno essere conformi alla norma UNI EN 16442.	Si conferma.
		Nel documento "Capitolato Tecnico Prestazionale" a pag. 5 al Rif. E2 - Armadi - viene richiesto: "dotati di sistema di controllo e di tracciabilità con monitor LCD, stampante e software di monitoraggio". Si chiede di confermare che: a) la stampante richiesta dovrà essere integrata a bordo macchina, nel pannello dell'armadio e non esterna, quindi con necessità di ulteriori spazi e scomoda per gli operatori. b) l'assenza di tale caratteristica tecnica sarà considerata minima, a pena di esclusione.	Si conferma quanto indicato nei documenti di gara.
		Nel documento denominato "Capitolato Tecnico Prestazionale" al Rif. E2 - Armadi - viene richiesto: "dovranno avere una capienza tale da garantire lo stoccaggio previsto di almeno n.48 videoendoscopi totali (di cui: almeno n.26 presso la Endoscopia SSA e almeno n.22 per il Centro Unico di Endoscopia)" Si chiede di confermare se saranno sufficienti: - n° 24 postazioni (multiplo di 8) per la Endoscopia SSA; - n° 24 postazioni (multiplo di 8) per il Centro Unico di Endoscopia.	Si conferma quanto indicato nei documenti di gara.
		Nel documento denominato "Capitolato Tecnico Prestazionale" a pag. 10, relativamente a quanto richiesto agli articoli 7.1 e 7.2, si chiede di confermare le caratteristiche richieste si riferiscono unicamente ai prodotti chimici inclusi nel service.	Si conferma quanto indicato nei documenti di gara.
		Nel documento "Tabella Punteggi" – criterio n° 1 "Caratteristiche generali della fornitura", sub-criterio 1.1 viene riportato: "Modalità e progetto di fornitura e installazione, livello di dotazione di sonde, cavi ed altri accessori non monouso/monopaziente compresi nella fornitura." Si chiede conferma che trattasi di refuso, in particolare la dotazione di sonde.	Si conferma che la dicitura "livello di dotazione di sonde" è un refuso.
		Nel documento "Tabella Punteggi" a pag. 14 di 22, relativamente al Lotto 2, al N° 3. Criteri di Valutazione - Armadi per l'asciugatura e lo stoccaggio asettico degli endoscopi, al sub-criterio 3.1 e 3.2 viene riportato: "Numero di endoscopi stoccabili superiore a quanto richiesto nel CT (pari a ...). Il punteggio massimo sarà assegnato al concorrente che offrirà il parametro con valore maggiore. Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio linearmente decrescente proporzionale al parametro offerto" Si evidenzia che in questo modo viene premiato con il massimo punteggio: a) un armadio che avrà più livelli di stoccaggio (nel caso di armadi orizzontali); maggiori livelli implicano necessariamente un'altezza superiore, rispetto ad armadi di minore capacità, e pertanto meno ergonomici per gli operatori che avranno difficoltà ad inserire e prelevare gli strumenti nei livelli più alti. b) oppure maggiori disposizioni in verticale, comportando dimensioni molto più larghe dell'apparecchiatura.	Si conferma quanto indicato nei documenti di gara.

		Si chiede pertanto di modificare il criterio di assegnazione punteggi prevedendo, non solo la capacità, ma anche l'ergonomia, la facilità di inserimento agevolata per esempio da ripiani scorrevoli o guide su ruote e gli ingombri occupati.	
		A seguito del sopralluogo effettuato, relativamente al presidio SS Annunziata, è stata comunicata la possibilità di utilizzare il locale adiacente alla sala di lavaggio, per utilizzo lavaggio o stoccaggio degli strumenti. Si chiede di confermare: - la possibilità di rimuovere il termosifone ed i sanitari per l'installazione delle macchine - che i lavori e l'adeguamento degli impianti sarà a carico dell'Ente.	- si conferma la possibilità di rimuovere il termosifone ed i sanitari per l'installazione delle macchine; - i lavori e l'adeguamento degli impianti saranno a totale carico e onere dell'operatore economico.
		Nei documenti di gara non sono richieste le qualifiche IQ/OQ. Si chiede di confermare. Non è richiesta la convalida PQ, che del resto la normativa prevede a carico di Azienda Terza. Si chiede di confermare.	Si conferma.