

TABELLA PUNTEGGI - LOTTO 1								
N°	Note	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	F	SN MIN	SN MAX
N°								
Tre sistemi per trattamento mammella e assimilati in posizione supina								
1.1	Nota: Indicare il valore del parametro nella tabella dell'allegato 2	Supporto antiscivolo per l'appoggio dei glutei integrato al piano inclinato e pieghevole per una maggior maneggevolezza e un minor ingombro dell'intero sistema. Verrà assegnato il punteggio al/ai concorrente/i che offrirà la caratteristica indicata nel precedente capoverso.			4			
1.2		L'esito della prova pratica terrà conto di: Confort per il paziente; Riproducibilità della posizione; Solidità e robustezza del dispositivo.	6			PP		
1.3	Nota: Indicare il valore del parametro nella tabella dell'allegato 2	Supporto per le braccia interscambiabile con i sistemi per torace e tronco (tipo WING) proposti per la presente fornitura per consentire l'utilizzo di molteplici dispositivi per il posizionamento indicizzato delle mani. Verrà assegnato il punteggio al/ai concorrente/i che offrirà la caratteristica indicata nel precedente capoverso.			5			
1.4	Nota: Indicare il valore del parametro nella tabella dell'allegato 2	Fornitura di un kit (complessivo) di almeno 30 pezzi di reggiseni per radioterapia, monopaziente, privi di cuciture, regolabili e scrivibili (allegare scheda tecnica). Verrà assegnato il punteggio al/ai concorrente/i che offrirà la caratteristica indicata nel precedente capoverso.			4			
Tre sistemi per torace e tronco (tipo WING)								
1.5		L'esito della prova pratica terrà conto di: Confort per il paziente; Riproducibilità della posizione; Solidità e robustezza del dispositivo.	6			PP		
1.6	Nota: Indicare il valore del parametro nella tabella dell'allegato 2	Possibilità di aggancio di maschere termoplastiche testa a 3 lembi per immobilizzare collo e mento. Fornitura n.10 (totale) maschere termoplastiche testa a 3 lembi. Verrà assegnato il punteggio al/ai concorrente/i che offrirà la caratteristica indicata nel precedente capoverso.			4			
Tre sistemi per gli arti inferiori e caviglie (tipo COMBIFIX)								
1.7		L'esito della prova pratica terrà conto di: Confort per il paziente; Riproducibilità della posizione; Solidità e robustezza del dispositivo.	5			PP		
1.8	Nota: Indicare il valore del parametro nella tabella dell'allegato 2	Dotato di sistema abbassa-spalle integrato e regolabile per adattarsi alle diverse stature dei pazienti. Verrà assegnato il punteggio al/ai concorrente/i che offrirà la caratteristica indicata nel precedente capoverso.			4			
Un sistema per bloccaggio arti (tipo MULTIFIX)								

1.9		L'esito della prova pratica terrà conto di: Confort per il paziente; Riproducibilità della posizione; Solidità e robustezza del dispositivo.	6			PP		
1.10	Nota: Indicare il valore del parametro nella tabella dell'allegato 2	Possibilità di inserire almeno due fasce bloccanti contemporaneamente. Verrà assegnato il punteggio al/ai concorrente/i che offrirà la caratteristica indicata nel precedente capoverso.			3			
Un sistema per bloccaggio pelvi-addome (tipo HIPFIX)								
1.11	Nota: Indicare il valore del parametro nella tabella dell'allegato 2	Adatto al posizionamento del paziente prono o supino. Verrà assegnato il punteggio al/ai concorrente/i che offrirà la caratteristica indicata nel precedente capoverso.			3			
1.12	Nota: Indicare il valore del parametro nella tabella dell'allegato 2	Integrabilità con cuscini a vuoto per maggior confort del paziente. Verrà assegnato il punteggio al/ai concorrente/i che offrirà la caratteristica indicata nel precedente capoverso.			3			
Tre sistemi tipo Belly-Board con alloggiamento per l'addome								
1.13	Nota: Indicare il valore del parametro nella tabella dell'allegato 2	Dotato di scale millimetriche laterali per facilitare l'allineamento del paziente con i laser esterni. Verrà assegnato il punteggio al/ai concorrente/i che offrirà la caratteristica indicata nel precedente capoverso.			3			
1.14		L'esito della prova pratica terrà conto di: Confort per il paziente; Riproducibilità della posizione; Solidità e robustezza del dispositivo.	6			PP		
Tre Sistemi modulari da utilizzare per trattamenti ad elevata precisione quali ipofrazionamento body IMRT/ IMAT (Rapid Arc/VMAT), IGRT								
1.15		L'esito della prova pratica terrà conto di: Confort per il paziente; Riproducibilità della posizione; Solidità e robustezza del dispositivo.	8			PP		
1.16	Nota: Indicare il valore del parametro nella tabella dell'allegato 2	Arco di forma stondata per evitare collisioni con il bore della TC e della RM e capace di realizzare una compressione ed un setup a-centrici al fine di dislocare lateralmente la pressione esercitata e meglio adattarsi a diverse condizioni anatomiche. Verrà assegnato il punteggio al/ai concorrente/i che offrirà la caratteristica indicata nel precedente capoverso.			3			
1.17	Nota: Indicare il valore del parametro nella tabella dell'allegato 2	La componente femmina dei perni di aggancio alla base/overlay deve essere integrata nella maschera stessa e, in particolare, deve essere fusa con il frame stesso, al fine di prevenire rotture accidentali, garantire una maggior stabilità e una migliore performance di aggancio/sgancio. Verrà assegnato il punteggio al/ai concorrente/i che offrirà la caratteristica indicata nel precedente capoverso.			3			
Tre Sistemi SRS/SRT Brain/Head								
1.18		L'esito della prova pratica terrà conto di: Confort per il paziente; Riproducibilità della posizione; Solidità e robustezza del dispositivo.	6			PP		

1.19	Nota: Indicare il valore del parametro nella tabella dell'allegato 2	Completo di sistemi personalizzabili monopaziente di tipo bite-block, agganciabili facilmente alle maschere termoplastiche, allo scopo di ottenere una maggiore accuratezza e ripetibilità durante l'erogazione dei trattamenti di SRS. Verrà assegnato il punteggio al/ai concorrente/i che offrirà la caratteristica indicata nel precedente capoverso.			5			
1.20	Nota: Indicare il valore del parametro nella tabella dell'allegato 2	Cuscini personalizzabili riutilizzabili e non monouso. Verrà assegnato il punteggio al/ai concorrente/i che offrirà la caratteristica indicata nel precedente capoverso.			3			
Totale MAX		90	43	0	47	90		