

RELAZIONE TECNICA GARA MICROBIOLOGIA

LOTTO N°1 (quattro ditte):

- Idonea: DID

- Non Idonee in quanto difformi dalle prescrizioni del capitolato tecnico:

bioMerieux ha offerto tamponi per prelievi uretrali maschili per Chlamydia da utilizzare con strumento VIDAS
Microbiol ha offerto tamponi secchi sterili con asta in plastica
Oxoid ha offerto tamponi secchi sterili in provetta.

LOTTO N°2 (una ditta):

- Idonea: Microbiol ha offerto LINEARCOUNT6 anziché LINEARCOUNT5 come richiesto
(Chiedere LINEARCOUNTS).

LOTTO N°3 (quattro ditte):

- Idonea: bioMerieux

Richiesta campionatura per le Ditte: DID, Liofilchem e Dasit.
Dall'esito dell'esame della campionatura risultano:

- Non idonee:

DID: offre un terreno cromogeno per Salmonelle di difficile interpretazione in quanto dopo 24 ore si verifica spesso un viraggio al giallo del terreno anche in assenza di Salmonella rendendo necessari ulteriori test biochimici con un aumento dei costi e dei tempi di referenziazione.
Liofilchem: offre un terreno cromogeno per S. agalactiae che non permette una chiara differenziazione del microrganismo in quanto cresce con caratteristiche cromogene molto simili ad altri microrganismi normalmente presenti nel campione clinico (Enterococcus faecalis) rendendo quindi necessari ulteriori test biochimici con un aumento dei costi e dei tempi di referenziazione.

Quindi, considerando le schede tecniche e la campionatura si ritengono

- Idonee: bioMerieux, Dasit

- Non Idonee: Liofilchem e DID.


LOTTO N°4 (sette ditte):

- Non Idonee in quanto difformi dalle prescrizioni del capitolato tecnico:

bioMerieux, DID e Oxoid: dalla relazione tecnica allegata emerge che non differenziano le diverse specie di Candida

- Idonea: Becton Dickinson

Richiesta campionatura per Dasit, Liofilchem e Microbiol.
Dall'esito dell'esame della campionatura risultano:



- Idonea: Dasit

- Non idonee:

Liofilchem: il terreno non permette una chiara differenziazione tra la *Candida albicans* e la *C. tropicalis* in quanto entrambe danno luogo a colonie con una tonalità di verde molto simile

rendendo necessari test biochimici aggiuntivi per una corretta identificazione di specie.

Microbiol: il terreno permette l'identificazione certa di specie solo della *C. albicans*.

C. krusei, *C. glabrata* e *C. tropicalis* crescono dando luogo a colonie rosate molto simili tra loro rendendo necessari test biochimici aggiuntivi per corretta identificazione di specie.

Quindi, considerando le schede tecniche e la campionatura si ritengono:

Idonee: Becton Dickinson e Dasit

Non Idonee: Microbiol, Liofilchem, Bio Merieux, Oxoid, DID.

LOTTO 5 (sei ditte):

- Idonee: Liofilchem, Microbiol, Vacutest Kima

- Non Idonee in quanto difformi dalle prescrizioni del capitolato tecnico:

Becton Dickinson offre Todd-Hewitt + ac. nalidixico e gentamicina anziché colistina

colistina

bioMerieux offre acqua peptonata a pH neutro anziché basico e brodo

tetrahionate con scheda tecnica in inglese

Dasit offre Todd-Hewitt con ac. nalidixico + gentamicina anziché colistina.

LOTTO 6 (due ditte):

- Idonee: Becton Dickinson, Microbiol.

LOTTO 7 (sei ditte):

- Idonee: bioMerieux, Microbiol

- Non Idonee in quanto difformi dalle prescrizioni del capitolato tecnico:

Becton Dickinson, non offre Thayer-Martin, Slanetz-Bartley e agar

Cioccolato polyvitex

Dasit non offre Thayer-Martin, Slanetz-Bartley, Dtm e Mc Conckey+ cristallvioleto

Liofilchem non offre Dtm e Mc Conckey+ cristallvioleto

Oxoid non offre DesossicolatoLattosoAgar, Agar H. pylori.

LOTTO N°8 (una ditta):

- Idonea: Microbiol.

LOTTO N°9 (sette ditte):

- Idonee: Becton Dickinson, Betadiagnostici, bioMerieux, Dasit, DID, Liofilchem, Microbiol.

LOTTO N°10 (sei ditte):

- Idonea: Betadiagnostici

- Non Idonee in quanto difformi dalle prescrizioni del capitolato tecnico
Becton Dickinson, bioMerieux, DID, Liofilchem e Microbiol non offrono il blu di metilene per la
colorazione semplice

LOTTO N°11 (una ditta):

- Idonea: DID.

LOTTO N°12 (nessuna ditta).

LOTTO N°13 (tre ditte):

- Idonea: bioMerieux

- Non Idonee in quanto difformi dalle prescrizioni del capitolato tecnico:
Becton Dickinson non offre buste monouso per giara da 3,5 litri senza acqua
Oxoid non offre giara da 7-8 litri.

LOTTO N°14 (sei ditte):

- Idonee: Betadiagnostici, Liofilchem, Oxoid, DID (per quest'ultima verificare marcatura CE)

- Non Idonee in quanto difformi dalle prescrizioni del capitolato tecnico:
Becton Dickinson offre il metronidazolo da 80 mcg anziché da 50 mcg
Microbiol presenta schede tecniche in inglese tranne quella del metronidazolo.


LOTTO N°15 (quattro ditte):

- Idonea: Betadiagnostici

- Non Idonee in quanto difformi dalle prescrizioni del capitolato tecnico:
bioMerieux: nel kit per la ricerca di isoantigeni nel LCR, manca il test di
agglutinazione per lo Streptococcus agalactiae.

Oxoid: nel kit per l'identificazione sierologica dello Streptococco di gruppo A e B
manca l'enzima di estrazione.

- da verificare: DID nell'offerta manca il kit per la ricerca degli Streptococchi mentre c'è
scheda tecnica.



LOTTO N°16 (cinque ditte):

- Idonee: Dasit, DID, Betadiagnostici, Inverness, Microbiol.

LOTTO N°17 (quattro ditte):

Nessuna offerta è completa. Opportuno richiamare le ditte Becton Dickinson, DID, Liofilchem e Oxoid perché non offrono alcuni antibiotici pur avendoli in catalogo.

LOTTO N°18 (tre ditte):

- Idonea: Microbiol

- Non Idonee in quanto difformi dalle prescrizioni del capitolato tecnico:

Becton Dickinson: non offre il terreno Middlebrook 7H9 e 7H10 e relativi supplementi Liofilchem: presenta alcune schede tecniche in inglese.

LOTTO N°19 (due ditte):

- Idonea: bioMérieux

- Non Idonea in quanto difforme dalle prescrizioni del capitolato tecnico:

Liofilchem: non offre gli antibiotici quinupristin/dalfopristin e ciprofloxacina.

LOTTO N°20 (due ditte):

- Non Idonee in quanto difformi dalle prescrizioni del capitolato tecnico:

Betadiagnostici ed Inverness non offrono il kit per la rilevazione della tossina dell'E.coli O157.

LOTTO N°21 (quattro ditte):

- Idonee: Betadiagnostici, Dasit, DID, Microbiol.

LOTTO N°22 (quattro ditte):

Nessuna offerta è completa. Opportuno richiamare le ditte Betadiagnostici, Biotest, DID, perché non offrono alcuni antisieri pur avendoli in catalogo.

LOTTO N°23 (sei ditte):

- Idonee: Becton Dickinson, Betadiagnostici, Biogenetics, Biotest, DID



-Non Idonea in quanto difforme dalle prescrizioni del capitolato tecnico:

Dasit non offre tutti i sierotipi richiesti per la Shigella dysenteriae (offre solo il sierotipo 1-2).

LOTTO N°24 (due ditte):

- Idonee: Becton Dickinson, Betadiagnostici.

LOTTO N°25 (quattro ditte):

- Idonee: Becton Dickinson, Betadiagnostici, DID

- Non Idonea in quanto difforme dalle prescrizioni del capitolato tecnico:

Biogenetics presenta scheda tecnica in inglese non firmata.

LOTTO N°26 (tre ditte):

- Idonea: Dasit

- Non Idonee in quanto difforme dalle prescrizioni del capitolato tecnico:

Becton Dickinson offre test di agglutinazione su vetrino anziché in provetta
Betadiagnostici scheda tecnica in inglese.

LOTTO N°27 (una ditta):

- Idonea: Betadiagnostici.

LOTTO N°28 (una ditta):

-Non Idonea in quanto difforme dalle prescrizioni del capitolato tecnico:

BIODEV non offre il saggio di sensibilità agli antimicotici.

Blanca *Le*
Cespe *Blanca Marie Ace*
Maria Helena

Carin Jose