



1° Verbale di gara a procedura aperta per la fornitura, in due lotti distinti, di apparecchiature varie, in regime di service, da destinare all'Unità Operativa Clinica Odontoiatrica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

L'anno 2012, addì 09 del mese di Luglio alle ore 09:00, in seduta pubblica, presso il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio, 2° piano – Via Michele Coppino n.26 – Sassari, si è riunita la Commissione giudicatrice, appositamente nominata dal Direttore Generale, con nota prot. n. NP/2012/0002057 del 05/07/2012 e così composta:

- Dott. Antonio Solinas – Responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio dell'A.O.U. di Sassari – **Presidente Commissione;**
- Prof. Giacomo Chessa – Dirigente Medico dell'U.O. di Clinica Odontoiatrica dell'A.O.U. di Sassari - **Componente Commissione;**
- Prof.ssa Egle Milia - Dirigente Medico dell'U.O. di Clinica Odontoiatrica dell'A.O.U. di Sassari - **Componente Commissione;**

Segretario verbalizzante: dott.ssa Valeria Manca

PREMESSO CHE

- con deliberazione n.183 del 22/03/2012 del Direttore Generale di questa Azienda, veniva approvato il disciplinare di gara, capitolato speciale e relativi allegati per la fornitura, in regime di service, di apparecchiature varie, da destinare all'Unità Operativa di Clinica Odontoiatrica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara su: "Gazzetta ufficiale dell' Unione Europea" (data spedizione 10/05/2012), "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (n.55 del 14/05/2012), quotidiani "Gazzetta Aste ed Appalti pubblici", "Il Messaggero", "La Nuova Sardegna", "L'Unione Sarda", sito internet "Ministero delle infrastrutture", sito informatico presso l'Osservatorio, sito internet aziendale;
- in detto bando veniva comunicato che il termine ultimo per la ricezione delle offerte era fissato alle ore 12:30 del 03/07/2012 e che la seduta pubblica si sarebbe svolta il 09/07/2012 ore 09:00 presso il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio - Via M. Coppino 26 – Sassari;
- si sarebbe proceduto all'aggiudicazione, in due lotti distinti, lotto n.1 e lotto n.2, con aggiudicazione rispettivamente, ai sensi dell'art.82 criterio dell'offerta al prezzo più basso e dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006 criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;



- nel disciplinare di gara veniva precisato che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, tecnicamente idonea, purché ritenuta conveniente per l'Azienda;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si constata che è pervenuta un'unica offerta della Ditta Henry Schein Krugg. Si procede all'apertura del plico e dopo aver riscontrato la regolarità della documentazione amministrativa, si dichiara l'ammissione della Ditta alla fase successiva della gara.

Alle ore 09:25 si presentano i Sigg.ri Alberto Barbi e Luciano Mura, in qualità di rappresentanti della Ditta Henry Schein Krugg.

Si consegnano, ai componenti della commissione, le schede tecniche della Ditta Krugg al fine di verificare le caratteristiche delle apparecchiature offerte, con attribuzione dei relativi punteggi, così come indicato nel Disciplinare di gara.

La seduta di gara, per l'apertura delle offerte economiche, è rimandata al giorno 19 Luglio 2012 ore 09:30.

Letto, firmato e sottoscritto.

Dott. Antonio Solinas

Prof. Giacomo Chessa

Prof.ssa Egle Milia

Dott.ssa Valeria Manca



2° Verbale di gara a procedura aperta per la fornitura, in due lotti distinti, di apparecchiature varie, in regime di service, da destinare all'Unità Operativa Clinica Odontoiatrica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

L'anno 2012, addì 23 del mese di Luglio alle ore 10:30, in seduta pubblica, presso l'Ufficio del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio, 2° piano – Via Michele Coppino n.26 – Sassari, in presenza della Commissione:

- Dott. Antonio Solinas – Responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio dell'A.O.U. di Sassari – **Presidente Commissione;**
- Prof. Giacomo Chessa – Dirigente Medico dell'U.O. di Clinica Odontoiatrica dell'A.O.U. di Sassari - **Componente Commissione;**
- Prof. ssa Egle Milia - Dirigente Medico dell'U.O. di Clinica Odontoiatrica dell'A.O.U. di Sassari - **Componente Commissione;**

Segretario verbalizzante: dott.ssa Valeria Manca

Si riprende la seduta di gara sospesa in data 09 Luglio 2012, come risulta dal verbale n.1.

Alla seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche è presente il Sig. Luciano Mura, in qualità di rappresentante della Ditta Krugg

PREMESSO CHE

- Come risulta dal verbale di gara n.1, in data 09 Luglio 2012 si era tenuta la prima seduta relativa alla gara a procedura aperta, per la fornitura di apparecchiature varie, in regime di service, da destinare all'U.O. Clinica Odontoiatrica dell'A.O.U. di Sassari ed era stata comunicata la data di apertura dell'offerta economica per il giorno 19 Luglio 2012;
- La fornitura era suddivisa in due lotti distinti, lotto n.1 e lotto n.2, con aggiudicazione rispettivamente ai sensi dell'art.82 criterio dell'offerta al prezzo più basso e dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006 - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Si è proceduto all'ammissione alla fase successiva alla gara dell'unica Ditta offerente: Krugg;
- le schede tecniche delle apparecchiature offerte, relative alla suindicata Ditta, sono state consegnate alla componente tecnica della commissione per la valutazione, la verifica della rispondenza con quanto richiesto nel Capitolato Tecnico e per l'attribuzione dei relativi punteggi qualitativi;



- con nota del PG/2012/23006 del 20/07/2012 è stata comunicata alla Ditta la data di apertura delle offerte economiche;
- nel disciplinare di gara veniva precisato che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, tecnicamente idonea, purché ritenuta conveniente per l'Azienda;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si dichiara aperta la seduta.

Il Presidente della Commissione, procede alla lettura della relazione dei componenti tecnici della commissione, nota prot. n. 23147 del 23/07/2012, allegata al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che le apparecchiature offerte dalla Ditta Krugg, per entrambi i lotti, sono idonee e rispettano le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico.

Si procede pertanto all'apertura dell'offerta economica, riscontrando quanto segue:

Lotto n.1:

- n.1 elettrobisturi ad alta frequenza "KLS artin" modello "Minicutter" al prezzo annuo di € 642,34 comprensivo degli oneri della sicurezza;
- n.1 autoclave "ANTHOS" mod. Anthos 22 al prezzo annuo di € 1.284,66 comprensivo degli oneri della sicurezza;

Lotto n.2:

- n.9 Riuniti Anthos continental (71BC0000) + n.1 Riunito Anthos (71A40000) + n. 1 Riunito Anthos classe A7 plus continental + Accessori (attacchi, contrangoli, turbine e ablatori) al prezzo complessivo annuo di € 41.429,73 comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Si dispone pertanto l'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta Krugg.

La seduta di gara si scioglie alle ore 11.00.

Letto, firmato e sottoscritto.

Dott. Antonio Solinas

Prof. Giacomo Chessa

Prof.ssa Egle Milia

Dott.ssa Valeria Manca

Gara per la fornitura, in due lotti distinti, di apparecchiature varie, in regime di service, da destinare all'Unità Operativa Clinica Odontoiatrica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

Valutazione tecnico-qualitativa delle apparecchiature offerte

LOTTO N.2:

	Ditta Krugg
Caratteristiche corpo riunito (max punti 10)	7
Caratteristiche dell'Unità Operatore (max punti 10)	8
Caratteristiche dell'unità collaboratore (max punti 10)	7
Caratteristiche della poltrona (max punti 9)	7
Caratteristiche tecnico-qualitative degli accessori (manipoli, turbine e ablatori) (max punti 4)	2
Aggiornamenti tecnologici di ultima generazione (max punti 5)	4
Caratteristiche del servizio post vendita (max 12 punti): <ul style="list-style-type: none"> ➤ Caratteristiche e modalità di erogazione dell'assistenza tecnica (max punti 5); ➤ Tempi e modalità di risoluzione dei guasti (max punti 5); ➤ Tempi di consegna, installazione e collaudo (max punti 2); 	 4 3 2

Caratteristiche corpo riunito: il design moderno e le caratteristiche della superficie permettono una facile detersione permettono un ottimo controllo delle infezioni crociate . voto 7

Caratteristiche dell'Unità Operatore: buona ergonomia e disposizione intuitiva dei comandi. Voto 8.

Caratteristiche dell'unità collaboratore: buona ergonomia che aiutano l'assistente nei suoi compiti. Voto 7.

Caratteristiche della poltrona: Comoda, ergonomica; facilmente detergibile. Voto 7.



Caratteristiche tecnico-qualitative degli accessori : Gli accessori rientrano nello standard qualitativo. Voto 2.

Aggiornamenti tecnologici di ultima generazione: Il riunito possiede i più recenti aggiornamenti tecnologici (auto-steril, sistemi anti-inquinanti delle acque bianche, etc...)

Caratteristiche del servizio post vendita: che rientrano nel capitolato in esame possono essere valutate con:

- Caratteristiche e modalità di erogazione dell'assistenza tecnica: ottima e puntuale garanzia di assistenza. Voto 4.
- Tempi e modalità di risoluzione dei guasti: tempi di risoluzione delle problematiche accettabili. Voto 3.
- Tempi di consegna, installazione e collaudo: ottima tempistica per l'installazione e collaudo dello strumentario. Voto 2.

LOTTO N.1

L'attrezzatura su menzionata rispetta le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico, soprattutto per quanto riguarda la potenza di taglio, 70 e 60 watt e la classe di protezione, per quanto riguarda l'elettrobisturi. L'autoclave possiede le caratteristiche essenziali di classe B.

*Esce dalla
700 milioni*