



DETERMINAZIONE N° 392 DEL 22/10/2013

Oggetto: Riparazione per DANNO ACCIDENTALE del LASER CHIRURGICO di marca LUMENIS LTD, modello ACUPULSE 30 ST in dotazione presso il Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari; - CIG ZA10B7506E

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
- CONSIDERATO** l'art. 8 del citato regolamento, il quale statuisce che gli interventi di manutenzione per il ripristino funzionale di apparecchiature elettromedicali possono essere legittimamente esperiti in economia mediante affidamento diretto quando l'importo è inferiore a € 40.000,00.
- ATTESO CHE** in data 15/07/2013 il Coordinatore dell'Anestesia ha inoltrato a questo Servizio la richiesta di riparazione del LASER CHIRURGICO di marca LUMENIS LTD, modello ACUPULSE 30 ST - matricola 183 - , in dotazione presso la Sala Operatoria della Clinica Otorinolaringoiatra del Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari, in quanto presenta un errore sul database;

- CONSIDERATO** che, il Laser Chirurgico sopracitato è compreso nel contratto di Global Service attualmente in essere con l'ATI (Ingegneria Biomedicale S. Lucia, Drager, Philips) riguardo la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
- CONSIDERATO** che, essendo stato fornito e collaudato in data 27/09/2012, il Laser Chirurgico risulta essere ancora sotto Garanzia con la Ditta fornitrice CARDIOMED S.r.l.;
- DATO ATTO** che, nella stessa data in cui è pervenuta la richiesta del Reparto, il S.I.C. Aziendale ha provveduto ad aprire la chiamata per l'intervento di manutenzione all'ATI;
- CONSIDERATO** che, come da comunicazione del 29/08/2013, inoltrata dal Global Service (Prot. 2013/ 0019275 del 05/09/2013) della Ditta CARDIOMED S.r.l., la quale comunica che gli interventi di manutenzione sono avvenuti regolarmente e che sono state sostituite le librerie di sistema **danneggiate a seguito di spegnimento accidentale del sistema senza previo log off del S.O.;**
- CONSIDERATO** **che, essendo il guasto dovuto ad errore umano,** l'intervento di manutenzione non rientra nei termini della garanzia;
- ACCERTATO** tramite sopralluogo del S.I.C. Aziendale che il danno causato all'apparecchio è di tipo accidentale;
- DATO ATTO CHE** la Ditta CARDIOMED S.r.l. con Prot. 2013/ 0019146 del 04/09/2013 (Riferimento ditta Prot. n. 166/13) ha inoltrato a questo Ufficio preventivo, per la manutenzione del Laser, il quale prevede una spesa pari a € 800,00 + IVA di legge;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG ZA10B7506E** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'Amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **0507020103** denominato **"Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta"** del Bilancio 2013.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla Ditta CARDIOMED S.r.l., con Sede in Via G.B. Venturi, 4/A – 09131 Cagliari (CA), P. IVA 01709600926, la riparazione del LASER CHIRURGICO di marca LUMENIS LTD, modello ACUPULSE 30 ST - matricola 183, in dotazione presso la Sala Operatoria della Clinica Otorinolaringoiatra del Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari, per un importo pari a € 800,00 + IVA di legge;

- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507020103** denominato “**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie a Richiesta**” del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 976,00 IVA AL 22%compresa;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG ZA10B7506E** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Per. Ind. Francesco Macri	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 22.10.2013 per la durata di quindici giorni.	