



DETERMINAZIONE N° 254 DEL 11/06/2014

Oggetto: Riparazione per DANNO ACCIDENTALE del LASER CHIRURGICO di marca LUMENIS LTD, modello ACUPULSE 30 ST in dotazione presso il Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari; - CIG ZF20F16776

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
- CONSIDERATO** l'art. 8 del citato regolamento, il quale statuisce che gli interventi di manutenzione per il ripristino funzionale di apparecchiature elettromedicali possono essere legittimamente esperiti in economia mediante affidamento diretto quando l'importo è inferiore a € 40.000,00.
- PRESO ATTO CHE** in data 28/01/2014 la Coordinatrice del Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari ha inoltrato a questo Ufficio la richiesta di riparazione del LASER CHIRURGICO

di marca LUMENIS LTD, modello ACUPULSE 30 ST, matricola 183 in quanto presenta un danno sul braccio snodabile;

CONSIDERATO che, il Laser Chirurgico sopracitato è compreso nel contratto di Global Service attualmente in essere con l'ATI (Ingegneria Biomedicale S. Lucia, Drager, Philips) riguardo la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;

CONSIDERATO che, essendo stato fornito e collaudato in data 27/09/2012, il Laser Chirurgico risulta essere ancora sotto Garanzia con la Ditta fornitrice CARDIOMED S.r.l.;

DATO ATTO che, nella stessa data in cui è pervenuta la richiesta del Reparto, il S.I.C. Aziendale ha provveduto ad aprire la chiamata per l'intervento di manutenzione all'ATI;

VISTO l'ordine di lavoro del Global Service n° 006002200001811 del 28/01/2014, il quale attesta che trattandosi di apparecchiature in garanzia è stata interpellata la casa madre, ovvero la ditta Cardiomed S.r.l.;

VISTO il preventivo ricevuto dalla Ditta CARDIOMED S.r.l. con Prot. 2014/6178 del 13/03/2014 (Riferimento ditta Prot. n. 20/14) il quale indica che il danno recato all'apparecchiatura necessita di un intervento di manutenzione fuori garanzia;

ACCERTATO tramite sopralluogo del S.I.C. Aziendale che il danno causato all'apparecchio è di tipo accidentale;

DATO ATTO che, per il ripristino funzionale del Laser, l'offerta sopraindicata prevede una spesa pari a € 400,00 + IVA di legge;

ACCERTATO che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG ZF20F16776** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **0507020103** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta**" del Bilancio 2014.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla Ditta CARDIOMED S.r.l., con Sede in Via G.B. Venturi, 4/A – 09131 Cagliari (CA), P. IVA 01709600926, la riparazione del LASER CHIRURGICO di marca LUMENIS LTD, modello ACUPULSE 30 ST, matricola 183 in

dotazione presso il Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari, per un importo complessivo pari a € 400,00 + IVA di legge:

DI DARE ATTO che la spesa relativa, comprensiva di versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507020103** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie a Richiesta**" del corrente esercizio finanziario (anno 2014) è pari a un importo complessivo di **€ 488,00** IVA compresa;

DARE MANDATO al competente ufficio affinché il suddetto costo della riparazione, come richiesto dalla Direzione Generale trattandosi di danno accidentale dovuto ad errato utilizzo come indicato in premessa, venga imputato sul budget della U.O. del Blocco Operatorio, ristorando l'importo del conto di spesa n° 0507020103 del Budget del Servizio tecnico del suddetto importo anticipato.

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG ZF20F16776** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macri</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 11.06.2014 per la durata di quindici giorni.</p>	