



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 343 DEL 04 / 04 / 2023

OGGETTO	Servizio quinquennale di assistenza tecnica e manutenzione dell'impianto di smaltimento reflui radioattivi in funzione presso la medicina nucleare dell'A.O.U. di Sassari – Sostituzione di un pressostato e di due interruttori automatici a servizio delle pompe di rilancio delle vasche rilancio reflui – Liquidazione interventi di manutenzione straordinaria eseguiti da gennaio a marzo 2023 - CIG Y8A346986F
----------------	--

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	Per. Ind. Antonio Mura	
PROPOSTA N.	PDET/2023/341	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal <u>04.04.2023</u> per la durata di quindici giorni		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio
(Ing. Roberto Manca)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con la deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 6/03/2019 sono state modificate ed integrate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC “Edile, Impianti e Patrimonio”, per la SSD “Ingegneria Clinica” e per la SSD “Nuovo Ospedale – Fondi FSC”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- VISTA** la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari Generali Convenzioni e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, afferente Area di Staff della Direzione”;
- VISTA** la Deliberazione n. 287 del 10/03/2023 “Presenza d’atto dei verbali del Collegio tecnico preposto alla verifica ed alla valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti dal Direttore della Struttura Complessa Bilancio e contabilità, dal Direttore della S.C. Edile Impianti Patrimonio e dal Responsabile della S.S.D. Amministrazione di Presidio”;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- PREMESSO** che, presso l’edificio della clinica medica risulta in esercizio l’impianto di smaltimento reflui a servizio della Sezione PET;
- DATO ATTO** che tale impianto è stato affidato in manutenzione quinquennale alla ditta ELSE NUCLEAR con Delibera 36 del 19.01.2022 - CigY8A346986F

- CONSIDERATO** che a seguito di intervento di manutenzione ordinaria del 24-01-2023 la ELSE NUCLEAR ha segnalato il malfunzionamento di un pressostato e di due interruttori magnetotermici che mandavano fuori servizio la pompa di rilancio presso le vasche dell'impianto di smaltimento reflui;
- DATO ATTO** che la ELSE NUCLEAR ha formulato preventivo di spesa Preventivo N. 2-C-EN-22 - 03/GFA Rev. 01 per la sostituzione della pompa di scarico del sistema PET, della vasca di smistamento e di due sensori di livello max e troppo pieno oltre all'ulteriore fornitura delle componenti precitate da tenere di scorta sul posto in caso di nuova avaria delle componenti in esercizio per un importo di € 4.155,84 oltre iva di legge da contabilizzare a consuntivo una volta eseguito l'intervento di ripristino;
- DATO ATTO** che con prot. PG/2023/2228 del 06.02.2023 il servizio tecnico ha ritenuto congruo ed ha approvato il preventivo di spesa N. 2-C-EN-22 - 03/GFA Rev. 01 per un importo totale di € 4.155,84 oltre iva di legge presentato dalla ELSE NUCLEAR;
- CONSIDERATO** che nelle date del 21-02-2023 e 22-03-2023 la ELSE NUCLEAR ha effettuato l'intervento e consuntivato a fine lavori un importo di € 4.727,34 oltre iva di legge (PG/2023/5114 del 24-03-2023) modificando l'importo del preventivo;
- CONSIDERATO** che a seguito di intervento di manutenzione straordinaria del 26-01-2023 la ELSE NUCLEAR ha segnalato l'avarìa della pompa di scarico del sistema PET, della vasca di smistamento e di due sensori di livello max e troppo pieno;
- DATO ATTO** che la ELSE NUCLEAR ha formulato preventivo di spesa N.2-C-EN-22-02-GFA per la sostituzione di due interruttori automatici presso le vasche di rilancio dell'impianto di smaltimento reflui per un importo di € 816,42 oltre iva di legge da contabilizzare a consuntivo una volta eseguito l'intervento di ripristino;
- DATO ATTO** che con prot. PG/2023/1307 del 24.01.23 il servizio tecnico ha ritenuto congruo ed ha approvato il preventivo di spesa N.2-C-EN-22-02-GFA della ditta ELSE NUCLEAR;
- CONSIDERATO** che in data 26-01-2023 la ELSE NUCLEAR ha effettuato l'intervento e consuntivato a fine lavori un importo di € 534,50 oltre iva di legge (PG/2023/2197 del 06-02-2023) modificando l'importo del preventivo;
- CONSIDERATO** che tale intervento risulta manutenzione straordinaria e necessario per garantire il corretto funzionamento del sistema di svuotamento e rilancio dei reflui presenti all'interno dei serbatoi;
- DATO ATTO** che all'art. 03 del disciplinare di appalto sono indicate le modalità di remunerazione degli interventi extra-canone
- DATO ATTO** che per tale lavorazione è stato acquisito il CIG Y8A346986F
- DATO ATTO** che l'importo di € 5.261,84 iva esclusa rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del BDG_S_03 2023;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice Y8A346986F per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (*Durc on line*) INPS_34832655 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- RITENUTO** che la spesa complessiva di cui al presente atto debba gravare sul conto di costo **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" del BDG_S_03 2023 del corrente esercizio finanziario ove esiste sufficiente disponibilità;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI LIQUIDARE** alla **ELSE NUCLEAR**, con sede in via Riccardo Pitteri 10 -20134 Milano (MI)- Partita IVA n.° 08410920964, a seguito di regolare conclusione dei lavori e dietro presentazione di fatturazione elettronica, le lavorazioni indicate in oggetto per un importo pari a € 5.261,84 iva esclusa, (€ 6.419.45 iva 22% compresa)
- DI DARE ATTO** che la spesa di cui al presente atto, pari a € 6.419.45 iva 22% compresa, graverà sul conto di spesa **A507010104** denominato “**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**” del BDG_S_03 2023;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y8A346986F** le clausole previste dalle suddette normative.

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO
