



DETERMINAZIONE N° 309 DEL 14/07/2014

Oggetto: LAVORI PER LA RIPARAZIONE ED INSTALLAZIONE DELL'ALLARME TIPO "DETECTOR", CON ALIMENTAZIONE 24V (ELEMENTO SENSIBILE DA 0 A 30% DI OSSIGENO), DA ESEGUIRSI C/O I NUOVI LABORATORI CRIOGENICI DELL'U.O. DI EMATOLOGIA AL PIANO TERRA DEL PALAZZO MATERNO INFANTILE. CIG. Z690F1D88C

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D.Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento;
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che nei nuovi laboratori di crioconservazione realizzati al piano terra del palazzo materno infantile, è stato installato tutto l'impianto di allarme precedentemente smontato dal vecchio laboratorio; lavoro svolto gratuitamente dalla ditta Caci Marcello;
- CONSTATATO** che l'allarme tipo "detector" non era più funzionante, per cui la ditta esecutrice dell'impianto di allarme, su richiesta di questo Servizio Tecnico, ha provveduto a presentare preventivo per la riparazione dell'apparecchiatura;
- DATO ATTO** che il costo per la riparazione del su citato allarme pari a €. 600,00 più IVA di legge (€. 732,00 IVA inclusa) è stato ritenuto congruo e in linea con i prezzi di mercato;
- RITENUTO** pertanto per ragioni di sicurezza, effettuare urgentemente l'installazione dell'allarme sopra descritto;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 0507010103 denominato "Manutenzione e

riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" **BUDGET SICUREZZA** del Bilancio 2014.

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG. Z690F1D88C** per l'intervento in oggetto e che non è dovuto, da parte dell'amministrazione, alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore del Servizio Tecnico, Geom. Alberto Mario Paoletti;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla ditta **CACI MARCELLO**, Via G. Marconi, 67/A - 07041 Alghero , l'appalto per l'esecuzione dei "lavori per la riparazione ed installazione dell'allarme tipo "detector" con alimentazione 24v (elemento sensibile da 0 a 30% di ossigeno) da eseguirsi c/o i nuovi laboratori criogenici dell'U.O. di Ematologia al piano terra del palazzo materno infantile".

DI DARE ATTO che la spesa relativa, comprensiva di versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507010103** denominato "**Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta**" **BUDGET SICUREZZA** del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di **€ 732,00** I.V.A. 22% compresa;

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto;

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG. Z690F1D88C** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Geom. Giuseppe Delrio</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 14/07/2014 per la durata di quindici giorni.</p>	