



## **DETERMINAZIONE N° 60 DEL 01/02/2017**

**Oggetto: Trasferimento e messa a norma dello Scambiatore termico LIVANOVA presso l'U.O. di Cardioanestesia del P.O. SS. Annunziata dell'AOU di Sassari; – CIG ZBA1C9EF4**

***Determinazione a contrarre e contestuale affidamento.***

---

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "*Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) ..... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc.*" prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico.
- VISTA** la Legge Regionale n° 23 del 17 Novembre 2014 Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- VISTA** la nota ricevuta dal Direttore dell'U.O. di Cardiocirurgia del P.O. "SS. Annunziata" dell'AOU di Sassari, con la quale ci informa dell'AVVISO DI SICURZZA ricevuto dalla Società Livanova (Sorin Group Deutschland Gmbh e Sorin Group USA);
- CONSTATATO** che, l'avviso di sicurezza ricevuto, riguarda uno scambiatore termico in dotazione presso l'U.O. di Cardiocirurgia;
- VISTO** l'avviso di sicurezza, contenente le correzioni da mettere in atto, riguardanti l'uso e disinfezione dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento;
- CONSIDERATO** che, tra le azioni da mettere in atto è previsto l'allontanamento, dal campo operatorio, dello scambiatore termico;

- DATO ATTO** che si è provveduto a richiedere preventivo alla ditta Sorin Group Italia S.r.l., tramite il Global Service, relativo al trasferimento e messa a norma dello scambiatore termico in un locale adiacente alla Sala Operatoria interessata;
- VISTO** il preventivo con Prot. 2016/26812 del 29/11/2016 inoltratoci dalla ditta Sorin Group Italia S.r.l. e che la spesa complessiva ammonta a € 7.990,44 + IVA di legge;
- CONSIDERATO** che, la ditta Sorin Group Italia S.r.l. è autorizzata ad eseguire interventi manutentivi sulla strumentazione da Noi richiesta;
- ACCERTATO** che, lo strumento richiesto è fondamentale per il corretto svolgimento delle attività di routine dell'Unità Operativa in cui è ubicato e che, l'intervento è da considerarsi di carattere d'urgenza sanitaria;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG ZBA1C9E9F4** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507020102 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta" del Bilancio 2016.

#### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla Ditta Sorin Group Italia S.r.l., con sede in Via Benigno Crespi, 17 – 20159 Milano, il trasferimento e la messa a norma dello scambiatore termico dalla Sala Operatoria ad un locale adiacente presso l'U.O. Cardiochirurgia del P.O. SS Annunziata dell'AOU di Sassari per un importo complessivo pari a € 7.990,44 + IVA di legge:
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° A507020102 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie e Scientifiche a Richiesta" del corrente esercizio finanziario (anno 2016) è pari a un importo complessivo di € 9.748,34 IVA compresa;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG ZBA1C9E9F4** e le clausole previste dalle suddette normative.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**f.to Ing. Roberto Manca**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata

Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO

Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca \_\_\_\_\_

Estensore: Per. Ind. Francesco Macri

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla  
relativa corrispondenza dei conti di costo  
del sistema budgetario autorizzato

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 01/02/2017 per la durata di quindici giorni.