



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 895 DEL 28/10/2019

Oggetto	Affidamento alla ditta Comecer S.p.A. per l'intervento manutentivo in urgenza sulla PORTA ANTI RADIAZIONI IONIZZANTI, installata presso il P.U.O.C. di Radioterapia dell'AOU di Sassari; – CIG Y67298A7D6
Struttura	SSD Ingegneria Clinica
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Per. Ind. Francesco Macrì

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 12.365,80	A507020102	Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta	2019

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Direttore pro-tempore della SSD Ingegneria Clinica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.).... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n°693 del 22/08/2019, è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. "Edile, Impianti e Patrimonio", con decorrenza 28/08/2019, l'incarico di Responsabile della SSD "Ingegneria Clinica" per una durata di 6 mesi;
- VISTA** la delibera n. 7 del 14/01/2019 'approvazione procedura rideterminazione dei fabbisogni per l'anno 2019';
- VISTO** il vigente Bilancio di Previsione;
- VITA** la richiesta ricevuta dall'U.O.C. di Radioterapia con la quale si richiedeva a questo servizio la riparazione della PORTA ANTI RADIAZIONI IONIZZANTI di marca COMECER, modello SPI, matricola 42247, inventario 5180, installata a protezione del Bunker dell'Acceleratore Lineare VARIAN CLINAC 2100C, in quanto durante le movimentazioni effettuava un rumore causato dal cedimento di uno dei cardini di sostegno della porta;
- ACCERTATO** che, nel contratto di Global Service attualmente in essere presso questa azienda, rientrano gli interventi di manutenzione degli automatismi delle porte del bunker e non quelli dovuti al cedimento strutturale dei sostegni della porta;
- CONSIDERATO** che sulla porta sopracitata può intervenire soltanto la ditta produttrice e fornitrice, ovvero la ditta Comecer S.p.A., con sede in Via Maestri del Lavoro, 90 – 48014 Castel Bolognese (RA), P.I. 02404790392;
- DATO ATTO** che, si è provveduto a richiedere preventivo alla ditta Comecer S.p.A. per l'intervento di manutenzione in urgenza sulla porta del bunker;
- VISTO** il preventivo ricevuto dalla ditta Comecer S.p.A con Prot. PG/2019/20261 del 21/08/2019 e che l'importo complessivo ammonta a € 10.135,80 + IVA di legge;
- VISTA** l'urgenza di ripristinare l'attività sanitaria del bunker dell'U.O.C. di Radioterapia, si è provveduto ad autorizzare l'intervento alla ditta Comecer S.p.A., come da nota Prot. n. PG/2019/20364 del 23/08/2019;

- VISTO** il rapporto di intervento del 09/09/2019;
- VISTA** la fattura ricevuta n°IT01383810890;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dalla SSD Ingegneria Clinica;
- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG Y67298A7D6**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**" del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla ditta Comecer S.p.A. con sede in Via Maestri del Lavoro, 90 – 48014 Castel Bolognese (RA), P.I. 02404790392, l'incarico per l'intervento di manutenzione in urgenza sulla PORTA ANTI RADIAZIONI IONIZZANTI di marca COMECER, modello SPI, matricola 42247, inventario 5180, installata a protezione del Bunker dell'Acceleratore Lineare VARIAN CLINAC 2100C sito presso l'U.O.C. di Radioterapia dell'AOU di Sassari per un importo pari a € 10.135,90 oltre IVA di legge;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**" **BDG_S_03 2019**" è pari a un importo complessivo di € 12.365,80 comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y67298A7D6** le clausole previste dalle suddette normative.

Il Direttore pro-tempore del SSD Ingegneria Clinica
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SSD Ingegneria Clinica Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca Estensore: Per. Ind. Francesco Macri	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p style="text-align: right;">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 28/10/2019 per la durata di quindici giorni.	

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione
f.to (Dott. Antonio Solinas)