

Fornitura di un letto fluidizzato a microsfere e servizi di manutenzione connessi, da destinare alla S.C. Centro Ustioni dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Caratteristiche Tecniche minime delle apparecchiature:

ID	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	Q.TA
01	LETTO FLUIDIZZATO CON SISTEMA A MICROSFERE	<p>GENERALITA Letto per terapia fluidizzato con sistema a microsfere, da utilizzarsi per il trattamento dei pazienti "grandi ustionati" afferenti alla SC Centro Ustioni del P.O. SS Annunziata di Sassari.</p> <p>Il dispositivo in oggetto costituisce un supporto terapeutico per la cura dei pazienti completamente allettati, per prevenire e/o curare piaghe da decubito multiple o in fase avanzata, innesti o ustioni e per mantenere il paziente in un ambiente asettico, con un microclima termocontrollato.</p> <p>DIMENSIONI Il letto deve avere le seguenti dimensioni indicative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LUNGHEZZA 220 ÷ 240 cm • LARGHEZZA 80 ÷ 100 cm • ALTEZZA 80 ÷ 100 cm <p>PESO Il letto deve avere il seguente peso indicativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PESO LETTO A VUOTO 160 ÷ 180 kg • PESO MICROSFERE 500 ÷ 600 kg <p>COMANDI E MOVIMENTAZIONE Pulsantiera integrata per la selezione e la regolazione dei parametri Sollevamento capo-tronco articolato Dotato di n. 4 ruote con freno</p> <p>ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230 V – 50 Hz</p> <p>LIVELLO DI RUMOROSITA Inferiore a 65 dB(A)</p> <p>MICROSFERE Microsfere in ceramica calco-sodica rivestite da uno strato di silicone.</p> <p>Il movimento delle microsfere, contenute nella vasca di fluidizzazione, deve essere garantito da un flusso di aria ascendente a bassa pressione.</p> <p>Possibilità di regolazione della temperatura delle microsfere in base alle necessità del paziente.</p> <p>Il flusso discendente dei fluidi corporei (essudati, sangue, perspirazione,urina) deve avvenire attraverso un "telo filtro" permeabile, la cui trama deve consentire di contenere le microsfere</p> <p>NORME DI RIFERIMENTO PRINCIPALI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttiva Europea 93/42/ CEE e ss.mm.ii. • IEC 60601-1 	1

N.B. La fornitura dovrà comprendere i seguenti servizi:

ID	SERVIZIO
01	Noleggio e manutenzione full-risk a <u>lungo termine</u> 36 mesi: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="624 271 1027 327">• letto fluidizzato comprensivo di n. 4 trattamenti paziente/anno
02	EXTRA-CANONE MANUTENZIONE Cambio teli letto all'interno dello stesso ciclo di "trattamento paziente" (<i>senza alcun vincolo di richiesta per la Stazione Appaltante</i>)
03	EXTRA-CANONE Noleggio e manutenzione full-risk a <u>breve termine</u> di una ulteriore unità, in affiancamento al noleggio a lungo termine (<i>senza alcun vincolo di richiesta per la Stazione Appaltante</i>): <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="624 689 919 719">• n. 2 trattamenti paziente