



Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in service, di sistemi infusionali e sistemi per nutrizione enterale con relativo materiale di consumo ed accessori per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell'OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base d'asta nel quinquennio € 4.159.000,00 oltre proroga semestrale pari a € 415.900,00, oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7761999. CUI F02268260904202000085

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI n. 4

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	si chiede la possibilità di offrire pompe monovia impilabili (equiparabili a pompe infusionali volumetriche multicanale).	Considerata la tipologia di infusione per la quale sono destinate e la modalità di gestione dei sistemi infusionali richiesti si confermano le caratteristiche richieste in capitolato
2	In merito al LOTTO 3 - POMPE VOLUMETRICHE PER CHEMIOTERAPICI si fa presente che per quanto di nostra conoscenza non ci sono attualmente aziende dotate di SW gestionali in grado di dialogare con Oncosys. Il nostro protocollo di comunicazione è in grado di dialogare con la maggior parte delle cartelle cliniche presenti sul mercato. Questa attività richiede la creazione di un driver di comunicazione tra sistemi di infusione e cartella clinica, il quale richiederebbe un analisi dei costi/base d'asta non inserita all'interno del presente capitolato ad oggi. Si chiede di integrare tali costi all'interno dei canoni annuali	Non è propriamente corretto parlare di driver di comunicazione, visto che si tratta di un'architettura di tipo SOA. In ogni caso è già previsto un canone per la copertura dei costi di sviluppo e di manutenzione dell'interfaccia.
3	Si fa presente che per quanto di nostra conoscenza non ci sono attualmente aziende dotate di SW gestionali in grado di dialogare con Oncosys. Si chiede pertanto in merito al LOTTO 3 - POMPE VOLUMETRICHE PER CHEMIOTERAPICI la possibilità di offrire una cartella clinica onco-ematologica alternativa a Oncosys che sia in grado permettere il dialogo con i sistemi infusionali offerti. Tale cartella onco-ematologica richiederà un analisi dei costi/base d'asta non inserita all'interno del presente capitolato.	La capacità di integrazione con la piattaforma Oncosys è uno dei requisiti necessari per poter partecipare alla gara, motivo per cui questa richiesta non è accettabile.
4	Si chiede che al lotto 1 rif. f, vengano offerte solo le siringhe da 50ml in quanto è il formato comunemente usato in pompa con farmaci fotosensibili,	Verificati i requisiti si conferma la richiesta di sole siringhe da 50ml di tipo ambrato