



PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 58 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, SUDDIVISA IN 260 LOTTI, DI DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - CND U, A VALENZA REGIONALE, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI (AOUSS-Capofila Mandataria), DELL'AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE DELLA REGIONE SARDEGNA (ATS-SARDEGNA), DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI (AUOCA) E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU (AOB). Importo a base di gara soggetto a ribasso, euro € 63.075.852,50, inclusi canoni di locazione (oltre IVA nella misura di legge), oltre € 6.307.585,25 per proroga tecnica, per un importo complessivo di € 69.383.437,75. N° gara 7800037 - CIG vari. CUI F02268260904201900021.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI N. 2

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Il lotto 197, suddiviso in 5 sublotti, presenta nell'allegato 1 il quantitativo totale annuale ma non la suddivisione per singola azienda ospedaliera come avviene per gli altri è un refuso?	Nell'allegato 1 è riportato per il sublotto 197c 150 pezzi AOUSS, 100 pezzi ASL Nuoro e 10 pezzi ASL Carbonia per un totale di 260 pezzi come da colonna Totale Annuale
2	In riferimento ai seguenti lotti: Lotto 21 "catetere Nelaton PVC femminile" sono richieste misure da CH 6 a CH 30; Lotto 22 "catetere Nelaton PVC maschile" sono richieste misure da CH 10 a CH 22. È possibile che ci sia stata un'inversione nelle descrizioni? In quanto la richiesta di misure femminili così grandi appare un po' insolita.	Si confermano le suddivisioni di cui al capitolato tecnico allegato 1
3	la campionatura va fornita sterile?	La campionatura deve essere conforme alle caratteristiche del prodotto di riferimento presente in capitolato
4	in relazione al Lotto 130, si chiede di specificare: 1)La guida può essere fornita a corredo e quindi non essere parte integrante di un kit insieme al catetere? 2)Tale guida deve essere rigida o flessibile?	1) La guida può essere fornita a corredo nella stessa confezione, confezionamento primario distinto, confezionamento secondario unico 2) La guida deve essere flessibile
5	Nel caso di presentazione dell'offerta di un sistema che preveda sia componenti monouso, sia componenti "capital" che verrebbero lasciate in comodato, sarà possibile riavere indietro le componenti "capital" per comodato, al termine della valutazione della campionatura?	Al termine delle valutazioni verranno restituite le componenti in comodato