



PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 58 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, SUDDIVISA IN 260 LOTTI, DI DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - CND U, A VALENZA REGIONALE, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI (AOUSS-Capofila Mandataria), DELL'AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE DELLA REGIONE SARDEGNA (ATS-SARDEGNA), DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI (AUOCA) E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU (AOB). Importo a base di gara soggetto a ribasso, euro € 63.075.852,50, inclusi canoni di locazione (oltre IVA nella misura di legge), oltre € 6.307.585,25 per proroga tecnica, per un importo complessivo di € 69.383.437,75. N° gara 7800037 - CIG vari. CUI F02268260904201900021.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI N. 3

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Caratteristiche funzionali/Uniformità delle parti congiunte: cosa si intende per questo aspetto e a quale parti congiunte si fa riferimento? Confezionamento ed etichettatura/Confezione primaria trasparente: chiediamo quale sia lo scopo che si vuole raggiungere con questa caratteristica, considerando che la lubrificazione dei cateteri può essere alterata dall'esposizione ad agenti atmosferici quali fonti di luce. Pertanto una confezione opaca riduce questi rischi - Gamma delle misure disponibili: Chiediamo se per misure si intenda lunghezza, diametro, punte o solo alcuni di questi parametri	Uniformità delle parti congiunte: materiale esente da imperfezioni nelle zone di giunzione Confezione primaria trasparente: i dispositivi medici sono custoditi in confezioni secondarie che proteggono dall'azione di ossidazione della luce Gamma delle misure disponibili: valutazione dei calibri e misure come da allegato 1
2	lotto 172: introduttori richiesti monouso si potrebbe offrire stesso prodotto ma pluriuso? lotto 178 materiale richiesto polipropilene vorremmo proporre rete di polipropilene con una componente parzialmente riassorbibile. lotto 179 materiale richiesto polipropilene vorremmo proporre rete di polipropilene con una componente parzialmente riassorbibile .	Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico
3	Si chiede conferma che la procedura sia da intendersi esclusivamente ad uso interno ospedaliero e quindi che non verrà mai utilizzata ad uso di pazienti sul territorio.	La procedura è stata progettata in accordo a quanto definito nella Deliberazione regionale N. 51/13 del 28.12.2012 relativa all' "Indizione di procedure aperte a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici e individuazione delle ASL capofila" a cui si rimanda per la finalità e gli ambiti di competenza della stessa.