



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



*Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 133 DEL 08/03/2018**

<b>Oggetto</b>	Affidamento alla ditta Neuromed S.p.A. per danno accidentale del bisturi ad ultrasuoni SYNERGETICS SONOPET OMNI e del manipolo codice HU200 in dotazione presso il Blocco Operatorio del P.O. “SS Annunziata” dell’AOU di Sassari – CIG Y52226ED0A
<b>Struttura</b>	Servizio Edile, Impianti e Patrimonio
<b>Direttore di Struttura</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Estensore</b>	Per. Ind. Francesco Macrì

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
<b>€ 20.984,00</b>	<b>A507020102</b>	<b>Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta</b>	<b>2018</b>

Allegati alla Determinazione ##	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Il Direttore del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) ..... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che in data 25/10/2017 è pervenuta a questo Servizio la richiesta di riparazione del BISTURI AD ULTRASUONI di marca SYNERGETICS INC, modello SONOPET OMNI, matricola 09A1016 con numero di etichetta SSA4782, in dotazione presso l'U.O. Blocco Operatorio del P.O. "SS Annunziata";
- DATO ATTO** che si è provveduto immediatamente ad inoltrare la richiesta di manutenzione al servizio di Global Service attualmente in essere presso il P.O. "SS Annunziata";
- RISCONTRATA** la particolarità del danno recato allo strumento, il tecnico incaricato dal servizio di Global Service ha disposto il trasferimento dello strumento alla ditta produttrice Neuromed S.p.A. al fine di ripristinarne il funzionamento;
- CONSIDERATO** che nella spedizione avvenuta in data 30/01/2018 è stato inserito anche il manipolo dello strumento con codice HU200;
- VISTO** il preventivo trasmesso dalla ditta Neuromed S.p.A., ns. prot. PG/2018/2288 del 30/01/2018, nel quale viene indicato che la mancata funzionalità dello strumento è da imputare alla penetrazione di liquido all'interno dello stesso, infatti, come chiarisce la ditta Neuromed S.p.A., all'interno dell'apparecchio sono visibili numerosi residui di soluzione fisiologica e il pannello posteriore è deformato come conseguenza da urto;
- ACCERTATO** che, come da considerazioni della ditta Neuromed S.p.A., il danno è da imputare all'uso improprio dell'apparecchiatura e quindi si tratta di DANNO ACCIDENTALE;
- VISTO** l'importo previsto per il ripristino funzionale dello strumento indicato in offerta, ammontante a € 6.500,00 oltre IVA di Legge;
- CONSTATATO** che lo stesso tipo di infiltrazione si è verificata anche sul manipolo spedito insieme al bisturi ad ultrasuoni;
- CONSIDERATO** che, come indicato nel preventivo trasmesso dalla Neuromed S.p.A., ns prot. PG/2018/2289 del 30/01/2018, lo stesso manipolo risulta essere obsoleto e che per

poter utilizzare l'intero sistema è necessario procedere con la sostituzione del manipolo con uno di nuova generazione;

- VISTO** l'importo previsto per la fornitura di un nuovo manipolo con codice 5450-820-000 (UNIVERSAL HANDPIECE 25KHZ) indicato in offerta, il quale ammonta a € 10.700,00 + IVA di Legge;
- CONSIDERATO** che, per provvedere al ripristino funzionale del Bisturi ad Ultrasuoni e del suo manipolo, l'importo totale previsto ammonta a € 17.200,00 + IVA di Legge;
- ACCERTATO** che si tratta di strumentazione fondamentale per svolgere le abituali attività di routine dell'U.O. Blocco Operatorio del P.O. "SS Annunziata";
- ACCERTATO** che le manutenzioni dovute a "danno accidentale" non rientrano nel contratto di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di Global Service attualmente in essere presso il P.O. "SS Annunziata";
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dall'SSD Ingegneria Clinica aziendale;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono state autorizzate dal Servizio Tecnico aziendale;
- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG Y52226ED0A**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**" del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

## D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla ditta **Neuromed S.p.A.**, con sede in Via Principe Amedeo, 32 – 10123 Torino – P. Iva 07077990013, l'incarico per la riparazione, per danno accidentale, del BISTURI AD ULTRASUONI di marca SYNERGETICS INC, modello SONOPET OMNI, matricola 09A1016 (inventario SSA4782) e la sostituzione, sempre per danno accidentale, del manipolo con codice HU200 in dotazione presso l'U.O. Blocco Operatorio del P.O. "SS Annunziata", per un importo complessivo pari a € 17.200,00 oltre IVA al 22%;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**" **BDG\_S\_03 2018** è pari a un importo complessivo di **€ 20.984,00** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y52226ED0A** le clausole previste dalle suddette normative.

**Il Direttore del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio**  
f.to Ing. Roberto Manca

---

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Edile, Impianti e Patrimonio</p> <p>Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macri</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 08/03/2018 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	