



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



*Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 454 DEL 04.06.2019**

<b>Oggetto</b>	Affidamento alla ditta Olympus Italia S.r.l. per la fornitura di accessori indispensabili per il corretto utilizzo del Broncoscopio OLYMPUS LF-TP in dotazione presso l'U.O. Servizio di Anestesia – Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari; – CIG Z692852DB6
<b>Struttura</b>	SSD Ingegneria Clinica
<b>Direttore di Struttura</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Estensore</b>	Per. Ind. Francesco Macrì

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
<b>€ 1.298,79</b>	<b>A507020102</b>	<b>Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta</b>	<b>2019</b>

Allegati alla Determinazione ##	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Il Direttore pro-tempore della SSD Ingegneria Clinica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.), con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n°175 del 28/02/2019, è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. "Edile, Impianti e Patrimonio", con decorrenza 28/02/2019, l'incarico di Responsabile della SSD "Ingegneria Clinica" per una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili;
- VISTA** la richiesta inoltrata dal personale dell'U.O. Servizio di Anestesia del Blocco Operatorio, con la quale si chiede a questo servizio l'acquisizione dei raccordi per broncoscopio Olympus LF-TP, utili per la corretta disinfezione con la lavatrice per endoscopi Olympus ETD3/4 e per il normale utilizzo di routine;
- ACCERTATO** che per una corretta disinfezione e per il normale utilizzo del broncoscopio sono fondamentali i seguenti accessori:
- RACCORDO 3BF-20, CODICE E0424441;
  - VALVOLA DI ASPIRAZIONE MD-493, CODICE 028900;
  - ADATTATORE CAVO LUCE MAJ1413, CODICE N1773930;
  - LAMPADA DI RICAMBIO MAJ-922 E MAJ927, CODICE A70983A.
- CONSIDERATO** che la fornitura di nuovi accessori per broncoscopi non rientra nel contratto di Global Service per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali attualmente in essere in questa Azienda;
- DATO ATTO** che, si è subito provveduto a richiedere preventivo per la fornitura dei suddetti accessori alla ditta Olympus Italia S.r.l. con sede in Via Modigliani, 45 – 20090 Segrate (MI), in quanto fornitrice del broncoscopio modello LF-TP e della lavatrice per endoscopi ETD 3/4;
- VISTA** l'offerta ricevuta con Prot. PG/2019/12484 del 08/05/2019 e che l'importo complessivo per la fornitura degli accessori Olympus ammonta a € 1.064,58 + IVA di legge;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dalla SSD Ingegneria Clinica;
- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG Z692852DB6**;

- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **A507020102** denominato “**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**” del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

### D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla ditta Olympus Italia S.r.l., con sede in Via Modigliani, 45 – 20090 Segrate (MI) P. IVA 10994940152, l'incarico per la fornitura dei seguenti accessori indispensabili per il corretto utilizzo del broncoscopio Olympus LF-TP in dotazione all'U.O. Servizio di Anestesia del Blocco Operatorio, per un importo pari a € 1.064,58 oltre IVA di legge:
- RACCORDO 3BF-20, CODICE E0424441;
  - VALVOLA DI ASPIRAZIONE MD-493, CODICE 028900;
  - ADATTATORE CAVO LUCE MAJ1413, CODICE N1773930;
  - LAMPADA DI RICAMBIO MAJ-922 E MAJ927, CODICE A70983A;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507020102** denominato “**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**” **BDG\_S\_03 2019**” è pari a un importo complessivo di **€ 1.298,79** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z692852DB6** le clausole previste dalle suddette normative.

**Il Direttore pro-tempore del SSD Ingegneria Clinica**  
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura: SSD Ingegneria Clinica  Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca  Estensore: Per. Ind. Francesco Macri	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato    <p style="text-align: right;">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 04.06.2019 per la durata di quindici giorni.	
Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)	