

AVVISO

OGGETTO: indagine esplorativa di mercato propedeutica all'affidamento della fornitura di arredi e apparecchiature sanitarie destinate all'ambulatorio del medico competente.

Questa Azienda Ospedaliera Universitaria intende procedere all'affidamento della fornitura dei seguenti dispositivi e arredi:

1. n. 2 Lettino da visita con uno snodo portata massima 150 kg (base d'asta € 900,00);
2. n.1 Pesapersona meccanica per uso sanitario, con altimetro lettura peso a cursore, portata massima 200Kg (base d'asta € 550,00);
3. n.1 Ottotipo luminoso decimale misto, attacco a muro, lettura 3 metri (base d'asta € 200,00);
4. Tavoletta per firma digitale; tecnologia di connessione: cablato; Interfaccia dispositivo USB, Colore del display monocromatico; Sistema operativo Windows 7 o successivi (base d'asta € 240,00);
5. n.1 (UNI EN 1335) poltroncina da ufficio. Sedile e schienale (alto) regolabile in altezza; possibilità di rotazione sedile 360°; bordo sedile arrotondato; schienale regolabile in inclinazione; basamento a ≥ cinque razze su ruote (base d'asta € 300,00);
6. n.1 (UNI EN 1335) poltroncina da ufficio. Sedile e schienale (basso) regolabile in altezza; possibilità di rotazione sedile 360°; bordo sedile arrotondato; schienale regolabile in inclinazione; basamento a ≥ cinque razze su ruote (base d'asta € 200,00);
7. n.2 Pedane poggiapiedi. Larghezza 50 cm, profondità 30 cm, altezza regolabile 5-15 cm (base d'asta € 50,00);
8. n.1 Elettrocardiografo con le caratteristiche di seguito specificate (base d'asta € 4.000,00):
 - Elettrocardiografo digitale funzionante a rete e batterie, dotato di stampante a testina termica su carta A4;
 - Tastiera alfanumerica integrata;
 - Velocità di scorrimento carta selezionabile 5, 25, 50 mm/sec;
 - Acquisizione contemporanea delle 12 derivazioni;
 - Allarmi acustici di max e min su frequenza cardiaca;
 - Allarmi acustici su distacco elettrodi;
 - Ampio display integrato per la visualizzazione delle tracce selezionate, degli allarmi e di tutte le altre impostazioni (nome paziente, filtri attivi, ecc.);
 - Software interpretativo per calcolo parametri e riconoscimento automatico delle varie aritmie sia in paziente adulto che pediatrico;
 - Utilizzabile anche per accertamento di morte;
 - Possibilità di esportazione tracciati in formato informatico su PC presente in reparto in real time;
 - Memorizzazione dei dati con capacità maggiore possibile;
 - Protezione da scariche esterne (per es. Defibrillatore);
 - Garanzia minima 24 mesi;

Dovranno essere inoltre forniti:

- Licenza Software di visualizzazione, refertazione e archiviazione tracciati;

- Cavo di alimentazione;
- Batteria;
- Cavo paziente con almeno 10 elettrodi;
- Carrello porta strumento,

L'apparecchiatura deve possedere la marcatura CE, in particolare deve assolutamente rispondere in ogni sua parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per l'uso a cui è destinata (es. compatibilità elettromagnetica, ecc.).

Si precisa che tale indagine di mercato ha fini esplorativi, ai sensi dell'art. 66 del Dlgs 50/2016, per individuare la presenza sul mercato di operatore/i economico/i da consultare per l'eventuale fornitura, suddivisa in più lotti

I soggetti interessati dovranno far pervenire, tramite PEC: a servizio.acquisti@pec.aou.ss.it e per conoscenza a: alessandro.rotelli@aousassari.it, entro il giorno **23 DIC. 2017** la propria manifestazione di interesse, come da modello allegato, a firma del legale rappresentante o di un procuratore con l'indicazione dell'iscrizione o meno al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) indicando, in caso di esito positivo, il bando di riferimento e le relative categorie merceologiche.

Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno vantare alcuna pretesa in ordine all'affidamento della fornitura.

Il Responsabile del Servizio
Provveditorato, Economato e Patrimonio
(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)

