



Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in service, di sistemi infusionali e sistemi per nutrizione enterale con relativo materiale di consumo ed accessori per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell'OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base d'asta nel quinquennio € 4.159.000,00 oltre proroga semestrale pari a € 415.900,00, oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7761999. CUI F02268260904202000085

**CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI n. 2**

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	In merito alla richiesta di campioni specificata all'art. 9 del Capitolato Speciale Prestazionale, si chiede di confermare che la dicitura "solo materiale di consumo" è un refuso poichè nel vostro "allegato 1 – specifiche tecniche" viene richiesto, oltre che la presentazione del materiale di consumo, anche la presentazione delle apparecchiature; ad esempio per il Lotto 4 viene richiesta n.1 Pompa per nutrizione enterale ed nr. 1 sistema di sostegno tipo piantana, come apparecchiature per prova pratica. Si chiede conferma, quindi, che per i campioni da presentare ed i rispettivi quantitativi si debba fare riferimento alla colonna " APPARECCHIATURE PER PROVA PRATICA/CAMPIONATURA CONSUMABILI" del file "Allegato 1 – specifiche tecniche".	Si conferma che per i campioni da presentare ed i rispettivi quantitativi si debba fare riferimento alla colonna "APPARECCHIATURE PER PROVA PRATICA/CAMPIONATURA CONSUMABILI" del file "Allegato 1 – specifiche tecniche". Si precisa che a differenza dei consumabili le apparecchiature e relativi accessori per la prova pratica debbano essere inviati in conto visione in fase di offerta entro i termini indicati per l'invio della campionatura gratuita.
2	In riferimento al LOTTO 1, voce 1e "Siringhe luer lock per pompa siringa per soluzioni perfusionali standard in differenti volumi (5/10/20/50 ml)", si chiede di precisare i quantitativi previsti per ciascun volume di siringa richiesto.	Verificati i requisiti si conferma la richiesta di sole siringhe da 50ml di tipo ambrato. <b>E' in corso la rettifica del capitolato</b>