



<p>Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in service, di sistemi infusionali e sistemi per nutrizione enterale con relativo materiale di consumo ed accessori per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell'OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base d'asta nel quinquennio € 4.159.000,00 oltre proroga semestrale pari a € 415.900,00, oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7761999. CUI F02268260904202000085</p>		
CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI n. 3		
N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Si chiede la possibilità di offrire per il LOTTO 1, voce 1F, siringhe ambrate solo in volumi da 20ml e 50 ml. In caso negativo, si chiede di indicare i quantitativi annui di siringhe per ogni volume richiesto.	Verificati i requisiti si conferma la richiesta di sole siringhe da 50ml di tipo ambrato E' in corso la rettifica del capitolato
2	si richiede se è possibile offrire più codici per ogni sub lotto.	Nulla osta a parità di offerta economica e di caratteristiche tecniche conformi al capitolato
3	Si richiede se la campionatura deve essere presentata anche per l'apparecchiatura da fornire eventualmente in locazione.	Si conferma che l'apparecchiatura richiesta per la prova pratica debba essere inviata in conto visione in fase di offerta entro i termini indicati per l'invio della campionatura gratuita
4	In riferimento al LOTTO 1, voce 1e "Siringhe luer lock per pompa siringa per soluzioni perfusionali standard in differenti volumi (5/10/20/50 ml)", si chiede di precisare i quantitativi previsti per ciascun volume di siringa richiesto.	Si veda risposta al quesito n° 1 E' in corso la rettifica del capitolato
5	nell' Allegato 1, lotto 3, voce 3.3, è indicato nella descrizione "Software gestionale per l'interfaccia con Sistema Oncosys (già in dotazione) ", dato che generare un'interfaccia con il Sistema Oncosys richiede tempi e costi non trascurabili, si chiede se tale costo verrà coperto dal fornitore della cartella clinica già in dotazione (Oncosys) oppure deve essere quotato a parte.	L'azienda aggiudicataria della procedura dovrà farsi carico dei costi di realizzazione dell'interfaccia con Oncosys, avendo dichiarato di averne i requisiti E' in corso la rettifica del capitolato
6	in riferimento alle basi d'asta, si chiede di verificare la congruità tra le basi d'asta poste per il deflussore per chemioterapici (lotto 3.a) rispetto a quello standard del lotto (2.a), poiché quello specifico schermato per soluzioni perfusionali contenenti chemioterapici a cinque vie risulta avere una base d'asta più bassa dell'altro.	Si confermano i prezzi a base d'asta indicati in capitolato.