



PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 58 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, SUDDIVISA IN 260 LOTTI, DI DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - CND U, A VALENZA REGIONALE, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI (AOUSS-Capofila Mandataria), DELL'AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE DELLA REGIONE SARDEGNA (ATS-SARDEGNA), DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI (AUOCA) E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU (AOB). Importo a base di gara soggetto a ribasso, euro € 63.075.852,50, inclusi canoni di locazione (oltre IVA nella misura di legge), oltre € 6.307.585,25 per proroga tecnica, per un importo complessivo di € 69.383.437,75. N° gara 7800037 - CIG vari. CUI F02268260904201900021.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI N. 4

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Lotto 142 si richiedono le mis. CH 6 e CH 12 - perchè richiedete la campionatura CH8? Quale campionatura dobbiamo presentare? Lotto 143 si richiedono le mis. CH 9 e CH 12 - perchè richiedete la campionatura CH8? Quale campionatura dobbiamo presentare?	Si precisa che in entrambi i casi sono individuati degli intervalli di misura Per lotto 142 Da Ch 6 a 12 Per lotto 143 Da Ch 9 a 12 Pertanto le misure richieste sono comprese negli intervalli La "e" è un mero errore di scrittura
2	Nella voce b) del Lotto 217 si richiede un tubo di estensione da 180 cm circa mentre il kit che vorremmo offrire ha all'interno un tubo di lunghezza standard di 150 cm. E'prevista una tolleranza per questo componente del kit? "	Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico
3	Nell'Allegato 1 "Specifiche tecniche e importi", è precisata la quantità di campioni richiesta per la partecipazione alla gara stessa. Visto il prezzo elevato dei dispositivi da offrire, tenuto conto delle attuali difficoltà economiche causa COVID, siamo a chiedere, per il lotto di ns. interesse n. 106, la riduzione del numero di campioni da 3 pezzi a 1 pezzo, possibilmente non sterile/scaduto quindi non impiantabile.	Si accoglie la richiesta di presentare un numero inferiore di pezzi rispetto a quanto indicato nell'Allegato 1 che abbiano caratteristiche pari alla vendita
4	Lotto n. 149: A quale marca e modello di apparecchio sono destinati i prodotti richiesti?	Il fabbisogno è regionale e risulta essere espressione di diverse aziende sanitarie. Non è richiesta la compatibilità con un macchinario specifico poiché trattasi di dispositivi non dedicati
5	Lotto n. 151: Per quale marca e modello di apparecchio sono destinati i prodotti richiesti?	Il fabbisogno è regionale e risulta essere espressione di diverse aziende sanitarie. Non è richiesta la compatibilità con un macchinario specifico poiché trattasi di dispositivi non dedicati
6	1) Si richiede di precisare se il presente procedimento riguarda sia gli approvvigionamenti per il fabbisogno ospedaliero che territoriale. 2) Per quanto riguarda la campionatura da sottoporre per i lotti 6 e 7 sono richiesti rispettivamente 5 pezzi di CH.18 raramente utilizzati nella pratica. Per rendere la valutazione più aderente alle reali esigenze degli operatori sanitari e dei pazienti si richiede di modificare la richiesta con dei CH più comunemente usati come il CH.12 e CH.14.	1) La procedura è stata progettata in accordo a quanto definito nella Deliberazione regionale N. 51/13 del 28.12.2012 relativa all' "Indizione di procedure aperte a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici e individuazione delle ASL capofila" a cui si rimanda per la finalità e gli ambiti di competenza della stessa. 2) Si accoglie la richiesta



7	Se si dovesse partecipare a più lotti con lo stesso medesimo prodotto quanti campioni si devono presentare? 3 PZ per ogni lotto o basta presentare 3 PZ per tutti i lotti?	Si accoglie la richiesta di presentare un numero inferiore di pezzi rispetto a quanto indicato nell'Allegato 1 che abbiano caratteristiche pari alla vendita
8	Con riferimento alla campionatura indicata nell'allegato 1 di gara, chiediamo cortesemente se è possibile campionare sonde con calibri diversi da quelli richiesti, laddove tale misura non venga proposta in offerta. A titolo di esempio: al Lotto 8 viene richiesto l'invio di n. 5 pz della misura CH 18. Qualora non offriamo la misura CH 18, chiediamo se è possibile l'invio di n. 5 pz della misura CH 16 o CH 14, quale campionatura.	Si accoglie la richiesta
9	Si chiede se le dimensioni (per i lotti nei quali non è specificato il "circa") siano effettive o se si valuta un range e se così fosse, in quale percentuale.	Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico