



PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 58 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, SUDDIVISA IN 260 LOTTI, DI DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - CND U, A VALENZA REGIONALE, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI (AOUSS-Capofila Mandataria), DELL'AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE DELLA REGIONE SARDEGNA (ATS-SARDEGNA), DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI (AUOCA) E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU (AOB). Importo a base di gara soggetto a ribasso, euro € 63.075.852,50, inclusi canoni di locazione (oltre IVA nella misura di legge), oltre € 6.307.585,25 per proroga tecnica, per un importo complessivo di € 69.383.437,75. N° gara 7800037 - CIG vari. CUI F02268260904201900021.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI N. 5

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	relativamente al lotto 101, per quanto di ns. conoscenza risultano inesistenti le misure da 8 e 9 CH. Vi chiediamo pertanto se fosse possibile inviare la campionatura con 5 pz da 7 CH invece che da 8 CH, come da voi richiesto nell'allegato 1 al capitolato speciale prestazionale.	Si accoglie la richiesta
2	Si chiedono chiarimenti come segue: LOTTO 90: Non essendo specificato chiediamo la possibilità di poter rispondere con kit con la guida in PTFE. LOTTO 123: Chiediamo di poter accettare offerte di aziende che hanno le misure da 18 e 22 Ga che sono quelle normalmente utilizzate. LOTTO 124: Chiediamo di poter accettare offerte di aziende che hanno le misure da 18 e 22 Ga che sono quelle normalmente utilizzate. LOTTO 128: Chiediamo di poter accettare kit che presentano cateteri in poliuretano con una gamma di 8-10-12 Ch che sono quelle utilizzate normalmente nella configurazione di catetere a PigTail. LOTTO 129: Chiediamo di poter accettare kit che presentano cateteri malecot in poliuretano con una gamma di 8-10-12 Ch che sono quelle utilizzate normalmente. LOTTO 222: Chiediamo di poter campionare una misura alternativa a 3 Fr. La misura più utilizzata è 1,9 Fr oppure 2,2 Fr. LOTTO 227: Chiediamo di poter campionare una misura alternativa a 3 Fr. La misura più utilizzata è 1,9 Fr oppure 2,2 Fr. LOTTO 229: Chiediamo di poter campionare una misura alternativa a 1,5 Ch. La misura più utilizzata è 1,9 Ch. LOTTO 232: Il lotto così scritto identifica una sola azienda. Chiediamo pertanto la possibilità di rispondere al solo riferimento (1° parte) e quindi di modificare il capitolato indicando singoli lotti e non riferimenti di un unico lotto indivisibile.	Lotto 90: Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico Lotto 123: Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico Lotto 124: Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico Lotto 128: Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico Lotto 129: Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico Lotto 222: Si accoglie la richiesta Lotto 227: Si accoglie la richiesta Lotto 229: Si accoglie la richiesta Lotto 232: Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico



3	In riferimento all'oggetto si pone il seguente quesito: lotto 99 - si chiedono 5 campioni da 8 CH. E' possibile presentare campionatura di diametro appena differente (es. 7/9 CH)? lotto 92 - si chiedono 5 campioni da 8 CH. E' possibile presentare campionatura di diametro appena differente (es. 7/9 CH)?	Lotto 99: Si accoglie la richiesta Lotto 92: Si accoglie la richiesta
4	Vorremmo partecipare al lotto 251 con un prodotto che ha le caratteristiche richieste ma è sotto la classificazione CND M9002 (SPRAY PROTETTIVI E LUBRIFICANTI SPRAY, GEL, LIQUIDI E IN CREMA). Chiediamo conferma.	Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico
5	in merito alla vostra richiesta di dispositivi monouso per parto vuoto assistito, con la seguente siamo a chiedere se accettate un sistema integrato non manuale, ma con aspiratore per la creazione del vuoto rapida efficiente (vuoto attivo costante e regolabile con precisione).	Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico
6	si chiede se sia possibile, laddove non è disponibile la campionatura della misura da Voi richiesta, poter campionare una misura vicina (che magari ricada nel +/- 20%) (es. CH7 anzichéCH8).Attendiamo un Vs. urgente riscontro per poter predisporre per tempo la campionatura.	Si accoglie la richiesta
7	LOTTI NN. 52) e 66): in qualità di attuali fornitori si fa presente che non è attualmente in uso, presso nessuna struttura della Regione, la misura ch. 18; Al fine di rendere possibile la partecipazione alla scrivente e ad un più ampio numero di Aziende, siamo a chiedere di eliminare la richiesta di tale misura. LOTTO 88): sono richieste 3 tipologie di punta diversa che corrispondono a 3 codici diversi e a 3 prezzi di mercato differenti; si richiede di dividere i lotti o, in alternativa, di prevedere 3 sub-lotti con la possibilità di differenziare i prezzi.	Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico