



Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in service, di sistemi infusionali e sistemi per nutrizione enterale con relativo materiale di consumo ed accessori per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell'OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base d'asta nel quinquennio € 4.159.000,00 oltre proroga semestrale pari a €. 415.900,00, oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7761999. CUI F02268260904202000085

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI n. 5

| N. | QUESITO | CHIARIMENTO |
|----|---|---|
| 1 | LOTTO 1 -"In riferimento all'Allegato 2.1 – Subcriteri 1.3 e 1.4, si chiede di valutare il peso dell'apparecchiatura al lordo degli accessori, in quanto per alcuni modelli in commercio questi rappresentano una dotazione standard che è parte integrante del dispositivo e di difficile rimozione. Trattandosi principalmente di accessori destinati al trasporto (vedi ad esempio batteria e maniglia) la valutazione del peso totale è sicuramente un indicatore più efficace di ergonomia in caso di movimentazione". | Il peso da indicare, al fine di poter valutare tutti i concorrenti in egual maniera, deve riguardare la pompa pronta all'utilizzo ed all'eventuale trasporto, comprensivo della batteria installata. Non devono essere ricompresi il cavo di alimentazione, i circuiti, le siringhe o altri accessori/materiali di consumo. |
| 2 | In riferimento al Lotto 1, Riferimento 1.d - Deflussori per pompa infusione per emoderivati, si chiede di indicare la porosità necessaria per il filtro della camera di gocciolamento (15micron o 200micron?) e la reale necessità di un punto di accesso a Y, in quanto generalmente non richiesto | La camera di gocciolamento per i deflussori per emoderivati deve essere da 200 micron Si confermano le descrizioni del capitolato per quanto riguarda il punto di accesso ad Y |