Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, suddivisa in quatto lotti distinti, di sistemi analitici automatizzati per le seguenti linee diagnostiche: Lotto 1 - Sistema diagnostico metodologia Multiplex per biologia molecolare; - Lotto 2 - Sistema analitico per complesso TORCH, EBV e altri agenti infettivi; Lotto 3 - Sistema analitico con metodologia immunoenzimatica kit ELISA; Lotto 4 - Sistema analitico diagnostica di conferma gruppo TORCH, per le esigenze della S.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, dell'importo complessivo a base d'asta di € 3.499.716,00, inclusi oneri di sicurezza da rischi interferenziali, pari a € 1.716,00, oltre proroga tecnica (oltre I.V.A. nella misura di legge). Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016. N° gara 7833835 - CIG vari. CUI F02268260904202000039

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI DEL 2 E DEL 3 NOVEMBRE 2020

N.	RIF. LOTTO	QUESITO	CHIARIMENTO
1	3	Vs. rif: Capitolato speciale prestazionale pag. 49, appendice 3. N. 300 test/anno PARAINFLUENZA 1 IgG N. 300 test/anno PARAINFLUENZA 1 IgM N. 300 test/anno PARAINFLUENZA 2 IgG N. 300 test/anno PARAINFLUENZA 2 IgM N. 300 test/anno PARAINFLUENZA 3 IgG N. 300 test/anno PARAINFLUENZA 3 IgM Si chiede, per ognuna delle voci indicate, se sia possibile offrire un prodotto "pool" per Parainfluenza virus tipi 1.4	Si ritiene possibile quanto richiesto
2	3	Vs. rif: Capitolato speciale prestazionale pag. 49, appendice 3. N. 500 test/anno CHLAMIDIA PNEUMONIE IgA quantitativa Si chiede se sia possibile offrire un test kit semiquantitativo considerandolo equivalente al test richiesto	Si ritiene possibile quanto richiesto
3	3	Vs. rif: Capitolato speciale prestazionale pag. 49, appendice 3. N 200 test/anno BORRELIA BURGDORFERI IgM Si chiede se sia possibile offrire un prodotto "poll" (che include gli antigeni Borrelia burgdorferi sensu strictu, Borrelia garinii e Borrelia afzelii) specificando che garantisce una sensibilità più elevata e che si presta molto bene ad essere utilizzato come test di screening	Si ritiene possibile quanto richiesto
4	3	Vs. rif: Capitolato speciale prestazionale pag. 49, appendice 3. Si chiede di specificare s ei test in tabella siano comprensivi di calibratori e controlli	Si conferma che i test in tabella sono comprensivi di calibratori e controlli

1	2	Criterio 1.7: Riconoscimento di campioni e reagenti tramite codice a barre. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto. Chiarimento: In merito a quanto indicato nel Disciplinare di gara, Art. 18.1 "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" - Lotto 2 Pag. 31 Punto 1.7, si chiede di confermare la possibilità di offrire, per il riconoscimento dei REAGENTI, un sistema che utilizza la innovativa ed evoluta tecnologia Radio Frequency identification (RFID-tag) la quale, garantendo un livello di affidabilità equivalente, se non superiore, alla tecnologia a barcode, consente la visualizzazione ed il monitoraggio di tutti i dati relativi all'individuazione ed al riconoscimento dei kit, numero di cartuccia, numero di lotto, stabilità, livelli dei calibratori e test residui disponibili.	E' possibile offrire il riconoscimento dei soli reagenti con tecnologia RFID, fatto salvo che il riconoscimento dei campioni dovrà comunque essere possibile con lettura del loro codice a barre