

Procedura aperta, da espletarsi mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, sistemi analitici totalmente automatizzati destinati all'esecuzione dello screening con metodica NAT per la validazione biologica delle unità di sangue ed emocomponenti a fini trasfusionali, dei potenziali donatori d'organo e delle cellule staminali, per le esigenze della S.C. Centro Immunotrasfusionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo quinquennale a base di gara € 3.250.452,00 (di cui € 452,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre proroga tecnica e Iva nella misura di legge. CUI F02268260904202000036. CIG9253566C39. CPV 33190000-8.
Gara soprassoglia comunitaria

CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI

n.	Quesito	Chiarimento
1	In riferimento al punto 9 del Disciplinare di gara, Subappalto, si chiede di confermare che sia sufficiente indicare la tipologia di attività affidata in subappalto e non la percentuale;	E' sufficiente indicare la tipologia di attività
2	In riferimento al punto 16 del Disciplinare di gara, Contenuto della busta tecnica, dove è indicato che "tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana" si chiede di poter fornire in lingua originale del produttore la seguente documentazione: Certificati CE strumenti e prodotti, referenze scientifiche bibliografiche;	Si conferma
3	Relativamente al punto 16 del Disciplinare di gara (pag.26), Contenuto della busta tecnica, e alla "dichiarazione in cui venga evidenziata la corrispondenza alle caratteristiche di minima richieste nel capitolato", da allegarsi alla Relazione tecnica di offerta, si chiede di confermare che in tale documento sia sufficiente dichiarare il possesso delle specifiche tecniche obbligatorie (punti da 1 a 26 - pag. 4 e 5 del CSP) con l'indicazione di eventuali rimandi ad altra documentazione	Si conferma
4	Disciplinare di gara - 16. Contenuto della busta tecnica: poiché è specificato che "Tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana" si chiede conferma che sia possibile presentare le dichiarazioni di conformità e altre certificazioni emesse da enti ufficiali, in lingua originale, come peraltro già previsto per la documentazione amministrativa (es. certificati ISO).	Si rimanda al quesito n° 2

5	Capitolato Speciale Prestazionale – Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO - Tabella voci di costi annuali. Si chiede di specificare se ogni singolo importo riportato in tabella (Canoni di Noleggio, Manutenzione e Assistenza tecnica, Prodotti Diagnostici e Materiale di Consumo) è da considerarsi a base d'asta e quindi non superabile oppure gli importi possono essere modulati tra le singole voci, restando comunque nell'importo base d'asta complessivo di 650.000 euro.	L'importo soggetto a ribasso non superabile è il valore complessivo.
6	Disciplinare di gara - 16. Contenuto della busta tecnica: è richiesto che "La Relazione Tecnica di Offerta (escluso indice e copertina) sarà costituito da Max 10 Pagine A4 con 25 righe per pagina e carattere Arial 12pt", in considerazione della lunghezza e complessità dei criteri di valutazione richiesti, e per garantire una maggior comodità di lettura alla commissione giudicatrice, prevedendo di riportare il criterio e in corrispondenza di esso la risposta, si chiede di aumentare il limite di pagine	Si confermano le indicazioni di compilazione indicate nel disciplinare di gara.
7	Si chiede se in offerta possono essere contemplati anche prodotti in sconto merce (es. consumabili).	Nell'offerta economica è possibile indicare anche i prodotti in sconto merce