



**Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, per la fornitura biennale, suddivisa in 8 Lotti, di dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca per le esigenze della SC Cardiologia Clinica ed Interventistica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base di gara € 7.004.800,00, oltre IVA. Autorizzazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016. CUI F02268260904202300032. CPV 33190000-8.**

#### CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	<i>in riferimento ai lotti 1, 3, 4 si chiede conferma che la voce presente nelle caratteristiche minime essenziali "disponibilità di connessione 5/6mm UNI mediante adattatore", si tratti di un refuso in quanto il prodotto è ormai divenuto obsoleto.</i>	La voce "disponibilità di connessione 5/6 mm UNI mediante adattatore" fa riferimento ad un sistema obsoleto e non corrispondente alle caratteristiche minime essenziali. Può non essere considerato
2	<i>Nei lotti 1, 3, 4 tra le caratteristiche minime viene richiesto "Disponibilità di connessione 5/6 mm UNI mediante adattatore". Si chiede conferma che tale richiesta rappresenti un refuso, in quanto la tecnologia indicata è obsoleta.</i>	Si rimanda al quesito n. 1.
3	<i>Nell'Allegato 1 al Capitolato vengono riportati i prezzi a base d'aste dei componenti dei lotti. I prezzi a base d'asta dell'elettrocateretere ventricolare e dell'elettrocateretere atriale nei lotti 6 e 8 risultano difforni. Infatti, l'elettrocateretere ventricolare ha una base d'asta di 800 euro nel lotto 8 e di 550 euro nel lotto 6 e l'elettrocateretere atriale ha una base d'asta di 180 euro nel lotto 8 e 130 euro nel lotto 6 come in tutti i lotti di pacemaker. Si chiede conferma che si tratti di un refuso e si chiede quale sia il valore a base d'asta corretto.</i>	Trattandosi di lotti diversi e dispositivi dedicati a impiantabili diversi il costo potrebbe variare, pertanto si chiede di offrire i prodotti tenendo conto delle basi d'asta indicate.
4	Nel lotto 6 viene richiesto "Possibilità di trattamento automatico delle aritmie atriali con ATP". Si chiede conferma che con "trattamento automatico" si intenda che l'erogazione della terapia ATP debba avvenire automaticamente e direttamente dal dispositivo, cioè senza l'utilizzo del programmatore.	Nel Lotto 6 per "Possibilità di trattamento automatico delle aritmie atriali con ATP" si intende erogazione della terapia ATP in modo automatico direttamente dal dispositivo, senza l'utilizzo del programmatore.



5	In merito al settimo requisito preferenziale del Lotto 7, 'Lunghezza complessiva $\leq 50$ mm' si chiede conferma che questo valore si riferisca alla lunghezza massima del dispositivo impiantato, comprensivo di tutte le parti costituenti e non soltanto della cassa in titanio	In merito al settimo requisito preferenziale del Lotto 7, si chiede che venga preso in considerazione il parametro "Lunghezza complessiva massima del dispositivo $\leq 80$ mm".
6	In merito al decimo requisito preferenziale del Lotto 7, 'Possibilità di dotazione di tablet dedicato che permetta la programmazione all'impianto e l'eventuale follow up anche al di fuori dalla sala operatoria', si chiede conferma che lo strumento richiesto 'tablet dedicato' debba permettere la programmazione, la visualizzazione ed il controllo di tutti i parametri del loop recorder direttamente sullo schermo del tablet, senza necessità di invio dei dati ad un sistema di controllo remoto web based.	Si conferma che il "tablet dedicato", come i programmatori standard, debba permettere la programmazione, la visualizzazione ed il controllo di tutti i parametri del loop recorder senza la necessità di invio dei dati ad un sistema di controllo remoto web based.
7	Si chiede di meglio esplicitare l'attribuzione dei punteggi riferiti ai criteri quantitativi (longevità, peso e volume). In particolare, si chiede di chiarire se il valore dell'offerta migliore per il criterio di valutazione j ( $V_j$ max) da applicare nella formula lineare (Pag. 28 del Disciplinare di gara) debba intendersi come il valore di soglia massimo ( $S_{max}$ , riportato nell'Allegato 2 al Capitolato Disciplinare), oppure come il valore più alto/più basso offerto fra tutti i concorrenti.	Per valore dell'offerta migliore per il criterio di valutazione j ( $V_j$ max) da applicare nella formula lineare (Pag. 28 del Disciplinare di gara) si intende il valore più alto/più basso offerto fra tutti i concorrenti.
8	In riferimento alla caratteristica di minima "Peso $\leq 28$ grammi", si chiede di poter considerare il limite di peso $\leq 30$ grammi al fine di poter offrire dispositivi che a fronte di un peso di poco maggiore garantiscano una longevità superiore, ampliando un'offerta tecnologica che soddisfi le differenti esigenze cliniche.	Considerata la garanzia di longevità superiore si acconsente a stabilire il limite di peso $\leq 30$ grammi.
9	In relazione ai lotti 6 e 8 della presente procedura di appalto, si chiede di confermare che i modelli con connessione DF1 offerti per le sostituzioni possano avere nomi commerciali diversi, purchè aventi caratteristiche analoghe ai modelli con connessione DF4 • In relazione alla fornitura di un sistema di monitoraggio remoto, si chiede di confermare che lo stesso sia da offrire gratuitamente all'interno di tutti i lotti di dispositivi impiantabili del presente AQ • In relazione ai lotti 6 e 8, si fa notare che le basi d'asta per l'elettrocateretere atriale e l'elettrocateretere ventricolare risultino diverse. Si chiede di chiarire a quale valore fare riferimento	-Si conferma che i dispositivi offerti per le sostituzioni possono avere nomi commerciali diversi purchè aventi caratteristiche analoghe ai modelli con connessione DF4; -Si conferma che il sistema di monitoraggio remoto sia da offrire gratuitamente all'interno di tutti i lotti di dispositivi impiantabili del presente AQ; - Trattandosi di lotti diversi e dispositivi dedicati a impiantabili diversi il costo potrebbe variare, pertanto si chiede di offrire i prodotti tenendo conto delle basi d'asta indicate.