Rif.	Criterio di valutazione	Modalità di valutazione	Punteggio max
	Ricevitore/stimolatore		
1	Spessore del ricevitore/stimolatore, incluso lo spessore del materiale di rivestimento	**Quantitativo** Da punti 0 per il massimo spessore fino a punti 8 per il minore spessore	8
2	Caratteristiche dei canali di stimolazione e programmabilità tramite software di programmazione (riportare schermata software)	**Discrezionale** Si valuteranno le caratteristiche dei canali di stimolazione e la programmabilità	10
3	Caratteristiche e funzioni degli elettrodi extra-cocleari	**Discrezionale** Si valuteranno le diverse caratteristiche e funzioni degli elettrodi extra-cocleari	6
4	Caratteristiche del filo elettrodico (dritto, pre-curvato o altro)	**Discrezionale** Si valuteranno le diverse conformazioni di elettrodi disponibili	9
5	Compatibilità RMN 3 tesla dichiarata senza rimozione del magnete	**Tabellare** si/no	2
6	Modalità di esecuzione delle misure di verifica funzionalità intra-operatoria (utilizzo PC o altri dispositivi)	**Discrezionale** Si valuteranno le diverse possibilità e modalità di esecuzione delle misure sia nel corso dell'intervento che successivamente	6
	Sistema esterno		
7	Possibilità di fornire un processore del suono a singola unità	**Tabellare** si/no	3
8	Modalità di interfacce di programmazione per il collegamento al software di programmazione wireless	**Tabellare** si/no	5
9	Tipologia di algoritmi di processazione del suono	**Discrezionale** Si valuteranno il numero e le diverse strategie attuabili di processazioine del suono	5
10	Disponibilità di soluzioni tecnologiche per la connettività	**Discrezionale** Si valuteranno le diverse soluzioni disponibili per la connettività del processore con altri dispositivi (pc, cellulare, ecc.) e disponibilità a fornire dispositivi di adattabilità unitamente all'impianto	6
11	Ergonomicità dell'esoprotesi (dimensioni e forma). Resistenza ad acqua e polvere. Disponibilità vari colori esoprotesi.	**Discrezionale** Si valuteranno l'ergonomicità, la resistenza ad acqua e polvere e la disponibilità di diversi colori dell'esoprotesi.	2
	Assistenza e formazione		
12	Piano di formazione e training del personale	**Discrezionale** Si valuteranno: - addestramento specifico incluso chirurgico ed audiologico; - supporto successivo; - aggiornamento incluso chirurgico, audiologico e tecnologico; - disponibilità di manuali d'uso.	8
	Totale		**70**