



**VERBALE N. 2**  
**SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE**  
**16/10/2023**  
**Valutazione Busta "offerte tecnica"**

**Oggetto: Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCat, ai sensi degli articoli 58 e 60 del d. Lgs. N. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici monouso per la riparazione transcateretere percutanea dell'insufficienza mitralica e dell'insufficienza tricuspideale, per le esigenze della S.C. Cardiologia Clinica ed Interventistica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo triennale a base di gara, €3.031.200,00 (di cui € 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva nella misura di legge. Numero Gara 8920396 CUI F02268260904202300035. CIG lotto n. 1: 9624169381; lotto n. 2: 9624182E38. Gara sopra soglia comunitaria**

**PREMESSO**

- che con **Deliberazione n. 341 del 27/03/2023** veniva autorizzata la Procedura aperta in oggetto, per un importo complessivo a base d'asta di € **3.030.000,00** oltre oneri della sicurezza ed IVA nella misura di legge, con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare, Capitolato Tecnico e allegati annessi);
- che la procedura in oggetto veniva pubblicata nel rispetto delle forme di legge:
  - sulla GUUE 2023/S 065-191116 del 31/03/2023;
  - sulla G.U.R.I. n. 42 del 12/04/2023;
  - su due quotidiani a diffusione nazionale ("la Notizia e La Ragione") e due quotidiani a diffusione regionale ("Corriere dello Sport Sardegna", "Il Giornale - ribattuta Sardegna") in data 21/04/2023;
  - sul MIT in data 17/04/2023;
  - sul profilo del committente - [www.aousassari.it](http://www.aousassari.it) sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, sulla piattaforma SardegnaCAT, fissando quale termine di ricezione delle offerte, **il giorno 08/05/2023 ore 13:00** e della seduta telematica per l'apertura delle buste di qualifica **il giorno 09/05/2023 ore 11:00**.
- Che in data 09.05.2023, come da verbale del seggio di gara n. 1 in pari data, venivano esaminate le buste di qualifica (busta amministrativa) dei partecipanti e che veniva disposta l'ammissione degli operatori economici: Abbott Medical Italia Srl e Edwards Lifesciences Srl.
- Che con **Determinazione Dirigenziale n. 456** del 10/05/2023, venivano ammessi alla fase successiva della procedura di gara gli operatori economici Abbott Medical Italia Srl e Edwards Lifesciences Srl
- Che con **Deliberazione del Direttore Generale n. 708** del 29/06/2023, veniva nominata la Commissione Giudicatrice.
- Che, in data 23.08.2023, la Stazione appaltante comunicava, mediante messaggio attraverso la piattaforma telematica di SardegnaCAT, e sul sito istituzionale dell'AOU di Sassari, sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, che il seggio di gara avrebbe proceduto all'apertura della busta virtuale "busta tecnica", il giorno 07.09.2023 alle ore 11:00.
- Che in data 07/09/2023 si teneva la seduta telematica del seggio di gara per l'apertura della Busta virtuale "offerta tecnica", come risulta dal verbale n. 2 di pari data;
- Che il Seggio di gara provvedeva ad inviare la predetta documentazione alla Commissione Giudicatrice.
- Che in data 15/09/2023 si teneva la seduta riservata della Commissione di gara per la



valutazione della Busta virtuale "offerta tecnica", come risulta dal verbale n. 1 di seduta riservata pari data

### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **2023 (duemilaventitre)** il giorno **16(sedici)** del mese di **ottobre**, alle ore 13.00 in Sassari, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, sono presenti, quali componenti della Commissione Giudicatrice, in seduta riservata:

- Presidente: Dott. Antonio Solinas;
- Componente: Dott.ssa Cristiana Denurra;
- Componente: Dott. Pierluigi Merella.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Cristina Capuana, collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi.

### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

procede con la presa visione della risposta dell'Operatore Economico Edwards Lifesciences Srl al chiarimento richiesto in relazione al parametro B6 dei Lotti 1 e 2 acquisita agli atti con prot n° PG/2023/14918.

Alla luce di quanto acquisito la commissione prosegue con la valutazione dei dispositivi secondo i parametri stabiliti e attribuisce i punteggi per ogni sub-criterio di valutazione, attraverso un giudizio discrezionale espresso da un coefficiente, secondo la scala di valori indicata all'art. 18.2 del disciplinare di gara; procede all'attribuzione dei punteggi quantitativi e tabellari e del punteggio totale conseguito come riportato di seguito:

| Operatore economico      | Punteggio Totale |         |
|--------------------------|------------------|---------|
|                          | Lotto 1          | Lotto 2 |
| Abbott                   | 80               | 80      |
| Edwards Lifesciences Srl | 72,50            | 72,50   |

I coefficienti e i relativi punteggi attribuiti dai Commissari vengono riportati nei prospetti riepilogativi uniti al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale

### IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

- Alle ore 14:00 di oggi 16 ottobre 2023 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale si compone di **n. 2 (due) pagine** e viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente del Seggio di Gara e dai Testimoni.

|  |      |
|--|------|
| Dott. Antonio Solinas                                  | F.to |
| Dott.ssa Cristiana Denurra                             | F.to |
| Dott. Pierluigi Merella.                               | F.to |
| Segretario Verbalizzante:<br>Dott.ssa Cristina Capuana | F.to |

ALLEGATO 2 - Parametri di valutazione

LOTTO 1 - Sistema di riparazione della valvola mitrale edge to edge

| CRITERIO         | PARAMETRI QUALITATIVI  | SUB CRITERI | TOTALE PUNTEGGIO | PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX | PUNTI T (TABELLARI) MAX | PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX | ABBOTT | ABBOTT NOTE | EDWARDS | EDWARDS NOTE |  |
|------------------|--|-------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------|---------|--------------|--|
| A                | Letteratura Internazionale a supporto della sicurezza di utilizzo      | A1          | 10               | 10                          |                         |                            | 10     | 1           | 5       | 0,5          |  |
|                  |  | B1          | 60               | 10                          |                         |                            | 10     | 1           | 10      | 1            |  |
|                  |  | B2          |                  | 10                          |                         |                            | 10     | 1           | 10      | 1            |  |
|                  |  | B3          |                  |                             | 5                       |                            | 5      |             | 5       |              |  |
|                  |  | B4          |                  | 15                          |                         |                            | 15     | 1           | 15      | 1            |  |
| B                | Caratteristiche tecniche e clinico/funzionali dei dispositivi proposti | B5          |                  |                             |                         | 5                          | 5      | 4           | 2,5     | 2            |  |
|                  |  | B6          |                  |                             |                         | 5                          | 5      | 240         | 5       | 240          |  |
|                  |  | B7          |                  | 5                           |                         | 5                          | 5      |             | 5       |              |  |
|                  |  | B8          |                  |                             |                         | 5                          | 5      | 3           | 5       | 3            |  |
| C                | Assistenza   | C1          | 10               |                             | 5                       |                            | 5      |             | 5       |              |  |
|                  |  | C2          |                  |                             | 5                       | 5                          | 5      |             | 5       |              |  |
| TOTALE PUNTEGGIO |  |             | 80               | 45                          | 20                      | 15                         | 80     |             | 72,5    |              |  |

ALLEGATO 2 - Parametri di valutazione

LOTTO 2 - Sistema di riparazione della valvola tricuspide edge to edge

| CRITERIO         | PARAMETRI QUALITATIVI  | SUB CRITERI | TOTALE PUNTEGGIO | PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX | PUNTI T (TABELLARI) MAX | PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX | Punteggi ABBOTT | Punteggi Riparametrati ABBOTT | ABBOTT Media coefficienti D e NOTE Criteri T E Q | Punteggi Riparametrati EDWARDS | EDWARDS NOTE |      |     |
|------------------|--|-------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------|------|-----|
| A                | Letteratura Internazionale a supporto della sicurezza di utilizzo      | A1          | 10               | 10                          |                         |                            | 10              | 10                            | 1  | 5                              | 0,5          |      |     |
|                  |  | B1          |                  | 10                          |                         |                            | 10              | 10                            | 1  | 10                             | 1            |      |     |
|                  |  | B2          |                  | 15                          |                         |                            | 12              | 15                            | 0,8  | 12                             | 15           | 0,8  |     |
|                  |  | B3          |                  |                             |                         | 5                          | 5               | 5                             | 5  |                                |              |      |     |
| B                | Caratteristiche tecniche e clinico/funzionali dei dispositivi proposti | B4          | 60               | 15                          |                         |                            | 15              | 15                            | 1  | 15                             | 1            |      |     |
|                  |  | B5          |                  |                             |                         | 5                          | 5               | 5                             | 4  | 2,5                            | 2            |      |     |
|                  |  | B6          |                  |                             |                         | 5                          | 5               | 5                             | 5  | 240                            | 5            | 5    | 240 |
|                  |  | B7          |                  |                             |                         | 5                          | 5               | 5                             | 5  | 3                              | 5,0          | 5,0  | 3   |
| C                | Assistenza   | C1          | 10               |                             | 5                       |                            | 5               | 5                             |  | 5                              |              |      |     |
|                  |  | C2          |                  |                             |                         | 5                          | 5               | 5                             | 5  | 5                              | 5            |      |     |
| TOTALE PUNTEGGIO |  |             | 80               | 50                          | 15                      | 15                         | 77              | 80                            |  | 69,5                           |              | 72,5 |     |