



AVVISO INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALLA VERIFICA DELL'INFUNGIBILITA'/ESCLUSIVITA', IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI IMPIANTI DI STABILIZZAZIONE "JAZZ" DA DESTINATE ALLA SC DI NEUROCHIRURGIA E ALLA SC DI TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DELLA AOU DI SASSARI, DA ESPLETARSI TRAMITE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT.

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari
Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi
Via Michele Coppino n. 26 - 07100 Sassari
RUP Dott.ssa Teresa Ivana Falco
PEC servizio.acquisti@pec.aou.ss.it
e p.c. email vanna.quargnenti@aousassari.it
Tel. 079 2645670

OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari rende noto che intende eseguire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b, del D.lgs. 50/2016, di cui alla DDG. n. 798 del 17/10/2018, per l'affidamento della fornitura annuale di impianti di stabilizzazione "jazz" o equivalenti, da destinate alla SC di Neurochirurgia e alla SC di Traumatologia e Ortopedia.

Importo a base d'asta € 57.475,00 (Iva 4% esclusa).

Detta procedura sarà espletata tramite R.D.O. sulla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT, nella categoria merceologica AN52AJ28 "Protesi e sistemi di stabilizzazione della colonna vertebrale" – con CND P09070399 "Sistemi impiantabili di stabilizzazione o fissazione vertebrale - altri", ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 – criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

La durata dell'appalto è annuale. L'amministrazione si riserva, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla ditta fornitrice, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, senza che la Ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo a seguito di: convenzioni Regionali o Consip, o intervengano nuove disposizioni normative, o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte di Stato o della Regione Sardegna.

La finalità del presente avviso è pertanto, quella di verificare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, a scopo esplorativo, se sono

Pagina 1 di 4

presenti nel mercato, operatori economici che forniscano impianti di stabilizzazione “jazz” o equivalenti, con le caratteristiche specificatamente dettagliate nell’allegato “Descrizione materiale”, in calce alla presente, o prodotti aventi caratteristiche tecniche equivalenti, ai sensi dell’art.68 del D.lgs.50/2016, tali da garantire in maniera equivalente i requisiti definiti dalle specifiche tecniche di cui a tale allegato.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. Ha pertanto esclusivamente scopo ai fini esplorativi per favorire la partecipazione ed il consulto di operatori economici da invitare al confronto competitivo in modo non vincolante per l’Azienda. Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura, né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura e, altresì, non potranno far valere alcun automatismo, o diritto di partecipazione ad altre procedure d’affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possono vantare alcuna pretesa.

CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto della presente indagine di mercato.

Capacità tecnica e professionale: il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo quinquennio, (ai sensi dell’allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice) una fornitura analoga a quella costituente l’oggetto dell’appalto.

Regolare registrazione, regolare abilitazione sul CAT Sardegna e regolare iscrizione nella categoria merceologica: AN52AJ28 “Protesi e sistemi di stabilizzazione della colonna vertebrale”.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando, eventualmente, il modello “Allegato A”, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore Economico interessato e corredata da fotocopia (fronte/retro) non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, nonché (*eventuale*) copia della procura (*se il sottoscrittore è procuratore*), trasmessa, a mezzo PEC, all’indirizzo servizio.acquisti@pec.aou.ss.it , dovrà pervenire entro e non oltre il 05.11.2018 alle ore 14:00.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dizione: **“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IMPIANTI DI STABILIZZAZIONE “JAZZ” DA DESTINATE ALLA SC DI NEUROCHIRURGIA E ALLA SC DI TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DELLA AOU DI SASSARI”**.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il limite massimo previsto per la loro consegna né quelle prive di idonea sottoscrizione o senza allegata copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, nonché (*eventuale*) copia della procura (*se il sottoscrittore è procuratore*).

Dovrà inoltre essere presentata:

- nel caso in cui vengano proposti i medesimi dispositivi, la dichiarazione attestante l’originalità del prodotto offerto e garanzia di legge estesa al periodo post vendita;
- nel caso in cui vengano proposti dispositivi diversi, la dichiarazione attestante l’equivalenza in merito alle specifiche tecniche e agli aspetti funzionali e di risultato e idonei depliant illustrativi accompagnati da relazioni atte a dimostrare oltre all’equivalenza in termini di specifiche tecniche anche l’equivalenza in relazione agli aspetti procedurali funzionali e di risultato di cui all’allegato “Descrizione materiale”, in calce alla presente.

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del D. Lgs. n° 30 giugno 2003 n° 196 e ss.mm.ii., si informa che i dati e le informazioni acquisite in occasione della presente procedura, saranno custoditi presso la SC Acquisizione Beni e Servizi di codesta Azienda Ospedaliero - Universitaria e verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il relativo procedimento amministrativo.


N.B. Si specifica che la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura di gara in oggetto non costituisce riprova del possesso dei requisiti generali e speciali necessari all'affidamento della fornitura per il quale permane l'obbligo per i partecipanti di presentazione nelle modalità e nei termini indicati dall'Amministrazione.

Si rende, altresì noto che L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari si riserva di sospendere, revocare, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso dandone opportuna evidenza nel rispetto di quanto disposto in materia dalla vigente legislazione.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni: - sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione “Avvisi e comunicazioni” - sull’albo pretorio on line.

**Il Direttore della Struttura Complessa
Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)**



Allegato "DESCRIZIONE MATERIALE"

FABBISOGNO
n. 55 impianti di stabilizzazione "jazz"
DESCRIZIONE IMPIANTO
<p><i>Costituito da una Clip in lega di titanio che solidarizza sulla barra dell'impianto di stabilizzazione vertebrale e da una fettuccia in poliestere di 4 mm di larghezza. La fettuccia in poliestere della lunghezza di 700 mm ha, all'interno della sua anima nella sua estremità, una parte malleabile in acciaio inossidabile AISI 316L, ed è collegata al resto della fascetta attraverso un sistema sigillato ad ultrasuoni. L'altra estremità della fettuccia ha il sistema di fissaggio della stessa, costituito da una fibra piatta e stretta per un'ottimale resistenza alla trazione. La Clip in lega di titanio Ti6Al4V ha il sistema di blocco costituito da un foro all'interno del quale si fissa il dado di bloccaggio e il suo particolare design consente un serraggio ottimale della stessa sulla barra del sistema di stabilizzazione utilizzato.</i></p>
CARATTERISTICHE
<i>impianto a clip per l'assemblaggio sulla barra senza necessità di fissare il dado di bloccaggio per il posizionamento del dispositivo;</i>
<i>design a semicerchio per una perfetta connessione barra/dispositivo lungo tutta la superficie di contatto;</i>
<i>dado di chiusura a calibro maggiorato e sistema anti-torsione per un miglior serraggio definitivo;</i>
<i>tensionamento tramite sistema a cremagliera della fascetta in modo graduale, controllato e stabile con slitte ad agevolazione variabile (90°, 120° e 135°);</i>
<i>gamma di misure adattabile a diversi sistemi di sintesi vertebrale con barre di diametro variabile di 3,5 mm – 4,5 mm – 5,5 mm – 6 mm.</i>

REPERTORIO DISPOSITIVI JAZZ		
Codice	Descrizione	Note
150-156	Jazz band (fettuccia poliestere)	Elemento principale da associarsi ad uno dei sottoelencati codici
150-200	Jazz-multi-purpose 3,5 mm	
150-204	Jazz-multi-purpose 4,5 mm	
150-208	Jazz-multi-purpose 5,5 mm	
150-210	Jazz-multi-purpose	
150-700	Jazz Lock	