

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALLA VERIFICA DELL'INFUNGIBILITA'/ESCLUSIVITA', IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA ANNUALE DI IMPIANTI PER TRAUMATOLOGIA SPINALE CON MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DELLA S.C. NUROCHIRURGIA DELL'AOU DI SASSARI.

STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Struttura di riferimento: SC Acquisizione Beni e Servizi
Via Michele Coppino, 26 07100 Sassari
RUP Dott.ssa Teresa Ivana Falco
– Tel. 0792645687/628
pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it.

OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari rende noto che intende esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016, di cui alla DDG. n. 844 del 30/10/2018, per l'affidamento della fornitura annuale di impianti per traumatologia spinale con monitoraggio da destinare alla S.C. di Neurochirurgia.

Importo a base d'asta € 140.000,00 Iva 4% esclusa.

La durata dell'appalto è annuale. L'amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla ditta fornitrice, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, senza che la Ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo a seguito di: convenzioni Regionali o Consip, o intervengano nuove disposizioni normative, o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte di Stato o della Regione Sardegna.

La finalità del presente avviso è pertanto, quella di verificare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, a scopo esplorativo, se sono presenti nel mercato, operatori economici che forniscano gli impianti per traumatologia spinale con monitoraggio, con le caratteristiche specificatamente dettagliate nel file Allegato 1 o prodotti aventi caratteristiche tecniche equivalenti, ai sensi dell'art.68 del D.lgs.50/2016, tali da garantire in maniera equivalente i requisiti definiti dalle specifiche tecniche di cui a tale allegato.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. Ha pertanto esclusivamente scopo ai fini esplorativi per

favorire la partecipazione ed il consulto di operatori economici da invitare al confronto competitivo in modo non vincolante per l'Azienda. Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla procedura, né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura ed, altresì, non potranno far valere alcun automatismo, o diritto di partecipazione ad altre procedure d'affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possono vantare alcuna pretesa.

CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto della presente indagine di mercato.

Capacità tecnica e professionale: il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quinquennio, (ai sensi dell'allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice) una fornitura analoga a quella costituente l'oggetto dell'appalto.

Regolare registrazione, regolare abilitazione sul MEPA di Consip spa e regolare iscrizione nella categoria merceologica di riferimento.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La manifestazione d'interesse, redatta in carta semplice ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando, eventualmente, il modello "Allegato A", sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore Economico interessato e corredata da fotocopia (fronte/retro) non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, nonché (eventuale) copia della procura (se il sottoscrittore è procuratore) trasmessa, a mezzo PEC, all'indirizzo servizio.acquisti@pec.aou.ss.it, dovrà pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del presente avviso sul sito www.aousassari.it

L'oggetto della mail certificata deve riportare la seguente dizione: **"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI IMPIANTI PER TRAUMATOLOGIA SPINALE CON MONITORAGGIO DA DESTINARE ALLA S.C. NEUROCHIRURGIA DELL'AOU DI SASSARI."**

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il limite massimo previsto per la loro consegna né quelle prive di idonea sottoscrizione o senza allegata copia fotostatica di Documento di identità in corso di validità.

Dovrà inoltre essere presentata:

- Nel caso in cui vengano proposte le medesime attrezzature, la scheda tecnica, la dichiarazione attestante l'originalità del prodotto offerto e garanzia di legge estesa al periodo post vendita;
- nel caso in cui vengano proposti prodotti diversi, la dichiarazione attestante l'equivalenza in merito alle specifiche tecniche e agli aspetti funzionali e di risultato e idonei depliant illustrativi accompagnati da relazioni atte a dimostrare oltre all'equivalenza in termini di specifiche tecniche anche in relazione agli aspetti procedurali funzionali e di risultato di cui all'allegato 1.

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del D. Lgs. n° 30 giugno 2003 n° 196 e ss.mm.ii., si informa che i dati e le informazioni acquisite in occasione della presente procedura, saranno custoditi presso il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio di codesta Azienda Ospedaliero- Universitaria e verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il relativo procedimento amministrativo.


N.B. Si specifica che la presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di gara in oggetto non costituisce riprova del possesso dei requisiti generali e speciali necessari all'affidamento della fornitura per il quale permane l'obbligo per i partecipanti di presentazione nelle modalità e nei termini indicati dall'Amministrazione.

Si rende, altresì noto che L'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di sospendere, revocare, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso dandone opportuna evidenza nel rispetto di quanto disposto in materia dalla vigente legislazione.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato per cinque giorni: - sul profilo del committente della Stazione Appaltante nella sezione "Avvisi e comunicazioni" - sull'albo pretorio on line.

**Il Direttore della Struttura Complessa
Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)**



Allegato 1 – Relazione tecnica

Allegato 1 –Relazione tecnica

Sistema di stabilizzazione vertebrale composto da Kit di monitoraggio costituito da elettrodi di superficie adesivi, elettrodi ad ago, elettrodi trans craniali, clip di collegamento e sonde.

I sistemi di stabilizzazione da utilizzarsi con l'ausilio del monitoraggio sono costituiti da viti peduncolari dotate di strumentario con aggancio rapido e isolato per clip di connessione. I sistemi di stabilizzazione sono di tipo standard, da riduzione, percutanei, cannulati per il trattamento di pazienti con patologie osteoporotiche, consentono accessi attraverso utilizzo di viti medio laterali a filettatura diversificata con toulipe mobile, viti cannulate a topulipe mobile. Il sistema inoltre consente l'inserimento di cage attraverso accessi TLIF e PLIF con divaricatori forniti in comodato d'uso che permettono un'ottima visione del sito chirurgico attraverso l'utilizzo di cavi a fibre ottiche da integrarsi sulle valve. Eventuale accesso laterale retroperitoneale trans- opsoas (XLIF) può essere monitorato con l'ausilio di kit di monitoraggio dedicato costituito da relative cannule con parte terminale direzionale a 360°.

I sistemi di stabilizzazione vertebrale richiesti offrono la possibilità di poter usufruire di un sistema di monitoraggio operatorio dedicato che è in grado di monitorare in tempo reale la sollecitazione meccanica ed elettrica delle radici nervose durante tutte le fasi necessarie per l'inserimento delle viti peduncolari e di valutare lo stato e l'integrità del midollo spinale.

I vantaggi derivanti dall'adozione di questo sistema sono molteplici:

- Misura in percentuale la contrattilità muscolare del paziente, permettendo di stabilire se la lettura elettromiografica è accurata oppure è inficiata dagli effetti di rilassanti.
- Verifica in tempo reale e in continuo che gli strumenti chirurgici utilizzati per la preparazione del peduncolo e le viti peduncolari vengano inseriti nel peduncolo stesso evitando manovre lesive per le radici spinali.
- L'operatore, grazie a un feedback sia visivo che sonoro può verificare direttamente sul monitor del sistema se si trova a distanza, in prossimità o a contatto della radice.
- Non ci sono tracciati da elaborare e valutare, ma l'elaborazione viene svolta in automatico dal sistema.
- Verifica il corretto posizionamento finale della vite.
- Quantifica la reale decompressione/conducibilità della radice nervosa.
- Controlla in continuo, tramite il segnale elettromiografico, se vengono esercitate azioni meccaniche che causano sofferenza radicolare o che possono danneggiare le radici nervose.

-
- Usata nel tratto cervicale o toraco – lombare consente di valutare se sono state eseguite manovre lesive sul midollo spinale, misurandone la conducibilità rispetto allo stato iniziale – e di quantificarne la decompressione nelle procedure che lo richiedono (la misurazione avviene su ciascun singolo canale del quale viene indicato il valore specifico. Non si ha dunque un dato generico)
 - Il sistema registra ogni fase della procedura all'interno del data base dell'apparecchio e al termine della procedura permette di trasferire il report digitalmente per eventuale stampa o archiviazione dello stesso.

