

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. importo a base d'asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	<p>LOTTO 1 – Elettroforesi capillare</p> <p>A pagina 9 del capitolato speciale, articolo 5.1 al punto 9 viene richiesto: “Lo strumento deve assicurare un massimo di almeno 80 campioni per ora”.</p> <p>La parola “massimo” appare evidentemente come un refuso. Si chiede di confermare se tale parola debba essere sostituita con “minimo”.</p>	<p>E’ un refuso è richiesta una cadenza analitica uguale o maggiore a 80 test per ora</p>
2	<p>Nell’appendice 1 del LOTTO 1 – Elettroforesi capillare, pag. 46 del capitolato speciale, vengono richiesti: “Test aggiuntivi tecnica capillare secondo la disponibilità della ditta (1.000)”.</p> <p>A tal proposito la scrivente vuole evidenziare che risulta indefinita la tipologia e la quantità dei “test aggiuntivi”, eventualmente disponibili per la tecnica capillare, necessari alle esigenze dell’Ente.</p> <p>Si chiede se sia corretto elencarne esclusivamente la eventuale disponibilità senza quotarne il valore in offerta economica. In alternativa si chiede di indicare tipologia e quantità necessarie alle esigenze dell’Ente.</p>	<p>L’indicazione di 1000 test aggiuntivi di tecnica capillare, secondo le disponibilità della Ditta, è un refuso. Tale elemento è, infatti, incluso quale criterio premiante nella griglia OEPV(punto 2.3), da intendersi compensato all’interno del prezzo offerto.</p>

3	<p>LOTTO 2 - Immunofissazione</p> <p>A pag. 9 del capitolato speciale, art. 5.2 punto 2, nell'elenco dei requisiti minimi viene richiesto: "Un analizzatore completamente automatico per l'analisi delle sieroproteine su siero, liquor e urine per indagini specialistiche di II livello su gel di agarosio".</p> <p>A tal proposito la scrivente vuole evidenziare che ad oggi non risulta disponibile in commercio uno strumento che svolga l'isolettrofocalizzazione del liquor in totale automazione. Si chiede pertanto se il requisito "completamente automatico" possa essere riferito esclusivamente all'analisi su siero e urine.</p>	<p>Si conferma che il requisito è riferito esclusivamente alle analisi su siero e urine.</p>
4	<p>Nell'appendice 1 del LOTTO 2 - Immunofissazione, pag. 46 del capitolato speciale, vengono richiesti: "Test aggiuntivi: isoenzimi LDH, CPK, AMILASI, FOSFATASI ALCALINA (200)".</p> <p>A tal proposito la scrivente vuole evidenziare che risulta indefinita la quantità relativa dei singoli "test aggiuntivi", necessari alle esigenze dell'Ente. Al fine di consentire agli operatori economici partecipanti alla procedura, di formulare offerte paragonabili, si chiede se sia corretto elencarne esclusivamente la disponibilità senza quotarne il valore in offerta economica. In alternativa si chiede di indicare le quantità necessarie alle esigenze dell'Ente.</p>	<p>Dovranno essere offerti n. 50 test per tipologia di esame richiesto, ovvero:</p> <p>n. 50 test per LDH; n. 50 test per CPK; n. 50 test per Amilasi; n. 50 test per Fosfatasi Alcalina.</p>
5	<p>LOTTO 3 - Sistema diagnostico dosaggio degli Immunosoppressori, aminoglicosidi, antiepilettici</p> <p>La base d'asta annuale relativa al Lotto 3 per l'acquisto dei reagenti richiesti risulta essere di un importo pari a 65.000 per 5.800 esami che coprono una tipologia di 17 dosaggi diversi. Per nostra esperienza pluriennale abbiamo attestato un consumo medio annuo di circa 28.000 / 30.000 euro di solo 3 dosaggi.</p> <p>Crediamo quindi che un numero così importante di esami (17) tra cui tutti gli immunosoppressori abbia bisogno di una copertura di bilancio diversa. Inoltre la cifra stabilita per l'assistenza tecnica non è adeguata alla tipologia di interventi di base</p>	<p>Si conferma la congruità della base d'asta.</p>

	<p>richiesti, e l'interfaccia prevista per il collegamento della macchina al LIS costa diverse migliaia di euro. Pertanto la cifra stabilita per quel lotto risulta essere estremamente bassa.</p>	
6	<p>SCHEDA DI VALUTAZIONE LOTTO 3 PUNTO 1.1 In relazione alla valutazione del punteggio assegnato per il collegamento del sistema alla catena di chimica clinica, si fa presente che tale metodica rivestendo in molti casi carattere di urgenza non contempla l'utilizzo della catena stessa. Pertanto si richiede di rivedere questa valutazione.</p>	Si conferma il parametro.
7	<p>LOTTO 4 Rif. Capitolato Speciale pag. 46 Appendice 4 Lotto 4: considerato che il metodo permette di determinare contemporaneamente HbA2, HbF ed eventuali emoglobine anomale sullo stesso cromatogramma, i test da offrire sono 2000 o 2200?</p>	Trattasi di un refuso, il numero di test da offrire sono 2000
8	<p>Rif. Capitolato Speciale pag. 10 paragrafo 5.4 Lotto 4 punto 1: per "sistemi analitici" si intende la fornitura di due strumenti identici in grado di effettuare entrambe le metodiche e che siano interscambiabili tra loro?</p>	Si conferma.
9	<p>Rif. Capitolato Speciale pag. 10/11 paragrafo 5.5 punto 1 sub. 3: la strumentazione con tecnologia HPLC non necessita di vano reagenti refrigerato in quanto i tamponi utilizzati vanno tenuti a temperatura ambiente. Dobbiamo considerare la richiesta di questa caratteristica un refuso?</p>	In mancanza del vano refrigerato, dovrà essere dichiarata la stabilità dei reagenti a temperatura ambiente.
10	<p>Rif. Capitolato Speciale pag. 11 paragrafo 5.5 punto 2: considerato che, per quanto di nostra conoscenza, sul mercato non esistono calibratori e controlli pronti all'uso per entrambe le metodiche richieste, si chiede se tale caratteristica possa essere riferita ai soli reagenti.</p>	Si tratta di un refuso. Tale caratteristica è riferita ai soli reagenti.
11	<p>Rif. Disciplinare di Gara, tabella sub criteri di valutazione Lotto 4, pag. 36 punto 1.3: dato che le letture cromatografiche sono fino al 100%, per "Range di lettura per ogni test" si intende forse la linearità di ogni test?</p>	Si intende la linearità del metodo.

12	Rif. Disciplinare di Gara, tabella sub criteri di valutazione Lotto 4, pag. 36 punto 1.4: per “Autodiluizione dei campioni sopra soglia” si intende la possibilità di eseguire con lo strumento diluizioni automatiche diverse da quelle di default su campioni con area totale troppo alta o troppo bassa?	Si conferma
13	Rif. Disciplinare di Gara, tabella sub criteri di valutazione Lotto 4, pag. 36 punto 1.7: per “Possibilità di monitorare ad ogni iniezione l'efficienza separativa della colonna tramite un parametro di riferimento” si intende la stampa dei piatti teorici per ogni cromatogramma prodotto?	Si conferma