



Oggetto: Chiarimenti del 25/06/2020

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.

Procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura in urgenza di n. 3 Ecotomografi di varie tipologie e livello da destinare a diverse Strutture Complesse dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.

La Stazione Appaltante comunica che a causa di refuso, nell'allegato 1) "Autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 sul possesso delle caratteristiche minime", e nell'all. 2) Caratteristiche tecniche apparecchiature, ID 01, la frase "Doppler CW (attivo su sonda convex e su sonda lineare)" è da sostituire con "Doppler CW".