

All 1) Caratteristiche tecniche minime

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LET. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA DURATA DI 4 ANNI, DI DUE SISTEMI ANALIZZATORE PER MONITORAGGIO DELLA COAGULAZIONE, DA DESTINARE ALLA S.C. DI CARDIOANESTESIA ED ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

CIG: 8392798402

CARATTERISTICHE MINIME

<p>Caratteristiche tecniche minime strumento per esami coagulativi</p>	<ul style="list-style-type: none">• strumento diagnostico progettato per monitorare e analizzare lo stato coagulativo di un campione ematico al fine di facilitare la valutazione delle condizioni cliniche di emostasi dei pazienti;• ridotte dimensioni di ingombro non superiori a 350mm x 300mm x 480mm con tolleranza del 10%;• visualizzazione dei parametri e dei risultati sia numerici che grafici;• possibilità di successiva fornitura di un software per la gestione e la visualizzazione remota dei risultati in grado di interfacciarsi con il sistema informatico Aziendale.
<p>Caratteristiche tecniche minime kit per esami coagulativi</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kit diagnostici in cartucce preosate dedicati allo strumento di cui sopra, idonei per il monitoraggio della coagulazione al letto del paziente,• Materiale necessario per i controlli di qualità in numero congruo al numero totale di test richiesti• Diagnostici Marcati CE-IVD.