



PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 58 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, SUDDIVISA IN 260 LOTTI, DI DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - CND U, A VALENZA REGIONALE, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI (AOUSS-Capofila Mandataria), DELL'AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE DELLA REGIONE SARDEGNA (ATS-SARDEGNA), DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI (AUOCA) E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU (AOB). Importo a base di gara soggetto a ribasso, euro € 63.075.852,50, inclusi canoni di locazione (oltre IVA nella misura di legge), oltre € 6.307.585,25 per proroga tecnica, per un importo complessivo di € 69.383.437,75. N° gara 7800037 - CIG vari. CUI F02268260904201900021.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI N. 6

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	si chiede conferma che la campionatura possa essere presentata solo in confezionamento primario, oppure è obbligatorio anche il secondario ?	La campionatura può essere consegnata anche col solo confezionamento primario
2	lotto 165: la ns. banderella ha uno spessore inferiore a quanto richiesto, per permettere una più ampia partecipazione a questo lotto da parte del maggior numero di Aziende, siamo a chiedervi cortesemente di voler prevedere una tolleranza del $\pm 20\%$ al dato dello spessore.5) lotti 165, 173 e 178: per permettere la partecipazione a questi lotti da parte di più Aziende presenti sul mercato e specializzate nel settore, gli aghi introduttori elicoidali richiesti per il posizionamento delle banderelle con approcci trans otturatori possono essere poliuso, risterilizzabili e riutilizzabili? I ns. introduttori sono sterilizzabili con le stesse modalità di qualsiasi altro strumento in uso nelle sale operatorie (in autoclave o con ossido di etilene) e garantiscono le destinazioni d'uso e le tecniche chirurgiche richieste. L'utilizzo di strumentario poliuso non deve essere considerato un aggravio ma un vantaggio sotto il profilo del contenimento dei costi legati agli interventi e sotto l'aspetto di una gestione ecosostenibile dei riuti ospedalieri non effettuabile con l'impiego di dispositivimonouso.6) lotto 174: la ns. mini sling presenta bordi non deformabili anche lateralmente senza che la sua finalità d'uso sia compromessa. Sarà presa in considerazione l'offerta di un dispositivo con tali caratteristiche?	Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico
3	Si conferma che la campionatura per il lotto 189 non va presentata?	E' sufficiente la scheda tecnica
4	Si chiede di specificare se, relativamente al lotto 249, la guaina deve essere munita o no di copri telecamera.	Si lascia discrezionalità nell'offerta



5	<p>Lotto nr. 154 Nell'allegato "Tabelle-valutazione" è richiesto che i campioni forniti (nr. 3 pezzi) abbiano la seguente caratteristica: "Compatibilità con le più comuni apparecchiature per urodinamica: sarà attribuito il punteggio massimo alla ditta concorrente che avrà offerto il dispositivo medico compatibile con il maggior numero di strumenti endoscopici. Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore" La nostra gamma di prodotti si adatta a tutti gli strumenti endoscopici presenti sul mercato; per tanto i codici di cui disponiamo a catalogo sono superiori ai 3 campioni richiesti ai fini della valutazione tecnica. Si richiede pertanto di specificare quali strumenti sono in uso presso le PA e se si tratta di strumenti nuovi o ricondizionati, in quanto gli strumenti ricondizionati possono avere lunghezze e diametri differenti rispetto agli strumenti nuovi, e quindi compatibilità con codici di misure diverse. Al fine di individuare i codici corretti da inviare come campionatura si chiede di fornire le seguenti informazioni tecniche: marca dello strumento, misure e se si tratta di strumento nuovo o ricondizionato. Si precisa inoltre che i modelli Vision Sciences sono compatibili unicamente con una particolare marca di dispositivi medici, per cui nessun altro dispositivo risulta essere compatibile.</p>	<p>Si chiede di inviare campionatura a scelta fra quelle disponibile al fine di proceder con una valutazione qualitativa e indicare nella relazione tecnica le apparecchiature di destinazione riportando marca e modello.</p>
6	<p>In riferimento al Lotto n. 25, siamo a formulare il seguente quesito:- vengono richiesti prodotti con misura da 6 a 24 CH, se in possesso di alcune delle misure indicate, è possibile partecipare ugualmente al suddetto lotto?- Inoltre, vengono richiesti n. 5 pz da 18 Ch, possiamo eventualmente fornire altro formato come campionatura?</p>	<p>- Non si accoglie la richiesta - Si accoglie la richiesta di presentare un numero inferiore di pezzi rispetto a quanto indicato nell'Allegato 1 che abbiano caratteristiche pari alla vendita</p>
7	<p>Si chiede se è possibile campionare una misura diversa da quella indicata nell'allegato fabbisogni qualora la stessa non sia al momento disponibile.</p>	<p>- Si accoglie la richiesta di presentare un numero inferiore di pezzi rispetto a quanto indicato nell'Allegato 1 che abbiano caratteristiche pari alla vendita</p>
8	<p>nel caso di presentazione dell'offerta di un sistema che preveda sia componenti monouso, sia componenti "capital" che verrebbero lasciate in comodato, sarà possibile riavere indietro le componenti "capital" per comodato, al termine della valutazione della campionatura?</p>	<p>Al termine delle valutazione verranno restituite le componenti in comodato</p>
9	<p>si chiede di specificare se, relativamente al lotto 249, la guaina deve essere munita o no di copri telecamera.</p>	<p>Si lascia discrezionalità nell'offerta</p>



10	<p>Lotti 16 e 17 – dicitura descrizione “CONFEZIONE COMPATTA”.</p> <p>Tale specifica identifica in maniera inequivocabile un prodotto presente sul mercato. Si chiede pertanto una versione diversa nella descrizione del lotto, per non limitare in modo ingiustificato la concorrenza.</p> <p>Lotti 6 e 7 - dicitura descrizione. “RIVESTIMENTO ATTIVO IDROFILICO”.</p> <p>Si chiede di chiarire meglio se la tipologia di prodotto indicata, riguardano prodotti dry o wet, non avendo nemmeno la possibilità di identificazione tramite codice ISO.</p> <p>Nei parametri qualitativi tra i sub criteri di confezionamento ed etichettatura (Lotti 1-80) è riportata la dicitura “trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata”, si evidenzia che quanto indicato vale solo per i prodotti utilizzati nel centro clinico, per i prodotti che il paziente utilizza nella quotidianità, è molto importante invece la discrezione, pertanto un packaging che non mostri il prodotto.</p> <p>Si chiede a tal proposito che tale aspetto sia considerato un plus che aumenta il valore del prodotto e non invece il contrario.</p> <p>Art. 21 PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITA' PAGAMENTI (Capitolato Speciale prestazionale) <i>... l'operatore Economico aggiudicatario provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo inerente alla fornitura effettuata”</i></p> <p>Si chiede di specificare nel dettaglio, quale documento dovrà essere allegato.</p> <p>Se il sistema utilizzato non prevede l’inserimento di allegati in fatturazione elettronica, l’invio dei suddetti allegati, può avvenire tramite una mail dedicata?</p>	<p>Lotti 16 e 17- Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico</p> <p>Lotti 6 e 7 - Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico</p> <p>Art. 21 PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITA' PAGAMENTI si rimanda ai chiarimenti amministrativi n. 4.</p>
11	<p>1)per la campionatura relativa ai Lotti n. 6 e 7 si chiede di poter presentare 5 pezzi della mis. Ch.14 anziché ch.18. come richiesto, in quanto per i Cateteri da noi offerti non è prevista tale misura (ch);2) si chiede di poter presentare la campionatura in confezione sterile primaria, e di allegare le fotocopie delle etichette di vendita della confezione secondaria, con relativa Dichiarazione di conformità, per motivi di ingombro. Confermate?</p>	<p>Si accoglie la richiesta</p>
12	<p>in merito alla vostra richiesta di dispositivi monouso per parto vuoto assistito, con la seguente siamo a chiedere se accettate un sistema integrato non manuale, ma con aspiratore per la creazione del vuoto rapida efficiente (vuoto attivo costante e regolabile con precisione).</p>	<p>Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico</p>



13	in riferimento ai lotti 95 e 99 considerando che lo stent ha IVA 4% e il filo guida ha IVA 22% non è possibile fornire un Kit. Quindi chiediamo di suddividere il lotto in 2 voci con la possibilità di indicare le relative quotazioni. Oppure in alternativa il filo guida potrebbe essere fornito in sconto merce se previsto per questa tipologia di gara. In riferimento alla campionatura, chiediamo la possibilità di presentare CH diversi da quelli richiesti nell'allegato 1 ma ricompresi nei calibri/misure indicati.	Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico in cui è già prevista la possibilità di offrire kit stent + filo guida separati La classe merceologica come anche l'attuale prodotto in uso non prevede l'IVA al 4% In riferimento alla campionatura, si accoglie la richiesta
14	Con riferimento ai lotti 43, 50, 55, 67, si chiede conferma se i cateteri richiesti siano senza palloncino "Nell'Allegato 1 nella colonna "CATEGORIA CND" sono indicate come sonde urinarie con palloncino, ma nella "DESCRIZIONE DELPRODOTTO" non è specificato. Tra l'altro i cateteri con palloncino sono previsti ai rispettivi lotti 46,51,58.	Si conferma che i lotti 43, 50, 55, 67 siano con palloncino
15	Buongiorno, relativamente al Lotto 255 si fa presente che il prezzo di Listino inerente le due voci costituenti il Lotto è di gran lunga superiore al prezzo indicato come base d'asta non consentendo la formulazione di un'offerta : si potrebbe trattare di un refuso?	Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico
16	Si chiede, visti i nuovi protocolli per il trattamento della SANS (vescica iperattiva) e vista la minore invasività, se è possibile offrire per il trattamento della Vescica Iperattiva elettrodi di superficie Mono paziente (quindi riutilizzabili almeno 10 volte sullo stesso paziente)	Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico
17	Con riferimento alle Premesse al Disciplinare di gara, pag. 3, relativamente alla parte in cui viene specificato che " <i>Il luogo di svolgimento dell'appalto è il territorio regionale</i> ", si chiede di confermare che la procedura in oggetto prevede la consegna dei prodotti esclusivamente ad uso ospedaliero e che pertanto non verrà richiesta alcuna consegna territoriale, né alcuna consegna domiciliare direttamente ai pazienti.	La procedura è stata progettata in accordo a quanto definito nella Deliberazione regionale N. 51/13 del 28.12.2012 relativa all' "Indizione di procedure aperte a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici e individuazione delle ASL capofila" a cui si rimanda per la finalità e gli ambiti di competenza della stessa.