

Allegato 1 – Specifiche tecnicheFORNITURA ANNUALE DI ACCESSORI PER STRUMENTARIO CHIRURGICO ORTOPEDICO PER LA U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SSA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI

Sega di precisione: con caratteristica esclusiva di montare lame dotate di tagliente solo in punta. Questo consente di ridurre sensibilmente le vibrazioni e il rumore generato, incrementa le performance di taglio e consente tagli estremamente precisi grazie al controllo delle traiettorie di tagli poiché la lama si muove solo in punta. Con due velocità, una STD con velocità massima di 12.000 cicli/min, e una FAST di 16.000 cicli/min.

Consolle caricabatteria: costituito da sistema modulare a quattro postazioni di ricarica simultanea con rilevamento del numero di ricariche di ogni singola batteria e diagnostica delle stesse. Sistema di ricarica dotato di spie luminose per fornire informazioni sullo stato del modulo corrispondente. Queste spie possono essere fisse o lampeggianti, a seconda dello stato in cui si trovano il caricabatteria, il modulo o la batteria. Display con schermata informativa che riporta informazioni sullo stato dell'unità, tra cui la revisione hardware e la revisione software del caricabatteria, la revisione software dei moduli, i messaggi di errore, la capacità prestazionale della batteria e lo stato della batteria, incluse le indicazioni che la batteria è in fase di ricarica o condizionamento, che è pronta oppure che deve essere sostituita.

Batterie autoclavabili di grandi dimensioni dotate di chip interno di diagnostica della batteria stessa.
N.B. Al momento della consegna il motore dovrà essere fornito con batteria