

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale di impianti valvolari aortici transcateretere (tavi) per le esigenze della UOC di Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria. Importo a base d'asta € 4.620.000,00 oltre IVA 4%. N°. gara 8419564 CIG 9063533809- CUI F02268260904202100076

CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI

N.	LOTTO	QUESITO	CHIARIMENTO
1	UNICO	Si chiede conferma che sia possibile offrire nello stesso lotto, allo stesso prezzo, modelli diversi facenti parte della stessa piattaforma tecnologica, così da garantire il completamento della gamma di misure offerte	Sì, è possibile.
2		Al fine di rendere contestualmente disponibili tutte le indicazioni d'uso con il marchio CE della piattaforma oggetto d'offerta (ad esempio valve-in-valve), nonché le più recenti tecnologie disponibili, si chiede conferma che se sia possibile offrire nello stesso lotto, allo stesso prezzo, la gamma completa di codici di due modelli facenti parte per l'appunto della medesima piattaforma.	Sì, è possibile
3		Qualora venga offerto un dispositivo che sia una diretta evoluzione tecnologica di un dispositivo precursore, cioè rappresenti la normale evoluzione della stessa piattaforma, si chiede cortese conferma che sia possibile utilizzare per i criteri discrezionali e tabellari ove è richiesta la presentazione di studi clinici, la letteratura scientifica comprovante sicurezza di utilizzo, efficacia terapeutica e prestazioni emodinamiche non solo del dispositivo oggetto d'offerta ma anche dei suoi analoghi precedenti, come peraltro previsto nella quasi totalità delle gare regionali e nazionali	Sì, è possibile
4		Con riferimento ai sub-criteri tabellari di valutazione tecnica 2.1 e 2.2 descritti nel Disciplinare si chiede se il valore scientifico dello studio presentato (e.g. disegno dello studio, numero di pazienti arruolati, durata del follow up, impact factor della rivista, etc) sarà un fattore premiante per l'attribuzione del punteggio. Si chiede inoltre, in riferimento ai medesimi sub-criteri, se verrà premiata la presentazione di più studi, oppure se le prestazioni emodinamiche entro i range definiti di EOA e gradienti possono essere supportati	Trattandosi di una valutazione tabellare l'operatore economico, per avere la valutazione prevista nei due parametri a cui fa riferimento, deve rispettare quanto richiesto nel criterio di valutazione sia riguardo all'area valvolare che ai gradienti pressori. Solo in questo caso verrà attribuito il punteggio (cioè 3 o 0).

		attraverso la presentazione di un singolo studio.	
5		Con riferimento all'Allegato 1 Specifiche Tecniche si chiede cortese conferma che il requisito "Protesi valvolare aortica impiantabile mediante catetere [...] premontata su pallone e rilasciata mediante dilatazione dello stesso" non rappresenti una caratteristica minima pena esclusione, in quanto, in base alle informazioni in nostro possesso, non esiste alcuna valvola balloon-expandable disponibile sul mercato che sia premontata su pallone.	Si conferma, in riferimento all'allegato 1, che essendo un errore di battitura, la dicitura corretta risulta essere: " Valvola montata su pallone e rilasciata mediante dilatazione dello stesso".