



AOU
Sassari



Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 22 lotti, per la fornitura triennale di Dispositivi Medici CND D (disinfettanti, antisettici e proteolitici) per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo triennale a base di gara € 941.407,50, oltre IVA nella misura di legge. CUI F02268260904202000076 – CPV 33190000-8. N. Gara 8645028. CIG vari.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI

N.	RIFERIMENTO	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Capitolato	<p>LOTTO 22: Con riferimento all'ART.4 pag. 3 Capitolato Speciale e Prestazionale, essendo vincolante, il rispetto della destinazione d'uso e della descrizione del prodotto, una azienda in grado di offrire:</p> <p>a) Salvietta monouso imbevuta di soluzione disinfettante, acquosa o idroalcolica, rientrante in uno dei CND indicati, ed avente attività su batteri, virus, funghi, micobatteri (e anche sulle spore) in conformità a tutte le norme tecniche di riferimento EN14885, inclusa quella obbligatoria per le salviette EN16615 e senza necessità di risciacquo.</p> <p>b) Letteratura scientifica specifica per la pulizia e disinfezione delle incubatrici che prova anche la compatibilità con diversi brand noti e di maggior impiego nelle strutture ospedaliere.</p> <p>Può offrire una salvietta di dimensioni 15x15 cm rispetto ai 16x16 cm richiesti essendo una variazione minima e rientrante nei margini di tollerabilità?</p>	<p>L' Allegato 1 al Capitolato Speciale e Prestazionale, denominato " Specifiche tecniche" riporta testualmente : " Salvietta monouso imbevuta di soluzione disinfettante, acquosa o idroalcolica, misura non inferiore a cm 16 x 16". Pertanto la richiesta non può essere accolta.</p>