



Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 22 lotti, per la fornitura triennale di Dispositivi Medici CND D (disinfettanti, antisettici e proteolitici) per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo triennale a base di gara € 941.407,50, oltre IVA nella misura di legge. CUI F02268260904202000076 – CPV 33190000-8. N. Gara 8645028. CIG vari.

CHIARIMENTI AI QUESITI tecnici

| N. | QUESITO | CHIARIMENTO |
|----|---|--|
| 1 | <p>LOTTO 11 Si chiede conferma che con la dicitura “ sterilizzazione chimica a freddo” si intende ottenere un risultato finale UFC=0 su tutti i ceppi microbici in “ clean e dirty condition” pertanto conforme alla normativa specifica UNI EN ISO 14937, che garantisca inoltre la ripetibilità del risultato comprovata da adeguata documentazione (TEST DI VALUE).</p> | <p>si conferma che lo sterilizzante deve essere conforme alla normativa specifica UNI EN ISO 14937</p> |
| 2 | <p>LOTTO 13 Si chiede conferma che le misure delle salviette cm. 14 x 25 (pari a superficie di centimetri quadri 350) possono ritenersi equivalenti a quelle richieste cm. 18x18 (pari a centimetri quadri 324) in quanto entrambi assolvono perfettamente la detersione e disinfezione di ampie superfici.</p> | <p>si conferma che possono ritenersi equivalenti</p> |
| 3 | <p>LOTTO 13: Si chiede se è richiesta la EN 16615, attività specifica della Salvietta impregnata di Disinfettante sulle superfici.</p> | <p>non è richiesta la EN 16615</p> |
| 4 | <p>LOTTO 22: Si chiede se per la Salvietta Disinfettante è richiesta l'attività sul Rotavirus, dato che il maggior utilizzo previsto è per la detersione e la disinfezione di culle termostatiche neonatali, senza necessità di risciacquo.</p> | <p>non è richiesta attività specifica sul Rotavirus</p> |
| 5 | <p>Spett.le Ente Appaltante, con riferimento al Vostro chiarimento inviato a seguito del nostro quesito posto in data 08/09/2022, a stesso mezzo portale, con oggetto " Richiesta chiarimenti tecnici-lotto 22". Non trovando dei precedenti sia tecnici che normativi nella nostra ormai decennale esperienza nè per altre gare/appalti pubblicati ed aggiudicati nell'ultimo periodo, si richiedono le ragioni tecnico/scientifiche nonchè normative per la quale una salvietta di dimensioni 15x15 cm certificata secondo tutte le normative vigenti, rispetto ad una 16x16 cm, non può essere ammessa.E' pacifico che vista la corrispondenza del nostro prodotto a tutti gli altri requisiti, riteniamo la stessa rientri in conformità al principio di equivalenza tecnico/prestazionale art. 68 codice appalti pubblici. Per tali ragioni ci pregeremo comunque dell'onore di partecipare al bando in questione e presentare la nostra proposta tecnica.</p> | <p>Nel caso di specie non può trovare applicazione il principio di equivalenza, trattandosi di requisiti minimi indispensabili. La salvietta richiesta, di 16x16 cm corrisponde ad una superficie di 256 cm quadrati, la salvietta proposta, invece, 15x15 cm, corrisponde ad una salvietta di 225 cm quadrati, oltre il 12% inferiore alla misura minima richiesta.</p> |



| | | |
|---|---|--|
| 6 | In riferimento alla gara in oggetto, Vi chiediamo di poter partecipare al Lotto n. 15 con il formato da 500ml o da 1.000ml a parità di prezzo a base d'asta di € 0,0122/ml. | La richiesta non può essere accolta. Si veda in proposito il punto 5.3 del capitolato speciale: <i>"I volumi dei contenitori riportati nella colonna "Volume" sono da ritenersi indicativi con una tolleranza del $\pm 20\%$".</i> |
| 7 | Relativamente al lotto 12 si chiede: se viene accettato un prodotto polifenolico con concentrazione del 28% e avente composizione di 2 polifenoli (orto fenilfenolo e paraclorocresolo) anziche' un preparato di 3 principi attivi dove siano presenti orto fenilfenolo e paraclorocresolo e clorofene in quanto secondo le nuove normative il clorofene risulta essere classificato "cancerogeno" minando la sicurezza del prodotto finale. | Si considera accettabile anche una miscela polifenolica con due fenoli. |