

Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCat, ai sensi degli articoli 58 e 60 del d. Lgs. N. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici monouso per la riparazione transcatetere percutanea dell'insufficienza mitralica e dell'insufficienza tricuspideale, per le esigenze della S.C. Cardiologia Clinica ed Interventistica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo triennale a base di gara, € 3.031.200,00 (di cui € 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva nella misura di legge. Numero Gara 8920396 CUI F02268260904202300035. CIG lotto n. 1: 9624169381; lotto n. 2: 9624182E38. Gara sopra soglia comunitaria.

**CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI- scadenza termine 24/04/2023**

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Poichè i nostri sistemi possiedono il marchio CE sia per la riparazione dell'insufficienza mitralica che per la riparazione dell'insufficienza tricuspideale, si chiede la possibilità di offrire gli stessi codici di prodotto su entrambi i Lotti (Lotto 1 e Lotto 2)	Si conferma la possibilità di offrire gli stessi codici di prodotto per entrambi i lotti
2	Relativamente al subcriterio B4 dei Lotti 1 e 2, si chiede di specificare cosa si intende con "precisione dei grasping" e dettagliare quali parametri verranno presi in considerazione per la valutazione.	Il subcriterio B4 dei lotti 1 e 2 è valutato al pari dei criteri B1 e B2 con criteri discrezionali e soggettivi legati alla confidenza dell'operatore con il sistema. La precisione del grasping è inoltre legata a) alla possibilità di regolazione indipendente dei bracci del dispositivo nelle differenti posizioni b) Alle differenti misure dei dispositivi e dei singoli costituenti c) Alla stabilità del sistema durante il grasping