

Chiarimenti 12/06/2017

OGGETTO: Gara a procedura aperta, in lotti distinti, per l'appalto di fornitura triennale, in regime di service, di sistemi diagnostici e relativo materiale di consumo per il Laboratorio di Istopatologia dell'U.O. di Anatomia Patologica dell'AOU di Sassari

Domanda 1

Lotto 3: **CARATTERISTICHE STAMPIGLIATRICI ISTOLOGICHE**

La certificazione IVD è una caratteristica indispensabile?

Risposta 1

Trattasi di refuso, la certificazione IVD non è necessaria. E' sufficiente che le stampanti siano certificate in base alle normative CE esistenti.

Domanda 2

Lotto 3: **CARATTERISTICHE STAMPIGLIATRICI ISTOLOGICHE**

Cosa si intende per "prelievo del campione con braccio meccanico robotizzato"?

Risposta 2

Saranno presi in considerazione tutti i metodi di prelievo delle cassette. Si valuterà la performance.

Domanda 3

CARATTERISTICHE BAGNETTI TERMOSTATICI

Le caratteristiche indicate per i bagnetti sembra siano frutto di un errore. Le caratteristiche richieste sembrano più idonee ad altri tipi di bagni (alta capacità di volume, alto range di temperatura, alta stabilità, indicatore di livello liquido e rubinetto esterno per svuotamento vasca).

Risposta 3

Le caratteristiche indicate non sono frutto di un errore. Sono le caratteristiche necessarie al tipo di strumentazione richiesta.

Il RUP

Dott. Antonio Solinas

