

Chiarimenti del **05/06/2017**

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi diagnostici e materiale di consumo per il Laboratorio di Istopatologia dell'U.O. di Anatomia Patologica

Domanda 1.

Relativamente al Lotto 3 "stampanti" si chiede se per la capacità da dissezione certificata in accordo alla normativa europea UNI EN 14175 è possibile offrire un prodotto conforme alla norma in questione.

Risposta 1.

L'U.O. comunica che è possibile offrire un prodotto (cappa da dissezione) certificato in conformità alla normativa europea UNI EN 14175.

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Antonio Solinas

