Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura quinquennale, in regime di service, di un sistema analitico completo di biologia molecolare in PCR Real Time per 1) Tipizzazione HLA della celiachia e del diabete di tipo 1; 2) Ricerca polimorfismi dell'intolleranza al lattosio, per il settore analitico di Diagnostica Molecolare della SC Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo quinquennale a base di gara € 1.050.427,00 (di cui € 427,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge. CUI F02268260904202100123 – CPV 33124110-9. N. Gara 8599614. CIG 9270566912

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	In riferimento al Capitolato Speciale Prestazionale, Art. 1 "OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO", pag.2, al punto "software dedicati per gestione, calcolo e elaborazione delle analisi ed archiviazione dei risultati" si chiede di confermare che il software, cosi come tutte le apparecchiature offerte, debba essere conforme alla normativa vigente in termini di marcatura CE IVD/IVDR.	Si conferma che i software dedicati per gestione, calcolo e elaborazione delle analisi ed archiviazione dei risultati devono essere conformi alla normativa vigente in termini di marcatura CE IVD/IVDR così come i kit di reagenti forniti
2	in riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 18.1 "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" al punto 1.7 della tabella "Durata del programma di amplificazione. Verrà dato il punteggio più alto al concorrente che offrirà il sistema capace di effettuare l'amplificazione nel minor tempo possibile, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto. Non verrà dato alcun punteggio al sistema che esegue l'amplificazione in un tempo > 1h 30m ", si chiede di confermare che il tempo limite indicato per l'assegnazione di un punteggio di "1h 30m" sia da intendersi come refuso e sia da intendersi "2h 30m" in quanto il fatto di non assegnare alcun punteggio al sistema che esegue l'amplificazione in un tempo > 1h 30m esclude molti test di riferimento ed in uso nella maggior parte dei laboratori.	Si conferma che l'indicazione del tempo di amplificazione fornita al punto 1.7 è un refuso. Si vuole intendere che non verrà assegnato alcun punteggio al sistema che esegue l'amplificazione in un tempo > 2h 30 min.
3	In riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 18.1 "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA", si chiede di confermare che al punto 1.6 della tabella "Sistema RT PCR in grado di rilevare quattro digit (numeri dopo l'asterisco es. HLA-DQB1*0201) per i loci HLA-DQA1 e HLA-DQB1 e di due digit per il locus DRB1", nell'indicare di rilevare quattro digit ci si riferisca all'allele "HLA-DQB1*0201" al solo titolo di esempio, in quanto per questo allele non ha importanza rilevare quattro digit per determinare la suscettibilità alla malattia celiaca. In letteratura e nelle linee guida pubblicate ci si riferisce sempre all'allele "HLA-DQB1*02 a due digit.	Si conferma che l'indicazione "Sistema RT PCR in grado di rilevare quattro digit (numeri dopo l'asterisco es. HLA-DQB1*0201) etc", con riferimento all'allele HLA-DQB1*0201, è fornita esclusivamente a titolo esemplificativo e non è indicativa di quell'allele specifico.

F.to
Il Gruppo di Progettazione