



VERBALE N. 1
SEDUTA RISERVATA DEL 24.05.2021 (ore 9:30 – 14:00)
Apertura busta virtuale B – Offerta Tecnica

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale in noleggio di apparecchiature biomedicali, suddivisa in 21 lotti, da destinare alla S.C. Clinica Oculistica dell'A.O.U. di Sassari. Importo a base d'asta nel quinquennio € 1.883.700,00 (di cui € 4.200,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7831681. CIG: vari – CUI F02268260904202000113.

PREMESSO

- Che con **Deliberazione del Direttore Generale n. 366 del 28.07.2020**, veniva autorizzata la Procedura aperta in oggetto, per un importo complessivo, a base di gara, 1.883.700,00 (di cui € 4.200,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e allegati annessi), con pubblicazione dell'Avviso, nel rispetto delle forme di legge, sulla GUUE GU/S S146 358667-2020-IT del 30.07.2020, sulla G.U.R.I. n. 89 del 03.08.2020, sui quotidiani: "Il Fatto Quotidiano", "Il Messaggero", "Il Giornale rib.Sardegna", "Corriere dello Sport", del 11.08.2020", sul portale telematico www.sardegncat.it, sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 26.10.2020 ore 13:00 e della prima seduta il giorno 27.10.2020, ore 10:00.
- Che con rettifica al Bando del 26.02.2021 (GU/S S40 98721-2021-IT), la Stazione Appaltante procedeva al differimento dei termini di presentazione delle offerte.
- Che nella data del 24.03.2021 venivano pubblicati sul sito www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e Gare, e sul portale telematico www.sardegncat.it, i chiarimenti ai quesiti posti dagli operatori economici, richiesti dagli stessi, entro il termine perentorio del 15.03.2021, ore 13:00;
- che, come risulta da verbale di constatazione delle offerte pervenute, in data 20.05.2021, si è tenuta la seduta della commissione giudicatrice, per l'apertura della busta virtuale B "Documentazione tecnica" presentata dagli Operatori Economici di seguito elencati:

Lotto 1	Abmed S.r.l.
Lotto 2	Abmed S.r.l., Nikon Instruments S.p.A.
Lotto 3	Abmed S.r.l., Nikon Instruments S.p.A., Topcon Europe Medical BV.
Lotto 4	Abmed S.r.l.
Lotto 5	Promedical S.r.l., Topcon Europe Medical BV.
Lotto 6	Abmed S.r.l., Surgitek S.r.l.
Lotto 7	Surgitek S.r.l.
Lotto 8	Abmed S.r.l., Surgitek S.r.l., Topcon Europe Medical BV.
Lotto 9	Abmed S.r.l., Surgitek S.r.l.
Lotto 10	Topcon Europe Medical BV.

Lotto 11	Promedical S.r.l., Surgitek S.r.l.
Lotto 12	Abmed S.r.l.
Lotto 13	Abmed S.r.l., Surgitek S.r.l., Topcon Europe Medical BV.
Lotto 14	Abmed S.r.l., Surgitek S.r.l., Topcon Europe Medical BV.
Lotto 15	Promedical S.r.l., Surgitek S.r.l.
Lotto 16	Abmed S.r.l.
Lotto 17	Abmed S.r.l.
Lotto 18	Abmed S.r.l., Optikon 2000 S.p.A.
Lotto 19	Promedical S.r.l., Topcon Europe Medical BV.
Lotto 20	Nikon Instruments S.p.A., Surgitek S.r.l.
Lotto 21	Abmed S.r.l., Surgitek S.r.l., Topcon Europe Medical BV.

- che a seguito del positivo riscontro documentale gli operatori economici venivano ammessi alla fase successiva di disamina e valutazione delle offerte tecniche.
- che nella seduta di data 20.05.2021 si dava atto che i lavori della Commissione, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche, sarebbero proseguiti in data 24.05.2021 in seduta riservata.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione, prima di procedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, prende atto dei criteri di aggiudicazione della gara, stabiliti all'articolo 18 del Disciplinare di Gara, che avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti, con attribuzione del punteggio tecnico fino ad un massimo di 80 punti ripartiti tra gli elementi di valutazione di cui all'art. 18.1 e secondo le modalità previste dal disciplinare.

STABILITO QUANTO SOPRA

La Commissione procede all'esame della documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici sopra elencati e al riscontro della rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, nonché alla rispondenza dei requisiti minimi richiesti.

La Commissione esamina la documentazione tecnica relativa ai Lotti n. 1, 2, 3, 4 e 5.

Per il Lotto 1 (n°1 Sistema combinato per fluorangiografia - indocianografia – OCT) procede:

- All'analisi dei requisiti minimi relativi alle schede tecniche della Società Abmed S.r.l. e al riscontro della rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, al termine della quale viene accertato il soddisfacimento di tali requisiti da parte dell'operatore economico, con conseguente ammissione dello stesso alla fase successiva di valutazione.

Per il Lotto 2 (n°1 Yag - SLT Laser) procede:

- All'analisi dei requisiti minimi relativi alle schede tecniche della Società Abmed S.r.l. e Nikon Instruments S.p.A. e al riscontro della rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, al termine della quale viene accertato il soddisfacimento di tali requisiti da parte dell'operatore economico Abmed S.r.l., con conseguente ammissione dello stesso alla fase successiva di valutazione. Relativamente alla Società Nikon

Instruments S.p.A., la Commissione Giudicatrice dispone la non ammissione dell'Operatore Economico in quanto rileva, con riferimento al Laser YAG, per l'intervallo di energia da 0,2 a 10 mj che l'Operatore Economico propone quale energia minima lo 0,5 mj e per il requisito richiesto di offset di defocalizzazione anteriore e posteriore in continui da -250 a +250 o superiore, l'Operatore si discosta da quanto richiesto in quanto propone un offset di defocalizzazione non in continuo e solo in posteriore e non in anteriore.

Per il Lotto 3 (n°2 Laser verde per fotocoagulazione retinica) procede:

- All'analisi dei requisiti minimi relativi alle schede tecniche della Società Abmed S.r.l., Nikon Instruments S.p.A. e Topcon Europe Medical BV, al riscontro della rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, al termine della quale viene accertato il soddisfacimento di tali requisiti da parte dell'operatore economico Abmed S.r.l., con conseguente ammissione dello stesso alla fase successiva di valutazione. Relativamente alla Società Nikon Instruments S.p.A., la Commissione Giudicatrice dispone la non ammissione in quanto rileva, relativamente al Laser verde per fotocoagulazione retinica, per il requisito minimo dell'erogazione degli impulsi con durata variabile fino ad impulso continuo, gli Operatori Economici Nikon Instruments S.p.A. e Topcon Europe Medical BV dichiarano di non arrivare fino all'impulso continuo. Relativamente ai requisiti minimi della lampada a fessura led completamente integrata al laser inclusa nella fornitura, la Commissione Giudicatrice dispone l'esclusione della Società Topcon Europe Medical BV, in quanto fornisce luce alogena e non led. Relativamente alla Società Topcon Europe Medical BV, inoltre, la Commissione Giudicatrice rileva che l'Operatore Economico non fornisce assistenza full risk nei giorni sabato, domenica, nelle due settimane centrali di agosto ed esclude la fornitura del materiale consumabile quali le lampadine, i toner e la carta delle stampanti dedicate, non rispettando quanto richiesto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Per il Lotto 4 (n°1 Laser giallo per fotocoagulazione retinica) procede:

- All'analisi dei requisiti minimi relativi alle schede tecniche della Società Abmed S.r.l. e al riscontro della rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, al termine della quale viene accertato il soddisfacimento di tali requisiti da parte dell'operatore economico, con conseguente ammissione dello stesso alla fase successiva di valutazione.

Per il Lotto 5 (n°2 Tonometro/Pachimetro) procede:

- All'analisi dei requisiti minimi relativi alle schede tecniche della Società Promedical S.r.l. e Topcon Europe Medical BV, al riscontro della rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, al termine della quale viene accertato il soddisfacimento di tali requisiti da parte dell'operatore economico Promedical S.r.l., con conseguente ammissione dello stesso alla fase successiva di valutazione. Relativamente alla Società Topcon Europe Medical BV, la Commissione Giudicatrice ne dispone la non ammissione in quanto dichiara non sufficiente il range di misurazione dello spessore corneale proposto (da 400 a 750 micron) in relazione a quello richiesto di 150-1300 micron circa, essendo tale scostamento significativo. Inoltre, non viene segnalata la presenza del dispositivo di autospegnimento, come richiesto. Relativamente alla Società Topcon Europe Medical BV, inoltre, la Commissione Giudicatrice rileva che l'Operatore Economico non fornisce assistenza full risk nei giorni sabato, domenica, nelle due settimane centrali di agosto ed esclude la fornitura del materiale consumabile quali le lampadine, i toner e la carta delle stampanti dedicate, non rispettando quanto richiesto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.



Alle ore 14:00 viene chiusa la seduta e aggiornata alla data del 27.06.2021 alle ore 13:15.

Il presente verbale, composto da **n. 4 pagine**, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Dott. Mario Cristoforo Sotgiu	F.to
Dott. Pierpaolo Patteri	F.to
Ing. Giorgio Maida	F.to
Il Segretario Verbalizzante Dott.ssa Silvia Zara	F.to