



VERBALE N. 3
SEDUTA RISERVATA DEL 31.05.2021 (ore 08:30 – 12:00)
Apertura busta virtuale B – Offerta Tecnica

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale in noleggio di apparecchiature biomedicali, suddivisa in 21 lotti, da destinare alla S.C. Clinica Oculistica dell'A.O.U. di Sassari. Importo a base d'asta nel quinquennio € 1.883.700,00 (di cui € 4.200,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7831681. CIG: vari – CUI F02268260904202000113.

PREMESSO

- Che con **Deliberazione del Direttore Generale n. 366 del 28.07.2020**, veniva autorizzata la Procedura aperta in oggetto, per un importo complessivo, a base di gara, 1.883.700,00 (di cui € 4.200,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e allegati annessi), con pubblicazione dell'Avviso, nel rispetto delle forme di legge, sulla GUUE GU/S S146 358667-2020-IT del 30.07.2020, sulla G.U.R.I. n. 89 del 03.08.2020, sui quotidiani: "Il Fatto Quotidiano", "Il Messaggero", "Il Giornale rib.Sardegna", "Corriere dello Sport", del 11.08.2020", sul portale telematico www.sardegncat.it, sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 26.10.2020 ore 13:00 e della prima seduta il giorno 27.10.2020, ore 10:00.
- Che con rettifica al Bando del 26.02.2021 (GU/S S40 98721-2021-IT), la Stazione Appaltante procedeva al differimento dei termini di presentazione delle offerte.
- Che nella data del 24.03.2021 venivano pubblicati sul sito www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e Gare, e sul portale telematico www.sardegncat.it, i chiarimenti ai quesiti posti dagli operatori economici, richiesti dagli stessi, entro il termine perentorio del 15.03.2021, ore 13:00;
- che nella seduta in data 27.05.2021 si dava atto che i lavori della Commissione, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche, sarebbero proseguiti in data 31.05.2021 alle ore 08:30 in seduta riservata.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione prosegue con l'esame della documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici sopra elencati al fine di riscontrare la rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, nonché alla rispondenza dei requisiti minimi richiesti.

STABILITO QUANTO SOPRA

La Commissione procede all'esame della documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici sopra elencati e al riscontro della rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, nonché alla rispondenza dei requisiti minimi richiesti.

La Commissione esamina la documentazione tecnica relativa ai Lotti dal 15 al 21.

Con riferimento al Lotto 15 (n°1 Microscopio Operatorio a stativo a pavimento) la Commissione Giudicatrice procede:

- All'analisi dei requisiti minimi relativi alle schede tecniche delle Società Surgitek S.r.l. e Promedical S.r.l. e al riscontro della rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, riservandosi di richiedere dei chiarimenti tecnici relativi a quanto offerto dagli Operatori Economici indicati nelle successive sedute riservate.

Per il Lotto 16 (n°1 Sistema per criochirurgia retinica) procede:

- All'analisi dei requisiti minimi relativi alle schede tecniche della Società Abmed S.r.l. e al riscontro della rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, al termine della quale viene accertato il soddisfacimento di tali requisiti da parte dell'operatore economico, con conseguente ammissione dello stesso alla fase successiva di valutazione.

Per il Lotto 17 (n°1 Generatore RF per Oftalmologia) procede:

- All'analisi dei requisiti minimi relativi alle schede tecniche della Società Abmed S.r.l. e al riscontro della rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, al termine della quale viene accertato il soddisfacimento di tali requisiti da parte dell'operatore economico, con conseguente ammissione dello stesso alla fase successiva di valutazione.

Per il Lotto 18 (n°1 Ecografo Oftalmico) procede:

- All'analisi dei criteri requisiti minimi alle schede tecniche della Società Abmed S.r.l. e al riscontro della rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, al termine della quale viene accertato il soddisfacimento di tali requisiti da parte dell'operatore economico, con conseguente ammissione dello stesso alla fase successiva di valutazione. Per quanto offerto dall'Operatore Economico Optikon 2000 S.p.A. la Commissione Giudicatrice ne dispone la non ammissione in quanto, essendo stata richiesta "apparecchiatura di ultima generazione con pc ad alte prestazioni e monitor full HD integrati" rileva che l'O.E. offre un sistema non di ultima generazione, avente come sistema operativo Windows 7 ormai desueto. Inoltre, con riguardo alla Sonda +/- 20mhz polo posteriore e vitreo di ultima generazione di tipo anulare per messa a fuoco sia in camera vitrea che retinica, la Commissione rileva che le sonde offerte non sono di tipo anulare o con tecnologia di ultima generazione. Relativamente al programma di assistenza tecnica, si rileva che non sono indicati i tempi esatti di intervento in caso di guasti bloccanti e non bloccanti, con e senza parti di ricambio.

Per il Lotto 19 (n°1 Microscopio speculare endoteliale computerizzato per analisi "no – contact" dell'endotelio corneale) procede:

- All'analisi dei requisiti minimi relativi alle schede tecniche della Società Promedical S.r.l. e al riscontro della rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, al termine della quale viene accertato il soddisfacimento di tali requisiti da parte dell'operatore economico, con conseguente ammissione dello stesso alla fase successiva di valutazione. Per quanto offerto dall'Operatore Economico Topcon Europe Medical BV, relativamente al requisito minimo richiesto della dotazione di una stampante interna e stampante esterna, la Commissione giudicatrice ne dispone la non ammissione, in quanto rileva l'insufficienza di quanto offerto constatando la carenza della stampante esterna e della carta speciale della stampante interna offerta. Inoltre, la Commissione Giudicatrice rileva che l'Operatore Economico non fornisce assistenza full risk nei giorni sabato, domenica, nelle due settimane centrali di agosto ed esclude la fornitura del materiale consumabile quali le lampadine, la carta e i toner delle stampanti, non rispettando quanto richiesto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.



Per il Lotto 20 (n. 1 Fluorangiografo) procede:

- All'analisi dei requisiti minimi relativi alle schede tecniche della Società Surgitek S.r.l. e al riscontro della rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, al termine della quale viene accertato il soddisfacimento di tali requisiti da parte dell'operatore economico, con conseguente ammissione dello stesso alla fase successiva di valutazione. In relazione all'Operatore Economico Nikon Instruments S.p.A. la Commissione Giudicatrice ne dispone la non ammissione in quanto rileva la carenza del requisito minimo relativo alla possibilità di eseguire la fluorangiografia iridea.

Relativamente al Lotto 21 (n°6 Lampade a fessura completa di tonometro di cui almeno una digitale ed almeno una con stereovariatore) la Commissione propone:

- di chiedere un chiarimento, attraverso il RUP, agli Operatori Economici Abmed S.r.l., Surgitek S.r.l. e Topcon Europe Medical BV con il seguente quesito: "Per quanto concerne i criteri migliorativi sub parametro 1.3 e 1.4, viene dichiarato: "N°2 Lampade a fessura LED 5 ingrandimenti Haag-Streit BQ900 con stereovariatore completa di tavolo piano singolo 96/SDH-96/AB1". Si chiede, di confermare se almeno una lampada sia con stereovariatore ed almeno una digitale".

Alle ore 12:00 viene chiusa la seduta e aggiornata alla data del 10.06.2021 alle ore 08:30.

Il presente verbale, composto da **n. 3 pagine**, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Dott. Mario Cristoforo Sotgiu	F.to
Dott. Pierpaolo Patteri	F.to
Ing. Giorgio Maida	F.to
Il Segretario Verbalizzante Dott.ssa Silvia Zara	F.to