



**VERBALE N. 5**  
**SEDUTA RISERVATA DEL 14.06.2021 (ore 08:30 – 12:30)**  
**Apertura busta virtuale B – Offerta Tecnica**

**Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale in noleggio di apparecchiature biomedicali, suddivisa in 21 lotti, da destinare alla S.C. Clinica Oculistica dell'A.O.U. di Sassari. Importo a base d'asta nel quinquennio € 1.883.700,00 (di cui € 4.200,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7831681. CIG: vari – CUI F02268260904202000113.**

**PREMESSO**

- Che con **Deliberazione del Direttore Generale n. 366 del 28.07.2020**, veniva autorizzata la Procedura aperta in oggetto, per un importo complessivo, a base di gara, 1.883.700,00 (di cui € 4.200,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e allegati annessi), con pubblicazione dell'Avviso, nel rispetto delle forme di legge, sulla GUUE GU/S S146 358667-2020-IT del 30.07.2020, sulla G.U.R.I. n. 89 del 03.08.2020, sui quotidiani: "Il Fatto Quotidiano", "Il Messaggero", "Il Giornale rib.Sardegna", "Corriere dello Sport", del 11.08.2020", sul portale telematico [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it), sul profilo del committente - [www.aousassari.it](http://www.aousassari.it) sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 26.10.2020 ore 13:00 e della prima seduta il giorno 27.10.2020, ore 10:00.
- Che con rettifica al Bando del 26.02.2021 (GU/S S40 98721-2021-IT), la Stazione Appaltante procedeva al differimento dei termini di presentazione delle offerte.
- Che nella data del 24.03.2021 venivano pubblicati sul sito [www.aousassari.it](http://www.aousassari.it) sezione Albo Pretorio/Bandi e Gare, e sul portale telematico [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it), i chiarimenti ai quesiti posti dagli operatori economici, richiesti dagli stessi, entro il termine perentorio del 15.03.2021, ore 13:00;
- che nella seduta in data 10.06.2021 si dava atto che i lavori della Commissione, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche, sarebbero proseguiti in data 14.06.2021 alle ore 08:30 in seduta riservata.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

La Commissione prosegue con l'esame della documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici sopra elencati al fine di riscontrare la rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, nonché alla rispondenza dei requisiti minimi richiesti.

**STABILITO QUANTO SOPRA**

La Commissione procede all'esame della documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici sopra elencati e al riscontro della rispondenza di quanto offerto in relazione a quanto specificatamente richiesto nel Capitolato tecnico, nonché alla rispondenza dei requisiti minimi richiesti.

Relativamente al Lotto 11, La Commissione propone di chiedere un chiarimento, attraverso il RUP, agli Operatori Economici Surgitek S.r.l. e Promedical S.r.l. con il seguente quesito: "Se il sistema di ingrandimento



per la vitrectomia posteriore sia di ultima generazione ovvero se esistano modelli più recenti che abbiano una tecnologia più evoluta del modello offerto”.

Relativamente al Lotto 15, La Commissione propone di chiedere un chiarimento, attraverso il RUP, agli Operatori Economici Surgitek S.r.l. e Promedical S.r.l. con il seguente quesito:

“Si chiede relativamente al tilting motorizzato del microscopio a pavimento se sia comandato da pedale e se sia motorizzato elettricamente). Nella scheda tecnica del lotto 11 la descrizione del tilting motorizzato (di fondamentale importanza nella chirurgia del glaucoma) è differente dalla scheda presentata in questo lotto (pur essendo uguali i codici dei microscopi offerti)”.

Alle ore 14:00 viene chiusa la seduta e aggiornata alla data del 21.06.2021 alle ore 12:30.

Il presente verbale, composto da **n. 2 pagine**, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Dott. Mario Cristoforo Sotgiu	F.to
Dott. Pierpaolo Patteri	F.to
Ing. Giorgio Maida	F.to
<b>Il Segretario Verbalizzante</b> Dott.ssa Silvia Zara	F.to