



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 307 DEL 07 / 04 / 2022

OGGETTO	Lavori di adeguamento della sala della Risonanza Magnetica e dei locali annessi per l'installazione della nuova RM da 1.5T - Autorizzazione a Contrarre
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio
ESTENSORE	<i>Ing. Roberto Manca</i>
PROPOSTA N.	PDEL/2022/315

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI NO

Parere del Direttore Amministrativo f.f.

FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		

Parere del Direttore Sanitario f.f.

FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	Dott. Francesco Luigi Bandiera	
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 07/04/2022 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
(Ing. Roberto Gino Manca)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano;
- CONSIDERATO** che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta;
- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore generale;”
- VISTA** la Deliberazione n. 2 del 04.01.2022 “Proroga, per il tempo strettamente necessario e comunque sino a nuove determinazioni, degli incarichi di Direttore Sanitario f.f. al Dott. Francesco Luigi Bandiera e di Direttore Amministrativo f.f. alla Dott.ssa Rosa Maria Bellu”;
- VISTA** la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “*Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti?*”;
- CONSIDERATO** che con i fondi del PNRR misura M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) l’AOU di Sassari ha acquisito, fra le altre tecnologie, un tomografo a risonanza magnetica da 1.5T che dovrà sostituire l’attuale RM SIEMENS HARMONI 1T, matricola MRMT411051, installata al piano -2 del PO SS Annunziata e di competenza della SC Diagnostica per Immagini 1;
- CONSIDERATO** che l’apparecchiatura da sostituire ha minore intensità del campo magnetico (1T) rispetto alla nuova (1.5T) e pertanto occorrerà preventivamente eseguire diverse opere di adeguamento quali:
- Adeguamento della gabbia di Faraday
 - Adeguamento dell’impianto di refrigerazione del tomografo
 - Adeguamento dell’impianto aeraulico di emergenza
 - Adeguamento degli impianti elettrici
 - Adeguamenti e opere edili per l’installazione della macchina
 - Altre lavorazioni minori;
- DATO ATTO** che, stante la particolarità di alcuni lavori particolarmente specialistici (es. adeguamento gabbia di Faraday e adeguamento impianto di refrigerazione del Tomografo), è necessario individuare una ditta del settore con la quale potrà essere avviata una trattativa diretta, considerato il fatto che l’importo complessivo delle lavorazioni ed oneri accessori da eseguire è stimata in € 150.000,00 (oltre IVA di legge), secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020;
- CONSIDERATO** che per l’esecuzione dei lavori è stato individuato l’operatore economico MORVIDUCCI Srl con sede in 00135 Roma, Via Stresa n.135 - P.E.C.: morviduccisrl@pec.it, C.F. e P.I.: 05690581003 ditta specializzata del settore che ha già eseguito lavorazioni similari;
- CONSIDERATO** che la copertura delle suddette lavorazioni è prevista nel quadro economico finanziamento (CUP H84E22001140006) su fondi PNRR con i quali è prevista anche l’acquisizione del nuovo Tomografo;

CONSIDERATO

che è urgente avviare i lavori e provvedere all'installazione della nuova RM stanti le tempistiche imposte dal PNRR e considerato il fatto che l'attuale Tomografo risulta non funzionante con conseguente aggravio del carico di lavoro sull'unica RM presente nella sezione di radiologia 1;

CONSIDERATO

che ad oggi non sono stati ancora stati accreditati i fondi del PNRR già assegnati e che, provvisoriamente come da nota NP.2022.1324 della SSD Ingegneria Clinica aziendale, si potrà imputare la spesa sul budget BDG_S_BIL n° 13 2019 conto di costo A102020801 denominato "Immobilizzazioni materiali in corso" per essere poi definitivamente imputato a valere sui fondi del PNRR una volta erogati;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DI AUTORIZZARE

la SC Edile Impianti e Patrimonio a contrarre attraverso procedura di cui all'art 1 comma 2 lettera a della legge 120/2020 da espletarsi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con l'operatore economico MORVIDUCCI S.r.l.;

DI AUTORIZZARE

l'imputazione provvisoria della spesa presunta pari a € 183.000,00 sul conto di costo A102020801 denominato "Immobilizzazioni materiali in corso" BDG_S_BIL n° 13 2019 per essere poi definitivamente imputato a valere sui fondi del PNRR una volta erogati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Lavori di adeguamento della sala della Risonanza Magnetica e dei locali annessi per l’installazione della nuova RM da 1.5T- Autorizzazione a Contrarre”

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

DI AUTORIZZARE

la SC Edile Impianti e Patrimonio a contrarre attraverso procedura di cui all’art 1 comma 2 lettera a della legge 120/2020 da espletarsi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con l’operatore economico MORVIDUCCI S.r.l.;

DI AUTORIZZARE

l’imputazione provvisoria della spesa presunta pari a € 183.000,00 sul conto di costo A102020801 denominato “Immobilizzazioni materiali in corso” BDG_S_BIL n° 13 2019 per essere poi definitivamente imputato a valere sui fondi del PNRR una volta erogati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

• *Nessun allegato*

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

• *Nessun allegato*