

ALLEGATO - PUNTEGGI COMMISSIONE GIUDICATRICE

								ALTAMED SRL		GETINGE ITALIA SPA		ALTAMED SRL		GETINGE ITALIA SPA	
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI Discrezionali MAX	PUNTI Tabellari MAX	PUNTI Quantitativi MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO	SOMMA TOTALE	RIPARAMETRATO	SOMMA TOTALE	RIPARAMETRATO
1	CARATTERISTICHE GENERALI	29	1,1	Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	SISTEMA IN GENERALE: peso massimo sostenibile in tutte le movimentazioni /posizioni/abito del piano rispetto alla colonna, superiore rispetto a quanto richiesto in CT (espresso in kilogrammi)		5	Il peso massimo sostenibile dal bene offerto è pari a kg 250	5,00	Il peso massimo sostenibile dal bene offerto è pari a kg 250	5,00	28,12	28,56	28,56	29,00
			1,2	Fornire valore richiesto.	COLONNA: Tipologia dell'acciaio di categoria qualitativa superiore a quanto richiesto nel CT (tipo acciaio AISI).		5	requisito posseduto	5,00	requisito posseduto	5,00				
			1,3	Fornire valore richiesto.	PIANO OPERATORIO / SEZIONI DEL PIANO: Tipologia dell'acciaio di categoria qualitativa superiore a quanto richiesto nel CT (tipo acciaio AISI).		5	requisito posseduto	5,00	requisito posseduto	5,00				
			1,4	Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	PIANO OPERATORIO / SEZIONI DEL PIANO: finestra radiotrasparente, superiore a quanto richiesto nel CT (centimetri).		5	finestra radiotrasparente superiore a quanto richiesto nel CT: 45 cm	5,00	finestra radiotrasparente superiore a quanto richiesto nel CT: 41	4,56				
			1,5	Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	MOVIMENTAZIONI ELETTROMECCANICHE DEL TAVOLO: verrà premiata la massima traslazione longitudinale, superiore a quanto richiesto nel CT (centimetri).		5	la trazione longitudinale risulta superiore a quanto richiesto nel CT ed è pari a 46 cm	5,00	la trazione longitudinale risulta superiore a quanto richiesto nel CT ed è pari a 46 cm	5,00				
			1,6	Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	MOVIMENTAZIONI ELETTROMECCANICHE DEL TAVOLO: verrà premiato il massimo range di escursione alto/basso, superiore a quanto richiesto nel CT (centimetri). NB: POE deve comunque considerare la minima e la massima altezza richiesta, nel CT, dal sistema.		4	il massimo range di escursione offerto è pari a 55 cm	3,12	il massimo range di escursione offerto è pari a 70,5 cm	4,00				
2	ACCESSORI CHIRURGICI	3	2,1	Max 2 facciate A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	ACCESSORI CHIRURGICI: valutazione della fornitura di accessori aggiuntivi migliorativi , rispetto a quanto richiesto nell'apposito allegato, per le specialità di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA e di NEUROCHIRURGIA. Per ogni specialità chirurgica e per ogni Blocco Operatorio considerato dall'offerta, POE deve indicare chiaramente e nel dettaglio il numero e la tipologia di accessori aggiuntivi forniti .		3	gli accessori aggiuntivi migliorativi forniti appaiono più innovativi e pratici rispetto agli altri prodotti offerti dalla concorrenza	3,00	gli accessori aggiuntivi migliorativi forniti appaiono meno innovativi e pratici rispetto agli altri prodotti offerti dalla concorrenza	2,40	3,00	3,00	2,40	2,40
3	CARATTERISTICHE DELLE SOLUZIONI E DEI SISTEMI RIGUARDANTI LA SICUREZZA	6	3,1	Max 2 facciate A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	Fornitura e relativa dettagliata descrizione della soluzione/sistema/dispositivo che, in caso di improvvisa pregiudicazione nell'utilizzo del tavolo durante un intervento chirurgico (fra cui, avaria del sistema di alimentazione principale/sistema elettrico o elettronico), permetta di concludere, almeno, l'intervento chirurgico in corso in totale sicurezza.		3	la pulsantiera di emergenza permette di movimentare la colonna con facile accesso	3,00	minore accessibilità alla pulsantiera di emergenza	1,80	6,00	6,00	4,80	4,80
			3,2	Max 2 facciate A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	Descrizione del sistema di anticollisione.		3	il sistema offerto soddisfa i criteri attesi	3,00	il sistema offerto soddisfa i criteri attesi	3,00				
4	PROVA PRATICA	21	4,1		PIANO/COLONNA: si valuteranno, fra l'altro: - movimentazioni, - forma, - qualità dei materiali, - ergonomia geometrica-costruttiva generale, - forma e tipologia della BASE DELLA COLONNA (tale anche da facilitare il posizionamento e la postura degli operatori di sala durante l'intervento chirurgico), - facilità d'uso e di movimentazione, - facilità e specifiche di sanificazione, - COMPATIBILITA' nell'utilizzo del tavolo operatorio con le apparecchiature radiologiche di sala operatoria.		5	- interfaccia del telecomando chiara, - display touch screen con indicazione dei gradi di inclinazione - la movimentazione è molto silenziosa	5,00	- le escursioni massime della colonna sono solo disponibili dopo la traslazione del letto	4,00	20,20	21,00	16,00	16,63
			4,2		SEZIONI OPERATORIE (cuscineria inclusa): si valuteranno, fra l'altro: - movimentazioni, - forma (anche in relazione alla facilità del posizionamento e della postura degli operatori di sala durante l'intervento chirurgico) - RADIOTRASPARENZA, - qualità dei materiali tecnici-costruttivi, - leggerezza, facilità e nella movimentazione (AGGANCIAMENTO/SGANCIO), ecc., - facilità e specifiche di sanificazione.		5	il blocco in fibra di carbonio garantisce robustezza e peso ridotto, inoltre su tutta il piano è garantita la radiotrasparenza.	5,00	le sezioni gambe sono più pesanti rispetto alla concorrenza quando si porta il letto a posizione zero le sezioni movimentate, rispetto alla concorrenza non tornano contestualmente alla posizione zero.	3,00				
			4,3		SISTEMA DI TRASPORTO DEL TAVOLO: saranno valutati, fra gli altri parametri: - movimentazioni eseguibili sul tavolo operatorio per mezzo del sistema di trasporto (alto/basso, trend/antitrend, ecc.); - materiale costruttivo e realizzativo, ergonomia, leggerezza e sicurezza della soluzione proposta; - soluzioni di AGGANCIAMENTO al tavolo/carrello ritenute più idonee, comode e sicure; - SENSO/SENSI di inserimento possibili del carrello, rispetto ai lati del tavolo; - facilità e modalità di sanificazione; - aspetti legati alla LOGISTICA, alla ergonomia del sistema e al risparmio di SPAZIO (all'interno del blocco operatorio) per effetto dell'utilizzo di tale sistema di trasporto.		4	il sistema soddisfa le esigenze cliniche	4,00	il sistema soddisfa le esigenze cliniche	4,00				
			4,4		SISTEMI DI TRASPORTO E CONTENIMENTO DEGLI ACCESSORI e DELLE SEZIONI CHIRURGICHE: saranno valutati, fra gli altri parametri: - materiale costruttivo e realizzativo, - ergonomia, leggerezza e sicurezza della soluzione proposta; - aspetti legati alla LOGISTICA e alla ergonomia spaziale, per es. minimo SPAZIO OCCUPATO dai sistemi proposti (a parità di accessori/sezioni contenute), - facilità e modalità di sanificazione.		4	il sistema soddisfa le esigenze logistiche e di stoccaggio	3,20	il sistema soddisfa le esigenze logistiche e di stoccaggio	3,20				
			4,5		Valutazione tecnica, costruttiva e dei materiali, di sicurezza, di sanificazione, di radiotrasparenza, ecc. degli ACCESSORI CHIRURGICI.		3	si nota una maggiore innovatività di alcuni accessori quali ad esempio l'indicazione della misura dei reggi gambe che facilita un corretto allineamento degli arti	3,00	alcuni accessori sono risultati più pesanti rispetto alla concorrenza con conseguente minor praticità nell'uso	1,80				
5	ASSISTENZA TECNICA	31	5,1	Fornire valore richiesto (SI/NO).	Estensione , senza costi aggiuntivi, della garanzia e dell'assistenza full risk (secondo le medesime specifiche di gara indicate nel CT) per ULTERIORI 60 (SESSANTA) MESI, rispetto a quanto richiesto nelle specifiche tecniche del CT.		25	l'offerta prevede l'estensione di ulteriori 60 mesi	25,00	l'offerta prevede l'estensione di ulteriori 60 mesi	25,00	31,00	31,00	25,17	25,17
			5,2	Riportare valore numerico percentuale. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più basso offerto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	Valore per l'ASSISTENZA TECNICA annuale POST-GARANZIA, compreso fra il termine del contratto (inclusa eventuale estensione, qualora offerta dal/POE) e i 5 (cinque) anni successivi, non superiore al 6 (sei) % del valore economico totale dei beni forniti (accessori inclusi).		6	il valore percentuale offerto è pari a 0,1% del valore economico totale dei beni forniti	6,00	il valore percentuale offerto è pari a 3,5% del valore economico totale dei beni forniti	0,17				
TOTALE punteggio QUALITA'		90						Totale	88,32	Totale	76,93	88,32	89,56	76,93	78,01
6	PREZZO	10													

SOGLIE DI SBARRAMENTO:

TUTTA LA TABELLA:

OGNI O.E. DOVRA' CONSEGUIRE ALMENO IL 50% DEI PUNTI TECNICI COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI NELLA PRESENTE TABELLA DEI PUNTEGGI MIGLIORATIVI.

PARZIALI:

RELATIVAMENTE ALLE VOCI N.1 "CARATTERISTICHE GENERALI" E N.4 "PROVA PRATICA", PER OGNUNA DELLE VOCI ELENATE, OGNI O.E. DOVRA' CONSEGUIRE ALMENO IL 50% DEI PUNTI TECNICI DISPONIBILI.