

LOTTE	PARAMETRI QUALITATIVI		SUBCRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX	
11	1	Caratteristiche tecniche del prodotto	1.1	Lunghezza totale del diametro Verrà attribuito il punteggio massimo all'OE che offrirà la lunghezza totale, purché superiore a quella minima richiesto nel CT; agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto. Se il parametro offerto sarà pari a quello richiesto dal capitolato come caratteristica minima, il punteggio assegnato sarà nullo.	26		14	
			1.2	Anse angolate Presenza di un doppio arpione per fissaggio transclerale			12	
	2	Facilità di utilizzo e assistenza	2.1	Manovrabilità e sicurezza del dispositivo	38	10		
			2.2	Semplicità ed ergonomia del sistema		10		
			2.3	Ripetibilità dell'impianto			8	
			2.4	Assistenza post vendita; la commissione valuterà le tempistiche di assistenza in termini di pronta disponibilità		10		
	3	Letteratura scientifica	3.1	Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste scientifiche. Si valuteranno gli articoli scientifici con elevato livello di evidenza, pubblicati su riviste "peer reviewed con impact factor rilevante"	6	6		
	TOTALE				70			